CH3.4.1 标准列表

本申报产品设计开发的主要性能指标依据现行的国家标准、行业标准，标准清单如下：

YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 29791.3-2013 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息（标示） 第3部分：专业用体外诊断仪器

YY/T 0466.1-2023 医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

GB 4793-2024 测量、控制和实验室用电气设备安全技术规范

GB/T 42125.1-2024 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 42125.2-2024 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2部分：材料加热用实验室设备的特殊要求

YY/T 0648-2008 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求

GB/T18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1 部分：通用要求

GB/T18268.26-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第26 部分：特殊要求体外诊断（IVD）医疗设备

GB/T 14710-2009 医用电气环境要求及试验方法

GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

YY/T 0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程

GB/T 42062-2022 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用

GB/T 29791.3-2013 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息（标示）第 3 部分：专业用体外诊断仪器