【全自动精浆生化分析仪】长期稳定性测试报告

1. 实验目的

工作环境条件下每天连续运行，每天持续运行 8 小时，观察产品的运行状态。

2. 测试人员

杨华、纪吉祥、许文杰

3. 测试时间

2025-02-05 至 2025-02-28

4. 测试场所

227 实验室

5. 测试要求

运行期间无故障发生，试验结束后，产品可满足产品技术要求。

测试周期：

6. 测试样本批次号/序列号

BEION T200B 102400245101

7. 测试用设备（含标准品/参考品）配置表

序号	编号/批次	名称/型号	操作者
1	102400245101	BEION T200B	纪吉祥、许文杰

8. 测试方案（包括方法和接受准则）

长期稳定性测试，连续运行 33 天，每天持续运行 8 小时不关机，每天上午进行点检，查看仪器运行情况,仪器应运行正常，无故障。

9. 测试记录

10. 实验结论

检验日期	点检时间	测试结果	异常描述	异常处理	测试人员
2025-02-05	9:05	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-06	9:10	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-07	9:15	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-08	8:55	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-09	8:50	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-10	9:05	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-11	9:10	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-12	9:15	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-13	9:20	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-14	9:05	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-15	9:08	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-16	9:10	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-17	9:12	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-18	9:10	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-19	9:15	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-20	8:50	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-21	8:55	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-22	8:50	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-23	8:55	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-24	8:45	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-25	8:55	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-26	9:02	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-27	9:05	功能正常	无	无	纪吉祥
2025-02-28	9:15	功能正常	无	无	纪吉祥

使用持续运行老化程序，每天运行 24 小时，每天上午观察仪器运行情况，仪器运行良好无故障发生，且长期运行试验结束后，按照产品技术要求进行功能性能测试，测试结果合格，符合产品技术要求。

开发人员签字 杨华 日期： 2025-03-18

实验人员签字 纪吉祥、吴进 日期： 2025-03-18