全自动精浆生化分析仪检验报告

型号：BEION T200B	检验依据：技术要求	文件版本：Z1
序列号：102400245101	检验类型：全检	检验时间：2025-02-10

检验设备	名称	型号/编号	校准有效期	名称	型号/编号	校准有效期
	电子秒表	YL005/B-001	□在 □不在	数字万用表	VC9806+/B-021	□在 □不在
	接地电阻测试仪	LK2678B/B-007	□在 □不在	耐压测试仪	LK2672X/B006	□在 □不在
	电子温度计	AI-5600/B-033	□在 □不在	电子天平	FA124C/B-453	□在 □不在

所用耗材清单记录

序号	名称	生产厂商	批号	有效期
1	50g/L亚硝酸溶液			
2	340吸光度标准物质（吸光度约0.5）	中国计量科学研究院	24075	2025年05月7日
3	340吸光度标准物质（吸光度约1.0）	中国计量科学研究院	24075	2025年05月7日
4	重铬酸钾线性溶液			
5	橙黄G线性溶液			
6	橙黄G溶液（340nm，吸光度约为0.5）			
7	橙黄G溶液（340nm，吸光度约为1.0）			
8	硫酸铜溶液（630nm，吸光度约为0.5）			
9	谷丙转氨酶（ALT）试剂	北京北检·新创源生物技术有限公司		
10	尿素（UREA）试剂	北京北检·新创源生物技术有限公司		
11	总蛋白（TP）试剂	北京北检·新创源生物技术有限公司		
12	质控血清			

序号	检验项目	检验条件/说明	检验标准/要求	检验结果记录	检验结论	备注
2.1	杂散光	在340nm处测定50g/L的亚硝酸钠标准溶液	吸光度不小于2.3。	3.42	√合格 ≤ 不合格	
2.2	吸光度线性范围	340nm，重铬酸钾	相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于2.0。	0.48% 0.59% 0.94% 1.06% 0.99% 0.12% 0.39%	√合格 ≤ 不合格	
		450nm，橙黄G		0.40% 0.96% 0.37% 0.28% 0.76% 0.22% 0.92%	√合格 ≤ 不合格	
2.3	吸光度准确度	340nm，吸光度为0.5的重铬酸钾标准溶液	允许误差±0.025	0.0053	√合格 ≤ 不合格	
		340nm，吸光度为1.0的重铬酸钾标准溶液	允许误差±0.07	0.0094	√合格 ≤ 不合格	
2.4	吸光度的稳定性	340nm，吸光度为0.5的橙黄G溶液，测定10min	吸光度的变化不应大于0.01。	0.0090	√合格 ≤ 不合格	
		630nm，吸光度为0.5的硫酸铜溶液，测定10min		0.0083	√合格 ≤ 不合格	

2.5	吸光度的重复性	340nm，吸光度为1.0的橙黄G溶液，测定10min	用变异系数表示，不应大于1.5%。	0.52%	☑合格 ≤ 不合格	
2.6	温度准确度与波动度	设定值为37℃	温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不大于±0.2℃。	0.0133 0.1827	☑合格 ≤ 不合格	
2.7	加样准确度与重复性	加样量5ul	对仪器标称的样品最小、最大加样量进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。	0.35% 0.59%	☑合格 ≤ 不合格	
		加样量30ul		0.27% 0.08%	☑合格 ≤ 不合格	
		加样量20ul	对仪器标称的试剂最小、最大加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。	0.33% 0.14%	☑合格 ≤ 不合格	
		加样量150ul		0.39% 0.02%	☑合格 ≤ 不合格	
2.8	临床项目的批内精密度	ALT(丙氨酸氨基转移酶)	变异系数要求≤5%	2.50%	☑合格 ≤ 不合格	
		UREA(尿素)	变异系数要求≤2.5%	2.41%	☑合格 ≤ 不合格	
		TP（总蛋白）	变异系数要求≤2.5%	1.61%	☑合格 ≤ 不合格	
2.9	外观要求	目视	面板上图形符号和文字应准确、清晰、均匀、牢固、不得有划痕；	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
			紧固件连接应牢固可靠，不得有松动；	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
			运动部位应平稳，不应卡住、突跳及显著空回，键组回跳应灵活。	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
2.12	网络安全	数据接口，目视	a)接口类型：RJ-45接口	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
			b)传输协议：HL7	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
			c)储存格式：.TXT	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
		用户访问控制，目视	软件需要使用正确的用户名和密码进行登录。	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	
			用户权限分级，管理员用户具有所有权限，普通用户不具备用户管理的权限。	☑符合 ≤不符合	☑合格 ≤ 不合格	

2.13	软件功能	自检功能，目视	进入软件时，仪器的运动部件会复位自检。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		测试功能，目视	通过申请测试，自动完成不同的测试项目的分析任务。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		结果的存储和查询功能，目视	能查询结果和储存结果。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		故障提示功能，目视	单元出现故障时会弹出提示。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		信息录入功能，目视	样本姓名、年龄、性别信息及条码信息的录入。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		检测吸头放置功能，目视	测试开始后，可自动检测是否放置一次性吸头。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
2.14	使用限制	用户使用限制，目视	仅限正确的用户名和密码登录使用。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		技术限制，目视	样本结果导出格式为：“.xls”。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
2.15	接口	USB接口，目视	USB接口为程序接口和产品接口，可进行数据导出和鼠标键盘连接使用。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
2.16	运行环境	硬件配置，目视	CPU：Intel(R) N100；内存不小于：8GB。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		外部软件环境，目视	Windows 10。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
		网络条件，目视	无	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	
2.17	性能效率	时间特性，秒表计时	申请测试后，点击开始测试，操作响应时间小于20s。	15	√合格 ≤ 不合格	
		占用容量	存储100000个测试结果占用存储不超过5GB。	0.572	√合格 ≤ 不合格	
2.10	安全要求	应符合GB/T42125.1-2024	保护接地阻抗：小于0.1Ω	0.07Ω	√合格 ≤ 不合格	
			介电强度：无击穿或重复飞弧。	√符合 ≤不符合	√合格 ≤ 不合格	

不良记录：

整机评价：

检验员：彭志强　　记录人：彭志强　　日期：2025-02-10

审核人：吴思　　日期：2025-02-10