稳定性研究资料

1.货架有效期

我司申请注册产品为大件体外诊断设备，货架有效期不适用。

2.使用稳定性

2.1 产品有效期研究

产品依据《有源医疗器械使用期限技术审查指导原则》，对 BEION T200A、BEION T200B 的全自动精浆生化分析仪的使用期限进行分析评价，初步确定仪器设计寿命为 8 年，见 CH3.7.1 BEION T200 全自动精浆生化分析仪使用期限分析评价报告。

2.2 产品稳定性测试

全自动精浆生化分析仪试产样机配合精浆锌/精浆果糖/精浆柠檬酸/精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法）在 2025-03-10 至 2025-04-20 期间进行精密度测试， 测试期间，产品无故障， 软件无报错，流程顺畅，可判定产品使用稳定。

4.运输稳定性

（1）运输稳定性

根据 GB/T 14710-2009 的要求，对产品工作环境及运输存贮环境进行了试验，试验结果符合要求，见注册检验报告；下表是产品的工作环境、运输及贮存条件：

试验项 目	试 验 要 求				检 测 项 目					备注
	持续时间 h	恢复时间 h	通电状态	试验条件	初始检测	中间检测	最后检测	电源电压 a.c. -10%	电源电压 a.c. 10%	
常温试验	–	–	实验时通电	基准试验条件	全性能	–	–	a.c.220V		通电
额定工作低温试验	1	–	实验时通电	10℃	–	–	2.13.1、2.13.2	√	–	通电
低温贮存试验	4	4	实验后通电	-40℃	–	–	2.13.1、2.13.2	a.c.220V		
额定工作高温试验	1	4	实验时通电	30℃	—	2.13.1、2.13.2	—	—	√	通电
运行试验	4	–	实验时通电	30℃	—	—	2.13.1、2.13.2	—	√	通电
高温贮存试验	4	4	实验后通电	55℃	—	—	2.13.1、2.13.2	a.c.220V		
额定工作湿热试验	4	—	实验时通电	温度 30℃ 相对湿度 85%	—	—	2.13.1、2.13.2	a.c.220V		通电
湿热贮存试验	48	24	实验后通电	温度 40℃ 相对湿度 93%	—	—	2.13.1、2.13.2	a.c.220V		
振动试验	—		实验后通电	频率:5Hz～20Hz～5Hz,振幅值 0.15mm,扫频循环次数:10 次,≤1	—	—	2.9、2.13.1、2.13.2	a.c.220V		

试验项 目	试 验 要 求				检 测 项 目					备注
	持续时间 h	恢复时间 h	通电状态	试验条件	初始检测	中间检测	最后检测	电源电压 a.c. -10%	电源电压 a.c. 10%	
				倍频程/分,非工作状态,垂直						
碰撞试验	—		实验后通电	加速度 50m/s2,脉冲持续时间 11±2ms,碰撞次数 1000 次,脉冲重复频率 1.0Hz~1.7Hz,脉冲波形: 半个正弦波,非工作状态,垂直	—	—	2.9、2.13.1、2.13.2	a.c.220V		
运输试验	—		实验后通电	基准试验条件	—	—	全性能	a.c.220V		

本设备已取得深圳华通威国际检验有限公司检验报告，见附件检测报告，编号：CHTE25070217（SHT2507054304E）北昂 全自动精浆生化分析仪 14710 。