

Метод Фолля

Запрос «[Электропунктура](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&redirect=no) (<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&redirect=no>)» перенаправляется сюда. На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

Мéтод Фóлля (нем. *Elektroakupunktur nach Voll*, EAV) — метод экспресс-диагностики в [альтернативной](#) (нетрадиционной) медицине, называемый иногда *электропунктурным*, использующий для постановки [диагноза](#) результаты измерения [электрического сопротивления](#) кожи на пальцах рук и ног^[1].

С точки зрения современной [доказательной медицины](#), у него отсутствуют диагностические возможности и устойчивые результаты клинических исследований^{[2][3]}. Метод Фолля не имеет научных основ и не признаётся научным сообществом^[4].

Общие сведения

Метод разработан в [Германии](#) доктором [Рейнольдом Фоллем](#) в 1958 году.

По заявлениям сторонников^[кто?] метода, приборы «электроакупунктуры по Фоллю» обнаруживают энергетические дисбалансы организма, позволяя выбирать и контролировать лечение, а также обнаруживать заболевания на ранней стадии. Рекламируется способность части приборов обнаруживать аллергии, нарушения работы органов, паразитические заболевания, интоксикации и многие другие состояния^[5].

В тестировании по Фоллю используется прибор с двумя электродами. Один из электродов удерживается в руке пациента, другим электродом производятся контакты с различными точками тела; при этом между электродами пропускается электрический ток (может быть опасно для людей, использующих [кардиостимулятор](#)). Измеренный ток отображается на шкале прибора. По состоянию на XXI век научных доказательств того, что подобные замеры могут быть надёжным методом диагностики или лечения, не представлено^[5].

Сам по себе метод является относительно безопасным, однако имеется высокий риск неверной диагностики и неуместных методов лечения. Дезинформирование пациентов может привести к задержке начала необходимого лечения^[5].

Отношение к методу в мировом сообществе

В США использование метода для диагностики или терапии запрещено, а попытки импорта электропунктурных устройств преследуются по закону^{[6][7][8][9][5]}. В частности,

многие практикующие фоллисты преследовались по закону за мошенничество, работу без лицензии, причинение смерти по неосторожности и ряд других проступков, связанных с их профессиональной деятельностью. Уголовному наказанию «диагносты», использовавшие метод Фолля, подвергались также на территории [Великобритании](#), [Австралии](#) и [Канады](#)^[10].

В России в 1999 году публиковались методические рекомендации по применению электропунктурной диагностики^{[6][11]}. По словам Александра Шуляка, директора НИИ традиционной медицины при [РНИМУ им. Н. И. Пирогова](#), методические рекомендации были разработаны «Федеральным научным клиничко-экспериментальным центром традиционных методов диагностики и лечения» (ФНКЭЦ ТМДЛ, ранее НИИ традиционных методов лечения^[12]) во времена, когда научные методы почти не применялись, а Минздрав принимал все рекомендации этого института. После реорганизации ФНКЭЦ ТМДЛ в 2009 году метод утратил официальное признание^[13]. Однако попытки протолкнуть метод Фолля на государственный уровень предпринимались неоднократно, этим методом активно пользуются во многих частных медицинских центрах и всяческих «оздоровительных» учреждениях^[10].

В 2000-х и 2010-х годах в России некоторые устройства (например, [Имедис](#), Лира-100), реализующие метод Фолля и его модификации — вегеторезонансное или биорезонансное тестирование, использовались в том числе для [мошенничества с тестированием на наркотики](#)^{[14][6]}. По мнению [Евгения Брюна](#) (главного психиатра-нарколога Минздрава России), это дискредитировало идею массового тестирования на наркотики и создавало условия для [коррупции](#)^{[15][16]}.

См. также

- [Е-метр](#)
- [Биорезонансная терапия](#)

Примечания

1. Архивированная копия (https://web.archive.org/web/20140826113726/http://www.fr.spb.ru/kse/conf_lzhenauka.pdf) . Дата обращения: 25 августа 2014. Архивировано из оригинала (http://www.fr.spb.ru/kse/conf_lzhenauka.pdf) 26 августа 2014 года. Архивированная копия (https://web.archive.org/web/20140826113726/http://www.fr.spb.ru/kse/conf_lzhenauka.pdf) . Дата обращения: 25 августа 2014. Архивировано из оригинала (http://www.fr.spb.ru/kse/conf_lzhenauka.pdf) 26 августа 2014 года.

2. Semizzi M., Senna G., Crivellaro M., et al. A double-blind, placebo-controlled study on the diagnostic accuracy of an electrodermal test in allergic subjects (англ.) // *Clin. Exp. Allergy* : journal. — 2002. — June (vol. 32, no. 6). — P. 928–932. — doi:10.1046/j.1365-2222.2002.01398.x (<https://dx.doi.org/10.1046%2Fj.1365-2222.2002.01398.x>) . — PMID 12047441 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12047441>) .
3. Wüthrich B. Unproven techniques in allergy diagnosis (<http://www.jiaci.org/issues/vol15issue02/1.pdf>) // *J Investig Allergol Clin Immunol*. — 2005. — Т. 15, № 2. — С. 86–90. — PMID 16047707 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16047707>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180712174557/http://www.jiaci.org/issues/vol15issue02/1.pdf>) 12 июля 2018 года.
4. Quack «Electrodiagnostic» Devices (<http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/electro.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150208120611/http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/electro.html>) от 8 февраля 2015 на Wayback Machine // Quackwatch (англ.)
5. Electrodermal Screening (<http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/manualhealingandphysicaltouch/electrodermal-screening>) (англ.). *Cancer.org*. American Cancer Society (1 ноября 2008). Дата обращения: 19 апреля 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150318050857/http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/manualhealingandphysicaltouch/electrodermal-screening>) 18 марта 2015 года. в web.archive.org
6. Молчание зайчат (<http://lenta.ru/articles/2013/07/08/agromedicine/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131012114827/http://lenta.ru/articles/2013/07/08/agromedicine/>) от 12 октября 2013 на Wayback Machine // Lenta.ru, 2013-07-08: «Уже в новейшей истории России были выпущены официальные методические рекомендации по применению „диагностики по Фоллю“, причем в том числе и для обнаружения наркотической зависимости. В США тот же метод приведет на скамью подсудимых, поскольку признан мошенническим. Мировое научное сообщество не признает... диагностику по Фоллю».
7. Stephen Barrett, M.D., *Regulatory Actions Related to EAV Devices* (<http://www.quackwatch.com/02ConsumerProtection/eav.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131025215032/http://www.quackwatch.com/02ConsumerProtection/eav.html>) от 25 октября 2013 на Wayback Machine // Quackwatch, March 28, 2015 (англ.): «*The FDA has banned importation of EAV devices into the United States and warned or prosecuted a few marketers.*»

8. [Bogus Electrodermal Testing Devices and the Failure of Regulators to Act](http://www.sciencebasedmedicine.org/bogus-electrodermal-testing-devices-and-the-failure-of-regulators-to-act/) (<http://www.sciencebasedmedicine.org/bogus-electrodermal-testing-devices-and-the-failure-of-regulators-to-act/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131012040855/http://www.sciencebasedmedicine.org/bogus-electrodermal-testing-devices-and-the-failure-of-regulators-to-act/>) от 12 октября 2013 на [Wayback Machine](#), Harriet Hall, March 5, 2013: «Electrodermal testing is clearly bogus and illegal. Inaction on the part of regulators has allowed it to persist and to defraud patients.»
9. [Electrodermal Testing Part II: Legal and Regulatory Aspects](https://www.sciencebasedmedicine.org/electrodermal-testing-part-ii-legal-and-regulatory-aspects/) (<https://www.sciencebasedmedicine.org/electrodermal-testing-part-ii-legal-and-regulatory-aspects/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150419221327/https://www.sciencebasedmedicine.org/electrodermal-testing-part-ii-legal-and-regulatory-aspects/>) от 19 апреля 2015 на [Wayback Machine](#), Harriet Hall, July 12, 2011: «The FDA has prohibited their sale or importation for unapproved purposes like electrodermal testing; it has sent warnings to companies, raided clinics, and confiscated machines.»
10. [Водовозов А. В.](#) Пациент разумный. Ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каждый. — М.: [ЭКСМО](#), 2016. — 224 с. — (Умный пациент). — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-84611-5.
11. [Возможности компьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в терапии методами рефлексотерапии и гомеопатии. Методические рекомендации МЗ РФ № 98/232](#) (<http://www.peresvetmed.ru/st-mz-eav.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20141006083210/http://www.peresvetmed.ru/st-mz-eav.html>) от 6 октября 2014 на [Wayback Machine](#) // НИИ Традиционных Методов Лечения, Москва, 1999
12. Константин ЩЕГЛОВ. [Отделяя зерна от плевел...](https://web.archive.org/web/20131111010144/http://www.mgzt.ru/article/2576/) (<https://web.archive.org/web/20131111010144/http://www.mgzt.ru/article/2576/>) . Медицинская Газета. Архивировано из оригинала (<http://www.mgzt.ru/article/2576/>) 11 ноября 2013. Дата обращения: 10 ноября 2013. «Лишь только в марте 1977 г. в Москве приказом министра здравоохранения СССР Бориса Петровского был открыт Центральный научно-исследовательский институт рефлексотерапии (позднее – НИИ традиционных методов лечения, затем – Федеральный научный клинично-экспериментальный центр традиционных методов диагностики и лечения Минздрава России). Но бум традиционной медицины пришелся у нас всё же на 90-е годы XX столетия».

13. Вера Разборова. [ФОЛЛЯ ИМИТАТОРЫ. Производители и продавцы приборов, использующих нетрадиционный метод экспресс-диагностики Рейнхольда Фолля, приостановлены МВД](http://www.vademec.ru/magazines/article2927.html) (<http://www.vademec.ru/magazines/article2927.html>) .
VADEMECUM, №16 07 ОКТЯБРЯ 2013. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20131111005329/http://www.vademec.ru/magazines/article2927.html\)](https://web.archive.org/web/20131111005329/http://www.vademec.ru/magazines/article2927.html) 11 ноября 2013.
Дата обращения: 10 ноября 2013. ««Методические рекомендации по использованию метода Фолля разрабатывал Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных методов диагностики и лечения, — вспоминает директор НИИ традиционной медицины при РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Шуляк. — Науки как таковой там не было, и Минздрав на веру принимал то, что рекомендовал этот институт». Эксперт оговаривается, что в 2009 году центр был реорганизован, и с тех пор метод утратил официальное признание».
14. [Контрольная по наркотикам](http://www.kommersant.ru/doc/1655898) (<http://www.kommersant.ru/doc/1655898>) [Архивная копия \(https://web.archive.org/web/20131111050748/http://www.kommersant.ru/doc/1655898\)](https://web.archive.org/web/20131111050748/http://www.kommersant.ru/doc/1655898) от 11 ноября 2013 на [Wayback Machine](http://www.waybackmachine.org/) // Журнал «Коммерсантъ Деньги», № 24 (831), 20.06.2011: «в МГТУ имени Баумана студентов давно тестируют на некоем аппарате, разработанном компанией „Имедис“ и работающем на основе электропунктурной диагностики по методу Фолля.... примеров ложных положительных результатов масса... Наркологи видят в этом аппарате чуть ли не аферу. „В США,— рассказывает Полятыкин,— использование подобных приборов запрещено и считается мошенничеством. Это что-то вроде бубна шамана или хрустального шара — просто отвлекает внимание испытуемого, а результат интерпретируется исследователем абсолютно субъективно“».
15. [Главный нарколог РФ обвинил уральские вузы в шарлатанстве. По просьбе «УралПолит. Ru» начнется спецпроверка](http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354890821-glavnyi-narkolog-rf-obvinil-uralskie-ministerstva-v-sharlatanstve-po-prosbe-uralpolitru-nac) (http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354890821-glavnyi-narkolog-rf-obvinil-uralskie-ministerstva-v-sharlatanstve-po-prosbe-uralpolitru-nac) [Архивная копия \(https://web.archive.org/web/20131012005251/http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354890821-glavnyi-narkolog-rf-obvinil-uralskie-ministerstva-v-sharlatanstve-po-prosbe-uralpolitru-nac\)](https://web.archive.org/web/20131012005251/http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354890821-glavnyi-narkolog-rf-obvinil-uralskie-ministerstva-v-sharlatanstve-po-prosbe-uralpolitru-nac) от 12 октября 2013 на [Wayback Machine](http://www.waybackmachine.org/) // УралПолит. Ru, 07.12.2012 : «По мнению Евгения Брюна, использование этой методики и аппаратов „Имедис“ ведет к дискредитации всей идеи тестирования школьников и студентов.» ... «.. закупке приборов биорезонансной терапии „Имедис“. Позицию Академии наук, считающих эти технологии откровенно шарлатанскими и антинаучными, чиновники проигнорировали».

16. Бешлей Ольга (25 ноября 2013). Шарлатаны и «наркоманы». Массовые тесты школьников на наркотики будут проводить сомнительным прибором (<http://newtimes.ru/articles/detail/74772>) . The New Times № 39 (306). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131126223856/http://www.newtimes.ru/articles/detail/74772>) 26 ноября 2013. Дата обращения: 27 ноября 2013. «Это метод Фолля...Василий Власов, президент Общества специалистов доказательной медицины,... «А в регионах у всех своё представление о том, как правильно. Тот же «Имедис» там очень популярен». Профессор считает вполне вероятным, что «детям сначала в качестве профилактики предложат пройти обследование на какой-нибудь дребедени типа «Имедиса», а когда найдут наркотики, станут предлагать родителям заплатить деньги за дорогостоящую процедуру нормального медицинского обследования». «Тут масса возможностей для коррупции», — подытожил Власов».

Литература

- Архипова А.Н., Китаев Н.Н. «Криминалистическая магия» под сенью Роспатента (http://moi-vzn.narod.ru/VZN_08.PDF#page=58) // В защиту науки. — 2011. — № Бюллетень № 8. — С. 58—63.
- Водовозов А. В. Пациент разумный. Ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каждый. — М.: Эксмо, 2016. — 224 с. — (Умный пациент). — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-84611-5.
- Рагульская М. В., Любимов В. В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты (<http://jre.cplire.ru/alt/nov00/2/text.html>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20070104175129/http://jre.cplire.ru/alt/nov00/2/text.html>) 4 января 2007] / Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (<http://forecast.izmiran.ru/>) // Журнал радиоэлектроники (<http://jre.cplire.ru/jre/about.html>) : электронный журнал. — 2000. — № 11. — ISSN 1684-1719 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1684-1719>) .
- Цилинский Я. Я., Суетина И. А. Центр электронного оккультизма (http://moi-vzn.narod.ru/VZN_08.PDF#page=39) // В защиту науки. — 2011. — № Бюллетень № 8. — С. 39—52.

Ссылки

- Алексей Водовозов — Пациент Разумный (<http://md-eksperiment.org/post/20161205-aleks-ey-vodovozov-pacient-razumnyj>) передача «Только наука» на радио Культурная Эволюция

[Сообщить об ошибке](#)