

Mean Hysteresis and Standard Deviation - Lungo Sensor
Mean (μ)
Std Dev ($\pm\sigma$)
Summary ($\mu \pm \sigma$):
6 CPM: 4.33 ± 0.48%
12 CPM: 3.82 ± 0.31%
24 CPM: 5.96 ± 1.27%
48 CPM: 6.01 ± 1.13%
60 CPM: 8.26 ± 1.24%
Hysteresis H_{max} (% $R_{0,cycle}$)
0
2
4
6
8
10
12
6
12
24
48
60
Test Frequency [CPM]