

Relatório de Processos - TraceMed

Material: Pinça Cirúrgica - Serial: PIN-dd79c0

Recebimento: 2025-03-21 10:30:00

Lavagem: None

Esterilização: None

Distribuição: None

Falhas:

- Etapa: lavagem | Crítica: True | Material danificado
- Etapa: lavagem | Crítica: False | Resíduo leve identificado, material limpo novamente.
- Etapa: esterilizacao | Crítica: True | Esterilizador apresentou erro de temperatura.

Material: Pinça Cirúrgica - Serial: PIN-dd79c0

Recebimento: 2025-03-21 10:30:00

Lavagem: None

Esterilização: None

Distribuição: None

Falhas:

- Etapa: esterilizacao | Crítica: True | Esterilizador apresentou erro de temperatura.