

Relatorio de Inspecao Anual — Autoclave 2024

Tipo de documento: Relatorio Tecnico

Equipamento: Autoclave Systec VX-150

Data do documento: 2024-03-22

Data de validade: 2025-03-22

Foi realizada a inspecao anual obrigatoria da autoclave identificada, em conformidade com a norma EN 13060 e com os requisitos do programa de controlo de qualidade da esterilizacao hospitalar.

Testes realizados: teste de Bowie-Dick (verificacao da penetracao do vapor); teste de estanquicidade (verificacao da integridade da camara de pressao); calibracao dos sensores de temperatura e pressao; verificacao dos sistemas de seguranca e alarmes.

Resultados: TODOS OS TESTES APROVADOS. O equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos de desempenho e seguranca aplicaveis.

Parametros verificados: temperatura de esterilizacao (134 C, erro: +/- 0.5 C); pressao de trabalho (2.1 bar, erro: +/- 0.05 bar); tempo de exposicao (18 minutos, conforme programacao).

Este relatorio e valido pelo periodo de 12 meses a contar da data de emissao, desde que o equipamento nao sofra avarias, reparacoes ou modificacoes. Proxima inspecao: Marco de 2025.