

Certificado de Calibração Anual 2024

Tipo de documento: Certificado

Equipamento: Monitor Multiparamétrico Philips IntelliVue MP5

Data do documento: 2024-01-10

Data de validade: 2025-01-10

Certifica-se que o equipamento identificado foi submetido a calibração periódica, em conformidade com os requisitos normativos aplicáveis e com as especificações técnicas do fabricante.

Resultado da calibração: APROVADO. Todos os parâmetros monitorizados se encontram dentro dos limites de tolerância definidos.

Parâmetros verificados: frequência cardíaca (erro máximo: ± 1 bpm), SpO2 (erro máximo: $\pm 2\%$), NIBP (erro máximo: ± 3 mmHg), temperatura (erro máximo: ± 0.1 C).

Próximo intervalo de calibração recomendado: 12 meses a partir da data deste certificado.

Este certificado foi emitido pela entidade de calibração acreditada e é válido até a data indicada, salvo em caso de avaria, reparação ou modificação do equipamento.