

Relatorio de Manutencao Preventiva — Ventilador Pulmonar Drager

Tipo de documento: Relatorio Tecnico

Equipamento: Ventilador Pulmonar Drager Evita V500

Data do documento: 2024-06-01

Data de validade: N/A

Foi realizada a manutencao preventiva programada do ventilador pulmonar Drager Evita V500, de acordo com o plano de manutencao anual.

Acoes realizadas: inspecao visual do equipamento e acessorios; substituicao dos filtros inspiratorio e expiratório; verificacao e calibracao dos sensores de fluxo e pressao; teste de estanquicidade do circuito respiratorio; verificacao do sistema de alarmes.

Resultado da manutencao: CONFORME. O equipamento encontra-se em condicoes de funcionamento adequadas e pode ser utilizado em ambiente clinico.

Pecas substituidas: filtro inspiratorio (ref. DR-F001), filtro expiratorio (ref. DR-F002), valvula de exalacao (ref. DR-V003).

Proxima manutencao preventiva agendada: Junho de 2025. Contacto do servico de assistencia tecnica: assistencia@draeger.pt