

Manual de Utilizador — Monitor Multiparametrico Philips IntelliVue

Tipo de documento: Manual

Equipamento: Monitor Multiparametrico Philips IntelliVue MP5
Data do documento: 2022-03-15
Data de validade: N/A

Este manual destina-se aos profissionais de saúde responsáveis pela operação do Monitor Multiparametrico Philips IntelliVue MP5.

O monitor permite a monitorização contínua de parâmetros fisiológicos do doente, incluindo frequência cardíaca, saturação de oxigénio (SpO2), pressão arterial não invasiva (NIBP) e temperatura corporal.

Instruções de operação básica: ligue o equipamento premindo o botão de alimentação durante 3 segundos. Aguarde o arranque do sistema (aproximadamente 45 segundos). Confirme a calibração dos sensores antes de conectar ao doente.

Em caso de alarme, verifique imediatamente o estado clínico do doente e confirme os valores exibidos no ecrã. Consulte o serviço de engenharia clínica em caso de avaria.

Referência: Philips IntelliVue MP5 — Documento técnico interno MedStock. Para informações adicionais contacte o fabricante.