
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής



CEI 229 – Βιοπληροφορική

Κεφ. 4: Ιατρική απεικόνιση, Τεχνολογία, Εφαρμογές

Δρ. Χρίστος Λοΐζου
Καθηγητής


Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

© Christos Loizou CEI-229

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή – Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα
- Τύποι Ιατρικών εικόνων
- Ποιότητα εικόνας (Αποτίμηση)
- Τεχνολογία εικόνας
  - Ραδιολογία
  - Τομογραφία
  - Μαγνητική τομογραφία
  - Υπερηχογραφία
  - Πυρηνική Ιατρική
  - Ενδοσκοπία
  - Θερμογραφία
- Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνα
- Το μέλλον της ιατρικής εικόνας




© Christos Loizou CEI-229

- **Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα**
  - Συστήματα, που αναπτύχθηκαν για την απεικόνιση των εσωτερικών δομών του ανθρωπίνου σώματος, μέσω της αλληλεπίδρασης διαφορετικών μορφών ενέργειας ή ακτινοβολίας με βιολογικούς ιστούς.
- **Σκοπός:** Η διάγνωση, ο σχεδιασμός και παρακολούθηση των θεραπευτικών αγωγών και η συμβολή σε πειραματικές μελέτες.

- **Υπολογιστική τομογραφία** (**CT**) (ή **αξονική τομογραφία** (X-Ray CT).
- **Μαγνητική τομογραφία** (Magnetic resonance imaging - **MRI**).
- **Τομογραφία υπερήχων** (**Ultrasound CT**).
- **Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου** (Positron-emission tomography - **PET**).
- **Τομογραφία εκπομπής φωτονίου** (Single-photon-emission computed tomography, **SPECT**).
- **Ενδοσκοπικά συστήματα**.


© Christos Loizou CEI-229

Ιατρική ψηφιακή εικόνα –επανάσταση



X-ray, Ultrasound, PET, MRI, Positron emission tomography





Magnetic Resonance Imaging






Courtesy of google search

Ψηφιακές εικόνες, αποτελούνται από κουκίδες ή **εικονοστοιχεία** ή **pixels**. Κάθε κουκίδα αναπαρίσταται από ένα **δυαδικό ψηφίο (0 ή 1) ή bit** για την περίπτωση ασπρόμαυρης κουκίδας και από περισσότερα bits για έγχρωμη κουκίδα. Η **ποιότητα μιας εικόνας** εξαρτάται από την πυκνότητα των κουκίδων και τον αριθμό των χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Web Link: https://www.youtube.com/watch?v=2kPYYd5D2vA


Ιατρική απεικόνιση


- Σχεδόν παντού στη ιατρική συναντούμε εικόνα/βίντεο
- Μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης εσωτερικών οργάνων του σώματος
- Εικόνα – ένα 2Δ σήμα $f(x,y)$ ή ένα 3Δ σήμα $f(x,y,z)$




Μέλλον - Combine, minimally cut. Computed aided Surgery CAS

Παρελθόν - cut then see






Παρών - See then cut



Preoperative Imaging



Intraoperative Execution





Image guidance




Augmented reality

Ψηφιακές ιατρικές εικόνες

- **Είδη ιατρικών εικόνων:**
  - ***Δύο διαστάσεων (2D)****:* Ακτινογραφίες και υπέρηχοι.
  - ***Τριών διαστάσεων (3D):*** Υπολογιστική τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI), τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και τομογραφία εκπομπής φωτονίου (SPECT).
  - ***Τεσσάρων διαστάσεων (4D):*** Δυναμική αλληλουχία ογκομετρικών δεδομένων από μία δυναμική τομογραφική μελέτη.











© Christos Loizou CEI-229




Ενσωμάτωση 3D ανακατασκευής στην εφαρμογή


Ο χρόνος που απαιτείται για την 3Δ ανακατασκευή είναι λιγότερο από 2--3 δευτερόλεπτα ανά ασθενή


Αυτόματη ανίχνευση
Προώθηση περιγράμματος
Μορφομετρική ανάλυση
3D IVUS-Angio Tool v2.1 RC
IVUS
IVUS Graphs
Vessel Radius
Wall Thickness
Areas

Τεχνολογίες CAD



3D Visualization



Preoperative Planning



Intraoperative Navigation



Robotics

Διαφορά επεξεργασίας / ανάλυσης


Επεξεργασία εικόνας:

έχει συγκεκριμένο πρόβλημα να λύσει σε γενικά καλά καθορισμένες συνθήκες



Ανάλυση εικόνας:

προσπαθεί να μιμηθεί ανθρώπινη όραση/ανθρώπινο εγκέφαλο στην κατανόηση εικόνας: δύσκολο πρόβλημα με όχι καλά καθορισμένες συνθήκες





Γνωστή ως Lenna. Σουηδή μοντέλο, Playmate Νοεμβρίου 1972. χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για επίδειξη αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (Ιούλιο 1973). Η αρχική εικόνα είχε μέγεθος 512x512 pixels, λόγω περιορισμού του scanner. Από τότε είναι η de facto εικόνα για δοκιμή αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας.


Table 1.1 Common image formats and their associated properties

Acronym	Name	Properties
GIF	Graphics interchange format	Limited to only 256 colours (8 bit); lossless compression
JPEG	Joint Photographic Experts Group	In most common use today; lossy compression; lossless variants exist
BMP	Bit map picture	Basic image format; limited (generally) lossless compression; lossy variants exist
PNG	Portable network graphics	New lossless compression format; designed to replace GIF
TIF/TIFF	Tagged image (file) format	Highly flexible, detailed and adaptable format; compressed/uncompressed variants exist

Web Link: https://www.youtube.com/watch?v=hI51xJ0qxSk

Εφαρμογές της ΨΕΕ


- Υπάρχουν αμέτρητες περιοχές εφαρμογών της ΨΨΕ, οι οποίες εξελίσσσονται ραγδαία. Θα δώσουμε πιο κάτω μερικές από αυτές.




Web Links: https://www.youtube.com/watch?v=ITiF2T8dgSM
https://www.youtube.com/watch?v=yioQq0k-XwA


Τι είναι η ψηφιακή εικόνα?


- Γενικά: μετάβαση από αναλογικό κόσμο → ψηφιακό = μετατροπή αναλογικών σημάτων→ ψηφιακά (Ψηφιακός 2D πίνακας διακεκριμένου σήματος N×M. Πίνακας ακεραίων I(i,j), i = 1,…,N , j = 1,…,M , 0 ≤ I(i,j) ≤ G-1, G: πλήθος αποχρώσεων, χρήση: $G=2^m$

















Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία




Γεωμετρία Απεικόνισης 1




Γεωμετρία Απεικόνισης 2




Γεωμετρία Απεικόνισης 3




Γεωμετρία Απεικόνισης 4



Γεωμετρία Απεικόνισης 5




Γεωμετρία Απεικόνισης 6




Κλίμακες απεικόνισης




Από **γιγαντιαίες...**




...σε **καθημερινές...**





Μικροσκόπιο ηλεκτρονίων



Every Image is (Just) a Sum of Simple Wave Patterns

Natural Image

Pattern: #0



Sum of Patterns




Chest X-Ray

Pattern: #0



Sum of Patterns


Γεωμετρία οπτικής εικονοληψίας



Απλοποιημένη γεωμετρία φωτογραφικής απεικόνισης


Γεωμετρία προβολής οπής

- Ο φακός θεωρείται σα μια οπή από την οποία περνούν όλες οι ακτίνες φωτός που κτυπούν το πεδίο εικόνας.
- Το επίπεδο της εικόνας είναι το focal length f από το φακό. Εκεί βρίσκεται η κάμερα όταν εστιάζει.
- Η εικόνα καταγράφεται στο επίπεδο της εικόνας, χρησιμοποιώντας photographic emulsion, CCD sensor, κλπ.



Πρόβλημα: σε αυτό το μοντέλο, αλλά και στην πραγματικότητα η εικόνα είναι αντιστραμμένη. Έτσι, πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο για να το διορθώσουμε αυτό.

Γεωμετρία αντεστραμμένης προβολής



Λύση σκηνογραφικής προβολής

Από το θεώρημα των ομοίων τριγώνων συμπεραίνουμε:


$$\frac{a}{f} = \frac{A}{C} \qquad \text{και} \qquad \frac{b}{f} = \frac{B}{C}$$

ή

$$(a,b) = \frac{f}{C} \cdot (A,B) = (f\ A/C,\ f\ B/C)$$

Παράδειγμα 1

Υπάρχει ένας άνθρωπος σε απόσταση 10 μέτρων μπροστά μας.
Έχει 2 μέτρα ύψος.
Η εστιακή απόσταση του ματιού μας είναι 17mm.
Ερώτηση: Ποιό είναι το ύψος H της εικόνας που σχηματίζεται στη ρετίνα;




Από τα όμοια τριγωνα: $\frac{2\ m}{10\ m} = \frac{H}{17mm}$ ⇒ H = 3.4 mm

Αναπαράσταση και Αποθήκευση της Ψηφιακής Εικόνας


- Μια εικόνα αποθηκεύεται ως ένας πίνακας από ακέραιους αριθμούς, Χρήση πινάκων για αναπαράσταση ψηφιακής εικόνας, Έστω τετραγωνικός πίνακας εικόνας

$$\mathbf{I} = [\, I(i, j);\ 0 \le i, j \le N-1 \,]$$


$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I(0,0) & I(0,1) & \cdots & I(0,N-1) \\ I(1,0) & I(1,1) & \cdots & I(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ I(N-1,0) & I(N-1,1) & \cdots & I(N-1,N-1) \end{bmatrix}$$




- Αριθμός των Bits/pixel καθορίζει το πλήθος χρωμάτων (ή φωτεινότητας) τα οποία μπορεί να πάρει.
  - 4 bits: εικόνες 16 χρωμάτων
  - 8 bits: εικόνες 256 χρωμάτων ή εικόνες τόνων γκρίζου
  - 16, 24, 32 bits: εικόνες πραγματικού χρώματος κλπ
- 1 bits ανά pixel: δυαδικές εικόνες (binary images- μόνο δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο.




Βάθος Χρώματος Εικόνας




Αρχική Εικόνα, 8bits/pixel



Αρχική Εικόνα, 6bits/pixel



Αρχική Εικόνα, 4bits/pixel



Αρχική Εικόνα, 3bits/pixel

Η Επανάσταση Της Ψηφιακής Εικόνας


- Χώρος που απαιτείται για αποθήκευση ψηφιακής εικόνας:
  - Ανάλυση εικόνας H x W pixels (Height, Width)
  - B bits για αποθήκευση της φωτεινότητας σε κάθε pixel


    ➔ Χώρος = H x W x B (σε bits)
- Για εικόνες τόνων γκρίζου, παράδειγμα:
  - Οι διαστάσεις είναι $H = W = 2^M$, M = 9 (512 x 512 pixels)
  - B = 8 (256 επίπεδα φωτεινότητας γκρίζου)


    ➔ Χώρος = $B \times 2^M \times 2^M = 8 \times 2^{18} = 2097152$ bits = 0.4 Mbytes
- Για βίντεο, συνήθως έχουμε 30 πλαίσια (καρέ εικόνας) να μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιώντας μια τεχνική για μείωση των αναγκών σε bandwidth (Πεπλεγμένη Σάρωση 2:1 - Interlaced Scanning 2:1), μια κινούμενη γκρι εικόνα με τις παραπάνω διαστάσεις και επίπεδα φωτεινότητας απαιτεί περίπου 7.5 Mbytes για 1 δευτερόλεπτο βίντεο
- Για μια έγχρωμη ταινία 2 ωρών χρειάζονται περίπου 27000 Mbytes. Η ποσότητα αυτή είναι υπερβολική. Για αυτό χρειάζονται τεχνικές μείωσης των αναγκών σε αποθηκευτικό χώρο και bandwidth


  ➔ Συμπίεση (θα τη δούμε σε άλλα κεφάλαια)

Χρωματικοί χώροι-Χρώμα










Intensity Image




Color is important in many ways





Although we can function without it



Αντίθεση


- Δεδομένης μια μικρής **κηλίδας εικόνας**, η **Michelson Contrast** της κιλήδας αυτής είναι


$$\frac{L_{\max} - L_{\min}}{L_{\max} + L_{\min}}$$


- $L_{\max}$ and $L_{\min}$ είναι το μέγιστο και το ελάχιστο της **φωτεινότητας** πάνω στην κηλίδα


Τι είναι ανάλυση εικόνας?

- Η ικανότητα ενός συστήματος να απεικονίζει χωρικές λεπτομέρειες (Pixels/inch, pixels/mm^2) .
- Ποια εικόνα παρακάτω έχει υψηλότερη ανάλυση;
- Η ανάλυση αναφέρεται στην ικανότητα ενός συστήματος να αναπαράγει χωρικές λεπτομέρειες.
- Ανάλυση ενός συστήματος χαρακτηρίζεται από την απόκριση συχνότητας του.
  - Πόσο πλατιά γίνεται μια λεπτή γραμμή μετά την απεικόνιση
  - Το πλήρες πλάτος στο μισό μέγιστο (FWHM) καθορίζει την απόσταση μεταξύ δύο γραμμών που μπορούν να διαχωριστούν μετά την απεικόνιση
  - Όσο μικρότερο είναι το FWHM, τόσο πιο λεπτή είναι η ανάλυση.











Ανάλυση εικόνας: Έστω ότι η συγκεκριμένη εικόνα έχει διαστάσεις 6×5 ίντσες (στην αρχική της μορφή) και αναλύεται σε 600 στήλες και 500 σειρές εικονοστοιχείων. Η ανάλυσή της είναι 100 ppi.



Ανάλυση και μέγεθος Αρχείου

Μια ανάλυση ίση με 72 dpi θεωρείται κατάλληλη μόνο για την απεικόνιση της εικόνας στην οθόνη. Περισσότερο χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις των 144, 300 και 600 dpi.





Ανάλυση & μέγεθος αρχείου
είναι ευθέως ανάλογα

Βάθος Χρώματος

Μια άλλη βασική έννοια για μια εικόνα είναι το βάθος χρώματος (color depth ή pixel depth ή bit resolution). Σε κάθε εικονοστοιχείο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάποιον αριθμό από bits για να μπορούμε να ορίσουμε έτσι πόσα διαφορετικά χρώματα θα μπορεί να εμφανίζει αυτό το εικονοστοιχείο.

- **Χρώμα 8 bit**

  Στο χρώμα 8 bit χρησιμοποιούμε 8 bit (1 Byte) για κάθε pixel και επομένως μπορούμε να έχουμε $2^8 = 256$ χρώματα στην απεικόνισή μας. Η ομάδα αυτών των 256 χρωμάτων αναφέρεται συνήθως σαν «παλέτα» της εικόνας. Προφανώς η παλέτα μιας εικόνας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδια με κάποιας άλλης. Ειδική περίπτωση είναι οι 256 αποχρώσεις να είναι κλίμακες του γκρι οπότε έχουμε εικόνα που αποδίδεται σε τόνους του γκρίζου (grayscale).

- **Χρώμα 16 bit**

  Απεικόνιση με 16 bit για κάθε pixel και επομένως 2^{16}=65536 χρώματα στην εικόνα.

Πραγματικό χρώμα

→ 24μπιτο χρώμα
→ 16,7 εκατομμύρια αποχρώσεις
→ το ανθρώπινο μάτι διακρίνει πολύ λιγότερα χρώματα

- **Χρώμα 24 bit**

  Πραγματικό χρώμα (true color). Απεικόνιση με 2^{24}=16.777.216 (16,7 M) χρώματα. Για κάθε pixel χρησιμοποιείται μνήμη 24 bit ή 3 Bytes (ένα byte για κάθε πρωτεύον χρώμα του μοντέλου RGB). Αναφέρεται ως «πραγματικό» χρώμα γιατί θεωρείται ότι αναπαριστά πιστά κάθε απόχρωση που μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι. Στην πραγματικότητα αποδίδει πολύ περισσότερες αφού το μάτι μπορεί να ξεχωρίσει μόνον γύρω στις 300 – 350 χιλιάδες αποχρώσεις.

- **Χρώμα 32 bit**

  Γιατί χρειάζεται κανείς ένα ακόμη byte παραπάνω αφού με το 24μπιτο χρώμα αποδίδει κάθε δυνατή απόχρωση; Το πρόσθετο byte περιέχει πληροφορία σχετικά με την διαφάνεια της εικόνας (καλείται alpha channel) και δεν αφορά αποχρώσεις. Χρώμα 32bit (ή και ακόμη περισσότερο όπως 48 και 96 bit) χρησιμοποιείται σε τεχνικές επεξεργασίας εικόνας επαγγελματικού επιπέδου.

Βάθος Χρώματος

Για παράδειγμα, αν ορίσουμε βάθος χρώματος 1 bit, θα έχουμε μόνο δύο χρώματα, άσπρο ή μαύρο (21 = 2). Αν ορίσουμε βάθος χρώματος 2 bits, θα έχουμε 4 επίπεδα του γκρίζου ή 4 χρώματα (22 = 4). Παρόμοια, αν ορίσουμε βάθος χρώματος 4 bits, θα έχουμε 16 επίπεδα του γκρίζου ή 16 χρώματα (24 = 16) και αν ορίσουμε βάθος χρώματος 8 bits, θα έχουμε 256 επίπεδα του γκρίζου ή 256 χρώματα (28 = 256).

Μέγεθος Αρχείου Εικόνας

- Μέγεθος αρχείου = [αριθμός pixels] × [Βάθος χρώματος]

Ο αριθμός των pixels μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

- Pixels = [pixels κατά πλάτος] × [pixels κατά ύψος] = [ανάλυση] × [πλάτος] × [ανάλυση] × [ύψος]

Πχ. για μια εικόνα διαστάσεων 6 × 3 ιντσών που ψηφιοποιήθηκε στα 100 dpi και 8bit χρώμα, το μέγεθος του αρχείου που θα προκύψει είναι:

- 100 × 6 × 100 × 3 × 8 = 1.440.000 bit = 180.000 bytes = 176 KB.

Αν την ίδια εικόνα την ψηφιοποιήσουμε σε ανάλυση 300 dpi και πραγματικό χρώμα (24 bit) το μέγεθος του αρχείου θα είναι:

- 300 × 6 × 300 × 3 × 24 = 38.880.000 bit = 4.860.000 bytes = 4746.1 KB.

2) Ποιο είναι το μέγεθος εικόνας 6 χ 3 ίντσες που ψηφιοποιήθηκε στα 100 dpi και με βάθος χρώματος 2 bytes (16 bits)



6 χ 100 χ 3 χ 100 χ 16 = 2880000 bits

6 χ 100 χ 3 χ 100 χ 16 = 2880000 bits / 8 = 360000 bytes

360000 bytes /1024= 351 KB /1024 ~ 0,34 MB



Ψηφιακή ανάλυση εικόνων

- Ένα σύστημα ανάλυσης εικόνων: 1) Λαμβάνει εικόνες, 2) Περιγράφει και αναγνωρίζει το περιεχόμενο τους, 3) Εξάγει περιγραφές
- Προσπαθεί να μιμηθεί την ανθρώπινη όραση (φιλόδοξο !!!)
- Χρησιμοποιείται κυρίως σε εξειδικευμένες εφαρμογές (βιομηχανία, ιατρική, γεωλογία, κίνηση οχήματος κ.λπ.) αλλά ήδη τη συναντάμε και σε πολλές εφαρμογές της καθημερινής ζωής (face detection, OCR, navigation, …)
- **Συστατικά στοιχεία συστήματος ανάλυσης εικόνας**: Η ανάλυση εικόνας περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων - τα εξής:
  - Εξαγωγή χαρακτηριστικών
    - Ακμές, σχήματα, υφή, κ.λ.π.
  - Κατάτμηση εικόνων
    - Αποσύνθεση εικόνας στα αντικείμενα που την αποτελούν
  - Περιγραφή σχημάτων
    - Εξωτερικές / Εσωτερικές περιγραφές
  - Ταξινόμηση αντικειμένων

© Christos Loizou CEI-229

Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας

Δεν υπάρχει «βέλτιστη» απεικόνιση

X-ray Mammography	*Magnetic Resonance Imaging*	*Ultrasound*
		
Advantages		
➢ Widely available ➢ Inexpensive ➢ Standard screening modality ➢ Good sensitivity and specificity for certain kinds of pathology (DCIS)	➢ Contrast can be used to image tumour vascularity (eg Gd DTPA) ➢ 3D modality, surgical planning ➢ No radiation issues ➢ Spatial resolution and acquisition time is improving ➢ Suitable for all women	➢ Inexpensive, real-time ➢ 2D/3D acquisition ➢ Image guided-biopsy ➢ Contrast agents for assessing tumour vasc. ➢ Suitable for all women ➢ Good for diagnosing fibrocystic disease
Disadvantages		
➢ X-ray radiation ➢ Compressed breasts ➢ Difficult to read, 2D projection ➢ Not suitable for young women/HRT patients	➢ Expensive, high infrastructure ➢ Toxic contrast agents ➢ Poor sensitivity to DCIS, calcifications, small lesions	➢ Image interpretation ➢ Poor specificity ➢ Breast deformation during acquisition complicates multi-modality fusion

© Christos Loizou CEI-229


Μερικές εφαρμογές ανάλυσης εικόνας

- Αναγνώριση χαρακτήρων: Ανάγνωση κειμένου, ετικετών, τραπεζικών επιταγών, κ.λ.π.
- Ανάλυση ιατρικών εικόνων: Ανίχνευση όγκων, κ.λ.π.
- Βιομηχανικοί αυτοματισμοί: Επιθεώρηση γραμμής παραγωγής για σφάλματα, κ.λ.π.
- Ρομποτική: Έλεγχος κίνησης, αναγνώριση αντικειμένων, κ.λ.π.
- Χαρτογραφία: Κατασκευή χαρτών από φωτογραφίες, κ.λ.π.
- Εγκληματολογία: Αντιστοίχιση βιομετρικών στοιχείων, κ.λ.π.
- Ραντάρ, Συστήματα Πλοήγησης: Ανίχνευση και αναγνώριση στόχων, κ.λ.π.
- Δίκτυα



© Christos Loizou CEI-229

Σύστημα ανάλυσης εικόνων




Προεπεξεργασία: Εξαγωγή θορύβου, κ.λ.π., **Ανίχνευση Ακμών, κατάτμηση**: Αποσύνθεση εικόνας στα αντικείμενα που περιέχει, **Περιγραφή σχήματος, Ταξινόμηση, αναγνώριση**: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων, **Συμβολική περιγραφή**:

– Περιγραφή αντικειμένων, περιγραφή σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων

© Christos Loizou CEI-229


Παράδειγματα



Επιλογή κόκκων ρυζιού ...

... υπό γωνία (με τον άξονα x) στο διάστημα [-30^0, -10^0]

... και υπολογισμός του μήκους του βασικού τους άξονα



Προεπεξεργασία


– Αφαίρεση λευκού θορύβου στον χρόνο

(25 λήψεις) → 25 εικόνες


Κατάτμηση


Εξαγωγή δυαδικής εικόνας με χρήση κατωφλίου

Εξάλειψη μεμονωμένων μικρών περιοχών (π.χ. με μορφολογική επεξεργασία)




Επιλογή κόκκων και υπολογισμός μήκους βασικού άξονα





3Δ Ανακατασκευή

© Christos Loizou CEI-229



Ανάλυση μαστού

Θόρυβος 1

There are a number of possible noise sources and we will discuss in the different applications. Three important noise models are






Impulse Noise: Outliers due to faulty electronics.

Poisson Noise: Due to limited photon counts.





Gaussian Noise: Often due to electronic or thermal fluctuations.




Copyright ©2015 Pearson Education, All Rights Reserved


Θόρυβος 2

There are a number of possible noise sources and we will discuss in the different applications. Three important noise models are

no noise




Salt & Pepper noise (14 dB)




Impulse Noise: Outliers due to faulty electronics.

Poisson Noise: Due to limited photon counts.

Poisson noise (12 dB)



Gaussian noise (13 dB)




Gaussian Noise: Often due to electronic or thermal fluctuations.

Θόρυβος 3

Noise models are defined by their probability distribution (discrete) of probability density function (continuous)


Gaussian Noise:
Continuous valued, magnitude given by standard deviation σ

$$p(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$




Poisson Noise:
Discrete valued.
Magnitude given my the mean λ

$$P[k] = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$



Impulse noise:
Discrete valued.
Magnitude given by likelihoods P_s and P_p

$$P[k] = \begin{cases} 1-P_s-P_p, & k=0 \\ P_s, & k=k_s \\ P_p, & k=k_p \\ 0, & else \end{cases}$$




Θόρυβος 4

Empirically noise is quantified with the ***Signal-To-Noise Ratio*** (SNR). It quantifies the ratio of signal power to noise power and is specified in decibel (dB):


$$x(i,j)=s(i,j)+n(i,j)$$

$$SNR=10\log_{10}\left(\frac{\sum_{ij}|s(i,j)|^2}{\sum_{ij}|n(i,j)|^2}\right)$$


Inf dB




9.5 dB



3.4 dB



–0.12 dB



Θόλωμα vs Θόρυβο


Model of Noise for an imaging system: with correlated noise with adjacent positions

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y) + N(x,y)$$

$$\mathrm{SNR}_p = \frac{\mathrm{power}(f)}{\mathrm{power}(N)}$$

$$SNR_a = \frac{\mu_G}{\sigma_G} = \frac{\mu}{\sqrt{\mu}} = \sqrt{\mu}$$


Amplitude SNR: Quality metric



Blurring vs Noise

Χρησιμότητα ιατρικής απεικόνισης και βασικές ιατρικές απεικονίσεις

- ***Υποβοήθηση της διάγνωσης***:
  - Εκτίμηση μορφής και διαστάσεων (π.χ., όγκων)
  - Εκτίμηση υφής (π.χ., διαφοροποίηση μεταξύ όγκων)
  - Εκτίμηση λειτουργίας
- ***Θεραπεία***:
  - Σχεδιασμός θεραπείας
  - Θεραπεία με την καθοδήγηση απεικονιστικών συστημάτων (π.χ., ενδαρτηριακοί νάρθηκες, χημειοβολισμοί)
- ***Έρευνα***
- ***Εκπαίδευση***



Σχηματική αναπαράσταση της συνολικής διαδικασίας για τη δημιουργία σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης.

Ιατρική Απεικόνιση - in vivo αναπαραγωγή της εικόνας δομών του σώματος με σκοπό τη **διάγνωση**, το **σχεδιασμό** και την παρακολούθηση των θεραπευτικών αγωγών και τη συμβολή σε πειραματικές μελέτες.


© Christos Loizou CEI-229

Ιατρικά Όργανα Απεικόνισης



X-RAY





MRI- inside





MRI:Δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες Η απεικονιστική τεχνική της εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού των πυρήνων (Nuclear Magnetic Resonance or NMR) ορισμένων στοιχείων που βρίσκονται στον ανθρώπινο οργανισμό και έχουν spin 1/2 (1H, 13C, 31P, 23Na, 19F)

PET scan: Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) Απεικονιστική τεχνική της πυρηνικής ιατρικής που κάνει χρήση των αλγορίθμων ανακατασκευής εικόνας της υπολογιστικής τομογραφίας Διαγνωστική αξία: Παρέχει ανατομικές (ιστολογικές) και λειτουργικές (μεταβολικές) πληροφορίες




Ultrasound: Τομογραφία υπερήχων (Ultrasound CT): Απεικονιστική τεχνική που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση υπερήχων με βιολογικούς ιστούς






CT: Ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ιατρικής απεικόνισης που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των ακτινών Χ με τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Οι ακτίνες Χ προβάλλονται διαμέσου του σώματος από διάφορες γωνίες και οι τιμές τους, που προκύπτουν. μετά την απορρόφησή τους, αναλύονται με τη βοήθεια Η/Υ για να δημιουργηθούν εικόνες διατομών

Ιατρική Απεικόνιση




US



PET




XRAY




US





MRI




CT



Mammogram

(c) Christos Loizou EEI-232

Ιστορία Ιατρικής Εικόνας




X-Ray Ιστορία

Πηγή ενέργειας: Οι πρώτες ιατρικές εικόνες χρησιμοποίησαν το φως για να δημιουργήσουν φωτογραφίες, είτε από ακαθόριστες ανατομικές δομές, είτε αν χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο, από ιστολογικά δείγματα. Το φως εξακολουθεί να είναι μια σημαντική πηγή για τη δημιουργία εικόνων. Ωστόσο, ορατό φως δεν μας επιτρέπει να δούμε μέσα στο σώμα.

X-rays: Ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1895 από τον Βίλχελμ Κόνραντ Ροέντγκεν, ο οποίος τιμήθηκε με το 1901 βραβείο Νόμπελ φυσικής για αυτό το επίτευγμα. Η ανακάλυψη προκάλεσε παγκόσμια έξαψη, ειδικά στον τομέα της ιατρικής. από το 1900, υπήρχαν ήδη αρκετές ιατρικές ραδιολογικές κοινωνίες. Έτσι, το Ίδρυμα δημιουργήθηκε για ένα νέο κλάδο της ιατρικής που αφιερώθηκε στην απεικόνιση της δομής και της λειτουργίας του σώματος.

Απώλεια χωρικής πληροφορίες: πολύ περιορισμένη χρήση!




Πρωτη X-ray μηχανη 1895 (Roentgen)





First X-ray image

Συμβατικές εικόνες X-ray και Κατασκευή


Σωλήνας ακτινών Χ και τραπέζι







Τα ηλεκτρόνια από τις καθοδικές ίνες επιταχύνονται προς την ανοδο και επηρεάζουν την περιστροφή. Η ταχεία επιβράδυνση παράγει θερμότητα (~ 98 %) and x-rays (~ 2%)




Απλό μαθηματικό μοντέλο διάταξης παραγωγής ακτινών Χ . Η άνοδος βομβαρδίζεται από επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια υψηλής ενεργείας, με Αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενεργείας
→ Ακτίνες Χ


Διάταξη παραγωγής ακτινών - Χ

© Christos Loizou CEI-229

Κλασσική Ακτινολογία 1



Τα βασικά μέρη ενός συστήματος ακτινογραφίας και η δημιουργία της.
Το 'Α' αντιπροσωπεύει ένα φωτόνιο που απορρίφθηκε, το 'Β' πέρασε χωρίς αλληλεπίδραση από τα σκεδαζόμενα φωτόνια 'C' και 'D' μόνο το πρώτο περνά το πλέγμα αντι- σκέδασης.



Απλό μοντέλο σχηματισμού της ακτινογραφίας δείχνοντας τη διαδρομή που ακολουθούν τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα (σκεδαζόμενα) φωτόνια. Η ενέργεια I(x,y) που απορροφάτε στη επιφάνεια dxdy είναι I(x,y)dxdy και δίδεται:

ε(E,0): αποδοτικότητα απορρόφησης ενεργείας του δείκτη
E: Ενεργεία
μ : απορρόφηση ιστου

Τελικά …η **ένταση** είναι …


$$I(x,y) = N\varepsilon(E,0)Ee^{-\int \mu(x,y,z)dz}(1+R)$$

$$I(x,y) = N\varepsilon(E,0)Ee^{-\int \mu(x,y,z)dz} + \text{σκέδαση}$$

© Christos Loizou CEI-229

Κλασική ακτινολογία 2

Υπολογισμός κοντράστ οστών και μαλακού ιστού




Ενα απλοποιημένο μοντέλο για τον υπολογισμό του κοντράστ σε μια περιοχή μέσα στον ασθενή

$$<I_{xray}> \propto e^{-\int \mu(x,y,z)dz}$$

$$\frac{I_m}{I_0} = e^{-\int \mu_m(x,y,z)dz} = e^{-\mu_m} = 0.8352$$


$$\frac{I_b}{I_0} = e^{-\int \mu_b(x,y,z)dz} = e^{-\mu_b} = 0.6187$$




$$C = \frac{(0.8352 - 0.6187)}{0.8352} \times 100\% \approx 25\%$$

Σημαντικές παράμετροι της ακτινολογικής απεικόνισης:

Ποιότητα εικόνας: Πολλά μετρά αποτίμησης




$$C = \frac{1 - e^{-(\mu_2 - \mu_1)x}}{1 + R}$$



Κοντράστ και διακριτική ανάλυση (απλά) : C=(I1-I2)/I1, εξαρτάται από 1) τις διαστάσεις παθολογίας, 2)τη σκέδαση, και 3) τη διαφορά ανάμεσα στους συντελεστές των δύο ιστών
Δόση ακτινοβολίας και θόρυβος που καθορίζει τις δυνατότητες και τα όρια την διαγνωστικής ακτινολογίας.

Συντελεστής Εξασθένησης



Οι συντελεστών εξασθένισης διαφόρων ιστών σε συνάρτηση της ενέργειας φωτονίων (στοιχεία από το *National Institute of Standards and Technology* των Η.Π.Α, http://www.nist.gov/srd/physics.htm)

Το κοντράστ είναι μιαρότερο όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά των συντελεστών εξασθένησης μ_1 και μ_2.
Άρα «συμφέρει» η απεικόνιση με χαμηλότερες ενέργειες, αλλά αυτό συνεπάγεται και κάποια προβλήματα.

Προβλήματα απεικόνισης σε χαμηλές ενέργειες:

1) Η απορρόφησή της από τους ιστούς αυξάνεται (αφού μ⍰) με αποτέλεσμα της αύξησης της δόσης στον ασθενή.

2) Η μέση ενέργεια της δέσμης ακτινών Χ αυξάνεται καθώς αυτή διαπερνά τους ιστούς (αφού η απορρόφηση των φωτονίων χαμηλής ενέργειας είναι ευκολότερη), με αποτέλεσμα τη μείωση του κοντράστ.

3) Αύξηση του χρόνου απεικόνισης (π.χ. εμφάνισης του φιλμ) αυξάνει το κοντράστ μιας και μειώνεται το φαινόμενο της κβαντικής διακύμανσης. Όμως και πάλι, αυξάνεται η δόση στον ασθενή.

Υπάρχει συμβιβασμός αναμεσά στο κοντράστ και στη δόση στον ασθενή

Δόση ακτινοβολίας στον ασθενή 1

Ακολουθώντας το απλό μοντέλο σχηματισμού της ακτινογραφίας του προηγουμένου σχήματος μπορούμε να υπολογίσουμε τη ***δόση ακτινοβολίας που απαιτείται για να επιτύχουμε κοντράστ C σε μια παθολογία επιφάνειας*** A η οποία καλύπτεται από θόρυβο βάθους, προερχόμενο αποκλειστικά από κβαντική διακύμανση. Το σήμα το οποίο θέλουμε να διακρίνουμε δίνεται από τη σχέση:

$$\sigma\acute{\eta}\mu\alpha = \Delta I\, A$$

όπου $\Delta I = I_1 - I_2$. Με χρήση των εξισώσεων (2) και (3) η παραπάνω σχέση γίνεται:

$$\sigma\acute{\eta}\mu\alpha = \Delta I\, A = I_1\, C\, A = C\, A\, N\, \varepsilon\, E\, e^{-\mu_1 t}\, (1+R)$$

Ο κβαντικός θόρυβος προέρχεται από διακυμάνσεις στην ενέργεια που απορροφάτε στον δέκτη και για μια στοιχειώδη επιφάνεια A κοντά στην παθολογία (μ2), δίνεται από τη σχέση:

$$\theta\acute{o}\rho\upsilon\beta o\varsigma = E(I_1 A/E)^{1/2} = E[N\varepsilon A\; e^{-\mu_1 t}(1+R)]^{1/2}$$

μπορούμε να υπολογίσουμε το λόγο του σήματος προς το θόρυβο (SNR):

$$\mathrm{SNR} = C\,[N\varepsilon A\; e^{-\mu_1 t}(1+R)]^{1/2} = \left(1 - e^{-(\mu_2-\mu_1)x}\right)[N\varepsilon A\; e^{-\mu_1 t}/(1+R)]^{1/2}$$

Αναλύοντας τον πρώτο εκθετικό όρο μέχρι το δεύτερο παράγοντα Taylor ($e^x \approx 1+x$) παίρνουμε:

$$SNR^2 = \frac{(\Delta\mu x)^2 N\varepsilon A e^{-\mu_1 t}}{1+R} \qquad \text{Όπου } \Delta\mu = \mu_2 - \mu_1.$$

η ελάχιστη δόση στον ασθενή πρέπει να αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή k (συνήθως k=5) του SNR για το οποίο η παθολογία μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο

Δόση ακτινοβολίας στον ασθενή 2

Εξισώνοντας k =SNR και λύνοντας ως προς τον αριθμό των φωτονίων N (στον ασθενή ανά μονάδα επιφάνειας)έχουμε:

$$\mathbf{N= k2\ (1 + R)}\ e^{\mu_1 t} \quad \mathbf{/\ [\varepsilon\ (\Delta\mu\ x)2\ x2]}$$

Οπότε η δόση στον ασθενή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ακτινοβολίας (ενέργεια επί αριθμό φωτονίων) με το συντελεστή απορρόφησης-μάζας μΕη/ρ (ρ η πυκνότητα):

$$\mathbf{δόση= (μΕη/ρ)\ E\ N}$$

$E = 50$ keV, $\varepsilon = 0.3$, $x =$ 1 mm, $k = 5$, $\mu_1 = 22.6\ m^{-1}$, $(\mu_{En/p}) = 0.004 m^2\ kg^{-1}$,
$\Delta\mu x = 0.03$, $(1 + R) = 3$ and $t = 0.2$m ⓪ $N = 2.6 \times 10^{13}$ photons/m^2

Και επιφανειακή δόση 0.8 mGy.

X-Ray Παραδείγματα και X-Ray Εξοπλισμός



Η πρώτη απεικόνιση




Fashionable image of the time…

- Ταινία
- Οθόνη φθορισμού
  - Κίνδυνος φθορισμού!!
- Ενισχυτής εικόνας σωλήνας + βιντεοκάμερα.



C-arm μηχανή ακτινών X









X-ray Ρίσκο

Εφαρμογές



Ορθοπεδική
Οδοντιατρική
Διαγνωστική
Κ.λ.π



Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography - DSA)

- Αποκτήστε ψηφιακή ακτινογραφία
- Εγχύστε τον παράγοντα αντίθεσης (contrast agent) στο αίμα (αμορτισέρ ακτινών Χ)
- Αποκτήστε νέα ψηφιακή ακτινογραφία
- Αφαιρέστε και

⇒ Αρτηρίες εμφανείς (vessels "stand out")

... συχνά ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ...

1. Μια αρχική μάσκα εικόνας αποκτάται ψηφιοποιημένη και αποθηκεύετε
2. Εγχύνετε το μέσο αντίθεσης
3. Αριθμός εικόνων λαμβάνετε
4. Η μάσκα αφαιρείτε
5. Η εικόνα που προκύπτει περιέχει μόνο τις σχετικές πληροφορίες
6. Οι διαφορές μπορούν να ενισχυθούν έτσι ώστε το μάτι θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αιμοφόρα αγγεία.
7. Η ποιότητα της επιδείνωσης λόγω κινήσεων του σώματος μπορεί να διορθωθεί σε κάποιο βαθμό.



DSA παράδειγμα:
Η λεκάνη ενός ασθενούς που είχε δεχτεί μεταμόσχευση νεφρού και τοποθέτηση στεντ.



Παράδειγμα DSA από διασταύρωση αορτής (bifurcation of the aorta)


(Courtesy of google)


Αξονικός Τομογράφος (Computed Tomography - CT)


- **Πλεονεκτήματα**: Εξαλείφει την επικάλυψη πυκνοτήτων, εξαιρετική ανάλυση, εξαιρετική για την ανίχνευση ενδοκρανιακή αιμορραγία, εξαιρετική στο λαιμό, το στήθος και την κοιλιά, εξαιρετική για την αξιολόγηση των καταγμάτων. Δεν είναι ακριβό για χρήση.
- **Μειονεκτήματα**: Πιο ακριβό από ακτίνες Χ και υπερήχους, πολύ περισσότερη ακτινοβολία, πυκνό οστό (petrous κορυφογραμμή για παράδειγμα) και μέταλλα προκαλούν σοβαρά προβλήματα θορύβου (artefacts), πιθανή βλάβη των ιστών από ιονισμό, χαμηλή αντίθεση μεταξύ διαφορετικού τύπου μαλακών ιστών



CT ακτινογραφία κοιλίας (abdomen)








(a)slice-by-slice
(b)scanning

(b) Spiral (volume) scanning


CT

- Η πίσω προβολή (μόνο) παράγει εικόνες που θολώνονται από τον πυρήνα 1/r
- Διάλυμα: αποθόλωμα με φίλτρο που είναι αντίστροφο του 1/r (δύσκολο να υλοποιηθεί)
- Τέχνασμα: το φιλτράρισμα αποθόλωσης μπορεί να επιτευχθεί στο χώρο των προβολών πριν από την πίσω προβολή
- Φιλτραρισμένη πίσω προβολή






Courtesy of www.google.com




Κολονοσκόπηση με CT



Σπειροειδής σάρωση

Ιστορία MT (MRI - Magnetic Resonance Imaging) 1

- **1946**: Φέλιξ μπλοκ (Στάνφορντ) και Έντουαρντ Περσέλ (Χάρβαρντ) επιδεικνύουν πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (NMR)
- **1973**: Ο Paul Čibur (SUNY) δημοσίευσε πρώτη ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ εικόνα στη φύση.
- Τέλη του **1970**: πρώτες εικόνες από την ανθρώπινη ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ τομογραφία
- Αρχές του **1980**: πρώτα εμπορικά συστήματα Μαγνητικής τομογραφίας
- **1993**: Η λειτουργική ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ τομογραφία στον άνθρωπο επιδεικνύετε/δοκιμάζετε.















Κλινικό συστημα MRI




3 Tesla Magnet at UCSD








Τι είναι το MRI? 2


- Παράγει πολύ σαφείς, λεπτομερείς εικόνες των οργάνων και των δομών στο σώμα.
- Είναι μια μορφή ιατρικής απεικόνισης που δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία.
- Η μαγνητική τομογραφία κάνει χρήση της περιουσίας του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) σε πυρήνες εικόνας ατόμων μέσα στο σώμα.
















MRI 3


- **<u>Πλεονεκτήματα</u>**: Θόρυβος (artefacts) χωρίς επικάλυψη, εξαιρετική ανάλυση, πολύ καλή στην ανίχνευση υγρών, εξαιρετική για την απεικόνιση του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων, καμία ακτινοβολία, πολλαπλές δοκιμές απεικόνισης στην ίδια μελέτη (T1 = επιστροφή σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας, T2 = απώλεια χύδην εγκάρσια μαγνητοποίηση, IR, GE), παρέχει εγκάρσιες εικόνες των ογκομετρικής δεδομένων.
- **<u>Μειονεκτήματα</u>**: Πολύ ακριβό, οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν βηματοδότη ή φερρομαγνητικό υλικό, πιο αργή για την απόκτηση εικόνων, (περίπου 45 λεπτά), καλύτερο στο μέλλον.
- **1978** πρώτη εμπορική








καρδία




καρκίνος




εγκεφαλικό



πνεύμονας




Νευρολογική λειτουργεία



αρθρώσεις

T1






T2


MRI 4




Σπονδυλική στήλη



Μέρος εγκεφάλου






- T1, T2 από εγκέφαλο
- Ιστός T1 T2 (ms)


WM	87	187
GM	515	74
CSF	1900	250

Πώς λειτουργεί; Οι εικόνες κατασκευάζονται όταν πρωτόνια σε διαφορετικούς ιστούς επιστρέφουν σε κατάσταση ισορροπίας με διαφορετικούς ρυθμούς.

Λειτουργική MT (Functional MRI) 5



Λειτουργικός Χάρτης (στο χρώμα) στην παρεγκεφαλίδα με χωρική ανάλυση 1,25 x 1,25 x8 mm3 και χρονική ανάλυση 8 δευτερολέπτων.



Συνολική λειτουργική μελέτη απεικόνισης του εγκεφάλου, χωρική ανάλυση 3.1 x 3.1 X5 και χρονική ανάλυση 3,5 δευτερολέπτων.

*f*MRI is a technique that images intrinsic blood signal change with magnetic Resonance imagers.






Ανοικτά συστήματα MRI


Εφαρμογές σε εικόνες MT

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

Measured brain signal



Visual stimulus




Brain activation map

MRI → Μέλλον? 8


- Πιο αναλυτικές εικόνες
  - Όλα τα MRI's χρησιμοποιούν χρώμα;
- Καλύτερες εικόνες των οστών δομών
  - Μετατόπιση από ακτινογραφίες και Αξονικές τομογραφίες σε μαγνητική τομογραφία
- Νέες ακολουθίες σάρωσης






NMR (Nuclear Magnetic Resonance Medicine) (Πυρηνική μαγνητική τομογραφία ιατρική

- Διαφορετικές εφαρμογές
- Ανάλυση μοριακών αλλαγών στους ιστούς
- Συνήθως χρησιμοποιείτε μαζί με το CT
- Μικρή χρονική εξέταση (1/3 του MRI)
- Όμως είναι επεμβατική, Έχει ψηλό κόστος
- Εφαρμογές: Alzheimers, Hutington disease, Parkission, early stage tumor detection.







Εφαρμογές

Πυρηνική Κάμερα






General Electric 3 Tesla MT

Πυρηνική εικόνα ολόκληρου του σώματος



Πυρηνική τομογραφία 2

- **PET (Positron Emission Tomography)** τομογραφία εκπομπής φωτονίων - 1953. Το Ποζιτροτρον εκπεμπόταν, δεν πάει μακριά. εξολοθρεύει με ηλεκτρόνιο, παράγοντας ζευγάρι ακτίνων γάμμα, ανιχνεύεται ως σύμπτωση σε δύο ανιχνευτές
- **SPECT** (Ηλεκτρονική αξονική τομογραφία εκπομπής φωτογραφιών) 1967
- Εγχύνετε ραδιοφάσμα (Inject Radiopharmaceutical radio)
- **SPECT – (Single Photon Emission Tomography)** - Βασίζεται στη συμβατική τεχνική της πυρηνικής απεικόνισης και στις μεθόδους αναδόμησης της τομογραφίας.







Figure by MIT OpenCourseWare.


The fluor atom in the FDG (fluorodeoxyglucose) molecule undergoes radioactive decay, emitting a positron -- a form of electron with a positive electrical charge, so it's anti-matter.

The positron collides with an electron, and the resulting matter/anti-matter annihilation emits two gamma rays in opposite directions. The PET scanner registers these gamma rays and assembles the image.


PET (τομογραφία εκπομπής φωτονίων)



1. Positron emitted -- doesn't get far
2. Annihilates with electron -- pair of gamma rays produced
3. Detected as coincidence in two detectors




PET Εξοπλισμός και λίγη Ιστορία 3



An early model …




Current machines…




PET images


- Εξέλιξη της ποιότητας της εικόνας από τον πρώτο σαρωτή PET, που διατίθεται το 1975, στο πιο πρόσφατο και πιο εξελιγμένο μοντέλο, ECAT ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ πρόγραμμα HR +. Η βελτίωση έχει επιτευχθεί με έναν μεγαλύτερο αριθμό και καλύτερους αισθητήρες ακτινοβολίας, καλύτερα προγράμματα υπολογιστών και τη δυνατότητα να πάρει πολλές φέτες την ίδια στιγμή (χρησιμοποιώντας πολλά δαχτυλίδια των αισθητήρων).
- Οι ιχνηλάτες εμφανίζουν λειτουργικές πληροφορίες
  - μεταβολισμός γλυκόζης
  - Αιμάτωση
  - … Find tumors
- Απεικόνιση εγκεφαλικού (Show strokes)
- Αποτίμηση καρδιακής λειτουργείας
- Λειτουργική Νευροεπιστήμη) - Functional neuroscience
  - Προβήματα ηθικής …
- Κάποια ρίσκα από ραδιενέργεια



See http://www.cerebromente.org.br/n01/pet/pet.htm


SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) 1











PET vs SPECT 2



Η σάρωση PET χρησιμοποιεί τεχνητά ραδιενεργά ιχνημερή και ραδιονουκλεΐδια. Η διάρκεια ζωής τους είναι συνήθως μάλλον σύντομη, έτσι πρέπει να παραχθούν επιτόπου.



PET


- Ακριβά
- Χρειάζεστε κοντινό επιταχυντή σωματιδίων για να κάνετε τις απεικονίσεις
- Το PET επιτρέπει στους ιατρούς να αξιολογούν χημικές ή φυσιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με το μεταβολισμό
- Οι εικόνες PET μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση πολλών διεργασιών, όπως ο μεταβολισμός της ζάχαρης, η ροή του αίματος και η υπερσύντηξη, τα ποσοστά δέσμευσης υποδοχέα, η χρήση οξυγόνου και ένας μακρύς κατάλογος άλλων ζωτικών φυσιολογικών δραστηριοτήτων

SPECT

- Μέτρια $
- Δεν χρειάζεται να είναι μαζί με τον επιταχυντή
- Στην απεικόνιση SPECT για να δοθούν σωστά αποτελέσματα η απεικόνιση πρέπει να λαμβάνεται από διάφορες γωνίες προβολής γύρω από τον ασθενή
- Παρόμοια με τη ακτινογραφία CT, οι μέθοδοι επεξεργασίας και αναδόμησης (reconstruction) εικόνων χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πολλών επιπέδων εικόνας ή εγκάρσιας εικόνας από δεδομένα πολλαπλής προβολής.


Υπερηχογράφημα 1950's 1

- **Πλεονεκτήματα**: Καμία ακτινοβολία, μη επεμβατική, φορητή, στιγμιαία (σε πραγματικό χρόνο), εξαιρετική για τις κύστες και το υγρό, το υπερηχογράφημα Ντόπλερ είναι εξαιρετικό για την αξιολόγηση της ροής του αίματος, εξαιρετική για νεογέννητο εγκέφαλο, θυρεοειδή, χοληδόχο κύστη, γυναικεία λεκάνη, όσχεο, εγκυμοσύνη, χαμηλό κόστος, ασφαλής, φθηνή, νέα τεχνολογία.
- **Μειονεκτήματα**: Δεν λειτουργεί καλά σε μεγάλους ή παχύσαρκους ασθενείς, ανάλυση μικρότερη από CT και ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ τομογραφία, αέρα ή εντερικό αέριο αποτρέπει την απεικόνιση των δομών, θορυβώδη εικόνες (πολλαπλασιαζόμενος θόρυβος).



➢ ***Sound: Mechanical wave, >20KHz, 2-15 MHz***





Color Doppler & High resolution ultrasound

- **Ανακλαστικότητα** εικόνας του ακουστικού κύματος, R (x, y, z).
- **Βάθος** – μια λειτουργία του χρόνου (ping-ECHO)
- **Πλευρική** – εστίαση των κυματιστή μέτωπα
- **Άμεση απεικόνιση** (π.χ. έναντι υπολογιζόμενης) τροπικότητας – τα δεδομένα ECHO τοποθετούνται απευθείας στη μήτρα εικόνας


Ιστορία Υπερηχογραφίας 2



- 1942 - Dr.Karl Theodore Dussik. Μετάδοση υπερήχων για το ελέγχο του εγκεφάλου. Πρώτη δημοσιευμένη εργασία για ιατρικούς υπέρηχους.
- Holmes and Howry, 1955. Αντικείμενο βυθισμένο στο δοχείο νερού για να επιτευχθεί καλή ακουστική σύζευξη. Εικόνα φυσιολογικού λαιμού.



- Αυτοματοποιημένος υπερηχογραφοσ, Glasgow, ca 1959. Image shows twin gestation sacs (s) and bladder (B). Η εικόνα δείχνει δύο σάκοι κύησης και την ουροδόχο κύστη (B).



- Συστήματα υπερηχογραφίας → Σήμερα και μέλλον












Acuson Sequoia

Sonosite 180





Τυπικό σύστημά υπερηχογραφίας 3




Courtesy of GE

Υπερηχογραφική απεικόνιση σήμερα: Περιοχές Εφαρμογών 4

- **Καλύτερη απόδοση**


- ***Εφαρμογές σε μικρά ζώα***
  - ✓ *Λειτουργεία καρδίας (γρήγορο αποτέλεσμα)*
  - ✓ *Μικρό φυσικό μεγεθος (rabbit, mouse)*
  - ✓ *Αυξανόμενή αγορά και εφαρμογές (Visualsonics, 25M+ Revenue)*

- ***Εφαρμογές Οφθαλμολογίας***
  - ✓ *Απόφραξη του αμφιβληστροειδούς φλέβα (~ 0,5%). Αξιολόγηση της απόφραξης, άρση της παρεμπόδισης*
  - ✓ *Μέτρηση κερατοειδούς in LASIK*





Rabbit eye images with 30 MHz 64-element Array

30 Frames/s





400 Frames/s





Doppler Images







Courtesy of www.mrcophth.com

Mouse heart images with 30 MHz 64-element Array

Στοιχεία επεξεργασίας ιατρικών εικόνων: Βασικές έννοιες




Βασικές διαδικασίες ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων



Βασικά μέσα για τη λήψη και επεξεργασία μιας εικόνας

Εφαρμογές σε εικόνες


Analysis of heart echo images (classification)








Statistical features






Classification error: 10% (55 images)

Εφαρμογές σε εικόνες

Analysis of heart echo images (segmentation)





Υπερηχογραφική απεικόνιση σήμερα:


Περιοχές Εφαρμογών 5

- **Καλύτερες αποδόσεις**
  - ***HF System with Needle Transducer***













Υπερηχογράφημα Εμβρύου (Fetus Ultrasound)

Ιατρική Θερμογραφία



- Χαμηλή ποιότητα εικόνας
- Επιπλέον διαγνωστικές εφαρμογές
- που συμπληρώνουν τις άλλες τεχνικές
- Μη επεμβατική
- Χαμηλό κόστος, χαμηλή τιμή κινητικότητα




Περίληψη
Που χρησιμοποιούνται και που δεν?


Τεχνική Απεικόνισης	Πλεονέκτημα	Μειονέκτημα
X-ray	**Διεπαφές μαλακών ιστών. Υψηλή χωρική ανάλυση. Ταχύτερη και φθηνότερη.**	Κακή αντίθεση μαλακού ιστού. Planar - εκτός από CT.
Υπερηχογράφος	**Καλή αντίθεση μαλακού ιστού. Γρήγορα και φθηνά. Μπορεί να είναι τρισδιάστατη.**	Κυρίως ανατομικό. Μόνο «εύλογη» χωρική ανάλυση.
Πύρινή Ιατρική	**Λειτουργικό και όχι ανατομικό. Μπορεί να είναι τρισδιάστατη. PET - πολύ ευαίσθητο μεταβολικό εργαλείο.**	Λειτουργικό και όχι ανατομικό. Κακή χωρική ανάλυση. Το PET είναι πολύ ακριβό. Μεγάλοι χρόνοι σάρωσης.
MRI	**Εξαιρετική αντίθεση μαλακού ιστού. Δυνατότητα για λειτουργική απεικόνιση και διαστάσεων 3 (ή 4).**	Μόνο «εύλογη» χωρική ανάλυση. Μεγάλοι χρόνοι σάρωσης.

Ψηφιακή Εικόνα






Αναπαράσταση φωτεινοτήτων εικονοστοιχείων RGB εικόνας




$$(x,y) \rightarrow f(x,y)$$

2Δ συνάρτηση 2^8 διαφορετικών φωτεινοτήτων.


Αναπαράσταση φωτεινοτήτων εικονοστοιχείων



Εικόνα έγχρωμη – RGB 1



Ψηφιακή Εικόνα




Ψηφιοποιήση-διακροτοποιηση

Κβαντοποιηση-Κβάντηση επιπέδων γκρι

Εικονοστοιχεία

Συνολικό Σύστημα Φυσικής Επικοινωνίας Εικόνας



Παραμορφώσεις Εικόνας

- Πολλές στρεβλώσεις συμβαίνουν συχνά - συχνά σε συνδυασμό.
- Αποκλεισμός αντικειμένων (συμπίεση)
- Διαταραχες φωτεινότητας (ringing)
- Mosaicking (αναντιστοιχία μπλοκ)
- Λάθος περίγραμμα (ποσοτικοποίηση)
- Blur (απόκτηση ή συμπίεση)
- Πρόσθετικός / πολλαπλασιαζόμενος θόρυβος (απόκτηση ή κανάλι)
- Κ.λ.π.

MSE / PSNR


- The mean-squared error (MSE) is the long-standing traditional image QA method.
- Given original image I and observed image J:

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{I}, \mathbf{J}) = \frac{1}{\mathrm{NM}} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} \left[I(i, j) - J(i, j) \right]^2$$


- The Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) is:

$$\mathrm{PSNR}(\mathbf{I}, \mathbf{J}) = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\mathrm{MSE}(\mathbf{I}, \mathbf{J})}$$


- where L is the range of allowable gray scales (255 for 8 bits).




(a)




(b) MSE = 309




(c) MSE = 306




(d) MSE = 313




(e) MSE = 309




(f) MSE = 308




(g) MSE = 309



(h) MSE = 871



(i) MSE = 694




(j) MSE = 590

Αϊνστάιν με διάφορες διαστρεβλώσεις:
(α) πρωτότυπη εικόνα
(β) μέση μετατόπιση φωτεινότητας
(γ) τέντωμα αντίθεσης
(δ) θόρυβο παλμών
(ε) Gaussian θόρυβος
(στ) Θολή
ζ) συμπίεση JPEG
(η) χωρική μετατόπιση (προς τα αριστερά)
(i) χωρική κλιμάκωση (σμίκρυνση)
(ι) περιστροφή (CCW).

Οι εικόνες (b) - (g) έχουν σχεδόν πανομοιότυπα MSE αλλά πολύ luminance shift

SSIM vs MOS


Σε μια ευρεία βάση δεδομένων με εικόνες που έχουν παραμορφωθεί από το jpeg, το jpeg2000, τον λευκό θόρυβο, τη θολούρα Gauss και το γρήγορο θόρυβο που ξεθωριάζει.




Η καμπύλη ταιριάζει καλύτερα στη λειτουργία του fitting. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το σύμπλεγμα δεδομένων στενότερά (πιο κοντά) στην καμπύλη.

$$a\frac{1+be^{-t/\tau}}{1+\beta e^{-t/\tau}}$$

SSIM vs PSNR






Scatter Plots

For example, in accordance with TID2008, Spearman correlation between the metric PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) and mean human perception (MOS, Mean Opinion Score) is 0.525.
http://www.ponomarenko.info/tid2008.htm - βλέπε διαφάνεια 27


Παραδείγματα για SSIM



(a) (b) MSE = 313 SSIM = 0.730 (c) MSE = 309 SSIM = 0.576 (d) MSE = 308 SSIM = 0.641 (e) MSE = 309 SSIM = 0.580

Ο Αϊνστάιν τροποποιήθηκε από διαφορετικές στρεβλώσεις. α) εικόνα αναφοράς ·
β) θόρυβο παλμών (γ) Gaussian θόρυβο.
(δ) θαμπάδα. (ε) συμπίεση JPEG

Σύστημα Αποθορυβοποίησης εικόνων/Βίντεο υπερήχων (Despeckle Filtering System)



C.P. Loizou, et al., Despeckle filtering software toolbox for ultrasound imaging of the common carotid artery", Comput. Meth. & Progr. Biomed., vol. 114, no. 1, pp. 109-124, 2014.


C. Pl Loizou, C. SA. Pattichis
Despe. Filter. Algorithms, Morcan & Claypool, 2015


(c) Christos Loizou EEI-232

96

Βελτίωση ψηφιακής εικόνας

- **Βελτίωση εικόνας (image enhancement):** Κατηγορία μεθόδων μετασχηματισμών που γίνονται για την αύξηση της ορατότητας (visibility) μιας περιοχής της εικόνας ή μιας εικόνας έτσι ώστε να είναι έγκυρες οι εξαγόμενες πληροφορίες και η ευκολότερη εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών





Εικόνα κοιλίας από υπολογιστική τομογραφία, πριν και μετά τη βελτίωσή της με σημειακή επεξεργασία (Histogam processing).



Αρχική τομή με χρήση CT



Φ.Μ.Τ. 3x3




Φ.Ε.Τ. 3x3

Χρήση φίλτρων (filtering), που γίνεται με χρήση καταλλήλων χωρικών φίλτρων. Φίλτρα εξομάλυνσης και αποθορυβοποίησης, Φίλτρο μέσης τιμής, Φίλτρο ενδιάμεσης τιμής, Φίλτρα διαφόρισης

123	125	126	130	140
122	124	126	127	135
118	120	150	125	134
119	115	119	123	133
111	116	110	120	130

Γειτονικές τιμές:
115, 119, 123, 120, 130, 125, 124, 126, 127.
Ενδιάμεση τιμή: 124

Φιλτράρισμα Θορύβου - Εικόνες Υπερήχων




[C.P. Loizou, C.S. Pattichis, Book, Morgan&Claypool, 2008], [C.P. Loizou et al., IEEE TUFFC, 2005], [C. P. Loizou et al. Medi cal Biol. Eng. & Compt., 2006]


Κατάτμηση - Τμηματοποίηση και διαχωρισμός δεδομένων εικόνας



Αρχική εικόνα




Αποτέλεσμα του αλγορίθμου ανάπτυξης περιοχών στο ήπαρ




Διαφορά των δύο εικόνων, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ


Ανάπτυξη περιοχών της κοιλίας, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ



Διάφοροι τύποι ακμών με τις αντίστοιχες παραγώγους τους



Διάφοροι τύποι ακμών σε υπολογιστική τομογραφία (CT) εγκεφάλου



Ανάλυση Υφής (65 διαφορετικά χαρακτηριστικά)

- Shape Parameters (SP) = 12
- Statistical Features (SF) = 7
- Spatial Grey Level Dependence Matrix (SGLDM) = 13
- Grey Level Difference statistics (GLDS) = 5
- Neighbourhood Grey Tone Difference Matric (NGTDM) = 5
- Statistical Feature Matrix (SFM) = 4
- Laws Texture Energy Measures (LTEM) = 8
- Fractal Dimension Analysis (FDTA) = 5
- Fourier Power Spectrum (FPS) = 7

Table 1. Statistical Analysis Of The Texture Features For Lesions And NAWM Subjects With EDSS≤2 (N=18) and EDSS>2 (N=11) Based on The Mann Whitney (first row) and the Wilcoxon (2nd row) Rank Sum Tests at $p<0.05$. Significant Difference is Depicted With S And Non Significant Difference is Depicted With NS. The p Values Are Shown in Parentheses.


Feature	Lesions	NAWM
Mean	**S (0.03)**	NS (0.18)
Median	**S (0.03)**	NS (0.17)
STD	NS (0.83)	NS (0.07)
Contr	NS (0.16)	NS (0.36)
SOSV	NS (0.83)	NS (0.55)
Entr	NS (0.06)	NS (0.58)
IDM	**S (0.01)**	NS (0.36)
SA	**S (0.04)**	NS (0.17)
SV	NS (0.83)	NS (0.19)
DV	NS (0.44)	NS (0.18)
DE	NS (0.35)	NS (0.77)

NAWM: Normal appearing white matter, STD: Standard deviation, Contr.: Contrast, SOSV: Sum of square variance, Entr: Entropy, IDM: Inverse difference moment, SA: Sum average, SV: Sum variance, DE: Difference entropy.

C.P. Loizou, et a l., "Texture feature variability in ultrasound video ..., ", IEEE J. Translational Eng. Health & Medic., vol. 5, no. 1, pp. 1-9, Oct. 2017.
C.P. Loizou, et al., "Ultrasound image texture analysis of the IM layers of the CCA ..," Comput. Med. Imag. Graph., 33:4:317-324, 2009.

AM-FM Analysis


- Low, High and medium scales for the instantaneous amplitude (IA) and the instantaneous phase (IP) can be extracted




101

C.P. Loizou, et al., "Despeckle filtering for AM-FM texture analysis in …IMT," Int. J. Biomed. Imag., vol. 2014, pp. 1-13, 2014.
C.P. Loizou, et al. "AM-FM analysis of ultrasound images of the IM and IL of the CCA," IEEE Trans. Inf. Tech. Biomed., 15:2:178-188, 2011

Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων
Κατάτμηση, Ανάλυση Βίντεο








C.P. Loizou et al., "Texture feature variability in ultrasound video of the atherosclerotic carotid plaque", IEEE J. THE&M, vol. 5, no. 1, pp. 1-9, Oct. 2017.


© Christos Loizou CEI-229

Ολοκληρωμένα Συστήματα / Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων - Βίντεο













C.P. Loizou, et al., "Despeckle filtering software toolbox for ultrasound imaging of the common carotid artery", *Comput. Meth. & Progr. Biomed.*, vol. 114, no. 1, pp. 109-124, 2014.


Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων Μαγνητική Τομογραφία














Table 1. Statistical Analysis Of The Texture Features For Lesions And NAWM Subjects With EDSS≤2 (N=18) and EDSS>2 (N=11) Based on The Mann Whitney (first row) and the Wilcoxon (2nd row) Rank Sum Tests at p<0.05. Significant Difference is Depicted With S And Non Significant Difference is Depicted With NS. The p Values Are Shown in Parentheses.


Feature	Lesions	NAWM
Mean	**S (0.03)**	NS (0.18)
Median	**S (0.03)**	NS (0.17)
STD	NS (0.83)	NS (0.07)
Contr	NS (0.16)	NS (0.36)
SOSV	NS (0.83)	NS (0.55)
Entr	NS (0.06)	NS (0.58)
IDM	**S (0.01)**	NS (0.36)
SA	**S (0.04)**	NS (0.17)
SV	NS (0.83)	NS (0.19)
DV	NS (0.44)	NS (0.18)
DE	NS (0.35)	NS (0.77)

NAWM: Normal appearing white matter, STD: Standard deviation, Contr.: Contrast, SOSV: Sum of square variance, Entr: Entropy, IDM: Inverse difference moment, SA: Sum average, SV: Sum variance, DE: Difference entropy.

C.P. Loizou, et al., "Brain white matter lesion classification in multiple sclerosis subjects for the prognosis of future disability," Intelligent Decision Technologies Journal (IDT), vol. 7, pp. 3-10, 2013

https://x.com/Ronald_vanLoon/status/1762567299569942807?t=D-ft2ldPIcKFMSH4DUTa7Q&s=09

3Δ Ανακατασκευή - MRI




a) slice at T_0 d) slice at T_0

b) slice at T_1 e) slice at T_1

c) slice at T_1 after registration f) slice at T_1 after registration

Figure 3. 56th slice of the ACR MRI phantom a) at T_0 and b) at T_1 and c) at T_1 after registration based on T_0. 57th slice of DICOM MRI brain scan from a 67-year-old male MS subject at d) T_0, e) T_1, and f) at T_1 after registration based on the selection made at T_0 (from Fig. 3d). Anatomic point on the anterior commissure of the brain is shown in Fig. 3d)-Fig. 3f).



a) Brain volume at T_0 d) brain lesion at T_0


b) Brain volume at T_1 e) brain lesion at T_1

c) Brain volume at T_1 after registration (T_{reg}) f) brain lesion at T_1 after registration (T_{reg})


Figure 4. Reconstructed 3D brain MRI image with MS lesion at: a) T_0, b) T_1, c) T_{reg}, and 3D reconstructed lesions at: d) T_0, e) T_1 and f) T_{reg}.

C. P. Loizou, et al., "Brain Image and Lesions Registration and 3D Reconstruction in Dicom MRI Images", IEEE CBMS 30th Int. Symp. Comp.-Based Med. Syst., pp. 1-4, 2017.

Στοιχεία Συστήματος CAS




Mobile Health Systems



[FIG2] A medical video communication system diagram. Following preprocessing, diagnostically driven video encoding adapts to each medical video modality. Wireless transmission protects more strongly the clinically sensitive regions. At the receiver's side, diagnostically relevant error concealment is performed, followed by objective and clinical VQA. Cross-layer information is used to adapt to the underlying wireless network's varying state.

Panayides, Loizou et al, IEEE Signal Proc. Magaz, 2013



[FIG1] The selected m-Health systems and services range from medical video communications and remote monitoring, to emergency response and disaster crisis management, and electronic health records and m-health cloud, smartphone- and tablet-based applications.


Panayides et al, IEEE Signal Proc. Magaz, 2013


(c) Christos Loizou EEI-232

© Christos Loizou CEI-229



Digital medical image processing: Use of computer algorithms to perform image processing on medical digital images.








Image Acquisition

Image Enhancement

Image Restoration

Morphological Processing

Segmentation


Object Recognition


Representation & Description


Problem Domain

Colour Image Processing

Image Compression































Evaluating Stroke Risk



CAD (computer aided diagnosis) highlighting abnormalities in textures and shapes, assisting radiologists in the interpretation of medical images.







User Centered design





Table 1. Statistical Analysis Of The Texture Features For Lesions And NAWM Subjects With EDSS≤2 (N=18) and EDSS>2 (N=11) Based on The Mann Whitney (first row) and the Wilcoxon (2nd row) Rank Sum Tests at $p<0.05$. Significant Difference is Depicted With S And Non Significant Difference is Depicted With NS. The p Values Are Shown in Parentheses.

Feature	Lesions	NAWM
Mean	**S (0.03)**	NS (0.18)
Median	**S (0.03)**	NS (0.17)
STD	NS (0.83)	NS (0.07)
Contr	NS (0.16)	NS (0.36)
SOSV	NS (0.83)	NS (0.55)
Entr	NS (0.06)	NS (0.58)
IDM	**S (0.01)**	NS (0.36)
SA	**S (0.04)**	NS (0.17)
SV	NS (0.83)	NS (0.19)
DV	NS (0.44)	NS (0.18)
DE	NS (0.35)	NS (0.77)

NAWM: Normal appearing white matter, STD: Standard deviation, Contr.: Contrast, SOSV: Sum o square variance, Entr: Entropy, IDM: Inverse difference moment, SA: Sum average, SV: Sum variance, DE: Difference entropy.

(c) Christos Loizou EEI-232

Ολοκληρωμένα Ιατρικά Συστήματα



Christos P Loizou

111

C.P. Loizou, et al, "An integrated system for the segmentation of atherosclerotic carotid plaque in ultrasound video", IEEE Trans. Ultras. Ferroel. Freq. Contr., vol. 61, no. 1, pp. 86-101, 2014.

Face detection




G. Michael, K. Tsaparellas, G. Panis, C.P. Loizou, A. Lanitis, "Towards non-invasive patient monitoring through iris tracking and pain detection", XIV Mediter. Conf. Med. Biol. Eng. & Comput., Medicon, Paphos, Cyprus, March 31-Apr. 2, pp. 361-366, vol. 57, 2016.

Περίληψή

- Εισαγωγή – Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα
- Τύποι Ιατρικών εικόνων
- Ποιότητα εικόνας (Αποτίμηση)
- Τεχνολογία εικόνας
  - Ραδιολογία
  - Τομογραφία
  - Μαγνητική τομογραφία
  - Υπερηχογραφία
  - Πυρηνική Ιατρική
  - Ενδοσκοπία
  - Θερμογραφία
- Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας
- Το μέλλον της ιατρικής εικόνας

Bye!



ΤΕΛΟΣ