

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

Este acto fue presidido por el CP. Hector Raul Linares Carreón, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de la Delegación Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, acorde a lo que establece las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, en su numeral 5.3.8 inciso b), siendo la hora señalada para dar inicio al presente evento, da la bienvenida efectuando la presentación de los servidores públicos asistentes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

El presidente del acto es asistido por el Dr. Carlos Alberto Flores Aguilar, Medico Supervisor de Hospitales, en representación de la Jefatura de Prestaciones Médicas (Área Técnica-Requirente).-----

Se hace constar que no se encuentra ningún representante por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Área de Responsabilidades, Auditoria y Quejas.-----

El presidente del acto, dio inicio al acto señalado que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de CompraNet, de las

siguientes personas: Fecha de Recepción de la Número de Nombre, razón ó denominación Forma de Hora Nő. solicitud presentación **Preguntas** social CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE COMPRANET 19:32 HRS 12/09/17 9 1. 20:19 HRS 12/09/17 **COMPRANET** 9 NACIONAL TERAPEUTICA SA DE CV 2. 23:06 HRS COMPRANET 12/09/17 18 COMERLAT SA DE CV 3. 09:06 HRS COMPRANET 8 13/09/17 MEDTRONIC S DE RL DE CV 4. 19:43 HRS 12/09/17 COMPRANET 2 **EQUIMAYAB SA DE CV** 5. COMPRANET ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y 10:47 HRS 2 13/09/17 6. SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV.





INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

ACTA DE REANUDACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	DE DUDAS AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DEI
GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN MARCAPASOS, PARA	EL EJERCICIO 2017

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas:

ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) PROPUESTA TECNICO ECONOMICA

Se modifica RFC: Dice:

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

HA:		•	FAB. (). DIST. (). N					. (). No	No. DE PREI IMSS:							
L DEL EN					FAX:				R.F.	C.:			ORREO ELECTRÓ	NICO:		
TIFICACIÓ	N:		M	ICRO)()	PEQUI	EÑA ()			MEDIANA ()		GRANDE (
+				_												
No.	ČI A	VE (E	()		Destripción	Préc	senta (iô		Registro Santario	Marca	País de Crigen	Nombre del Fabricante	R.F.G. del Fabrican	ie Canbilad	Precio unitario	Impiorte total
Ge ø		Esp				Ún	C #	Pr								
-																
				一												
NOTAS	EN I	S/ CA	SO 6	DUF F	ICIONES Y PORCE	TORGUE NTAJES :	LA DE ESTAL Ca	MANI BLEC = Car	DA SOLIC IDOS EN	ITADA, ME ESTA INV	OBLIGO EN NOME TRACION A CUANE	BRE DE MI RE	EPRESENTADA A S RES PERSONAS.	USCRIBR EL CONTI	rato que se	DERIVE EN LOS





INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO **COBERTURA DE TRATADOS NUMERO** IA - 019GYR022 - E258-2017

		De	ebe Decir:					
			MERO 13 (TRE					
	PR	OPOSICIÓN	TÉCNICO - ECC	οΝδι	MICA	<u>.</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
INVITACION A CUANDO MENOS I FECHA: NOMBRE DEL LICITANTE:			FAB. (). DIST. (). DOMICILIO:		o. DE PREI IMSS:			
TEL.:					ORREO ELECTRÓNICO:			
ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUENA ()	MEDIANA ()		GRANDE ()		-	
GLAVĒ(S) No. Gpo (Gen. Esp. Di Vo	Presentación Descripción On C Pr	Registro Marca Sandario Marca		bre del ricante	R.F.C. del Fabricante (EN CASO DE SER FABRICANTE EXTRANIERO CÓLOGAR LA LEYENDA NO APLICA POR SER FABRICANTE EXTRANIERO)	Gansdad	Precio unitario	Importe tota

ACTA DE REANUDACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE DUDAS AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DEL

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUELA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
		•





INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) REQUERIMIENTO

Se modifica: Dice:

PAQUETE 4 DESFIBRIL	ልውረር	CARDIOVERSOR
PACOLLE 4 DESFIBRIE	AUUN	CARDIOVERSOR

4	060	309	0010	02	01	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE, MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, PARA IMPLANTE PECTORAL O ABDOMINAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TAQUIARRITMIAS CARDIACAS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS NO INVASIVOS Y FUNCIONES DE MARCAPASOS. CONECTORES: BIPOLAR IS-1 PARA ESTIMULACION / SENSADA. DF-1 PARA LOS ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE. FUNCIONES PROGRAMABLES: VOLTAJE DE MARCAPASOS, ANCHO DE PULSO DEL MARCAPASO. FRECUENCIA, HISTERESIS, PERIODO DE SEGAMIENTO, TERAPIAS DE CARDIOVERSION, DESFIBRILACION Y ESTIMULACION ANTI-TAQUICARDIA, ELECTROGRAMAS ALMACENADOS, SENSIBILIDAD, INTERVALOS DE DETECCION PARA TAQUICARDIA VENTRICULAR Y FIBRILACION VENTRICULAR, ETC. TELEMETRIA: SI PESO: MENOR A 132 GRAMOS. GROSOR: MENOR A 20 MM. FUENTE DE ALIMENTACION: OXIDO DE LITIO, PLATA Y VANADIO. VOLTAJE DE LA BATERIA: 6.4 V.
---	-----	-----	------	----	----	---

1) SE REQUIERE CAPACITACION DOS VECES POR AÑO A PERSONAL A MEDICO CARDIOLOGO Y PERSONAL DE ENFERMERIA. 2) SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA PERSONAL Y PROGRAMADOR DE MARCAPASOS, LOS DIAS MIERCOLES PARA SU INSTALACION EN HORARIO A PARTIR DE 8.30 HRS EN EL AREA DE RAYOS "X" Y LOS VIERNES PARA SU REVISION EN EL CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA DEL PRIMER PISO A PARTIR DE LAS 9.00 HRS.PARA ORIZABA Y A LAS 14:00 HRS EN CÓRDOBA. CON LA FACTIBILIDAD DE QUE EL TÉCNICO ESTE DISPONIBLE EN ALGÚN OTRO DÍA QUE ASÍ SE REQUIERA POR ALGUNA URGENCIA EN CUALQUIER HORARIO, TANTO PARA SU REVISIÓN COMO PARA LA COLOCACIÓN. 3) ASI TAMBIEN SE REQUIERE LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA PARA SU INSTALACION (531.562.0905.04.01) EN EL HGR 01 EN ORIZABA Y PARA EL HGZ 08 EN CÓRDOBA.



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

Debe Decir:

PAQU	ETE 4 DES	SFIBRI	LADOF	CAR	DIOVE	ERSOR	
4	060		0010			DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE, MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, PARA IMPLANTE PECTORAL O ABDOMINAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TAQUIARRITMIAS CARDIACAS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS NO INVASIVOS Y FUNCIONES DE MARCAPASOS. CONECTORES: BIPOLAR IS-1 PARA ESTIMULACION / SENSADA. DF-1 PARA LOS ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE. FUNCIONES PROGRAMABLES: VOLTAJE DE MARCAPASOS, ANCHO DE PULSO DEL MARCAPASO. FRECUENCIA, HISTERESIS, PERIODO DE SEGAMIENTO, TERAPIAS DE CARDIOVERSION, DESFIBRILACION Y ESTIMULACION ANTI-TAQUICARDIA, ELECTROGRAMAS ALMACENADOS, SENSIBILIDAD, INTERVALOS DE DETECCION PARA TAQUICARDIA VENTRICULAR Y FIBRILACION VENTRICULAR, ETC. TELEMETRIA: SI PESO: MENOR A 132 GRAMOS. GROSOR: MENOR A 20 MM. FUENTE DE ALIMENTACION: OXIDO DE LITIO, PLATA Y VANADIO. VOLTAJE DE LA BATERIA: 6.4 V.	1) SE REQUIERE CAPACITACION DOS VECES POR AÑO A PERSONAL A MEDICO CARDIOLOGO Y PERSONAL DE ENFERMERIA. 2) SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA PERSONAL Y PROGRAMADOR DE MARCAPASOS, LOS DIAS MIERCOLES PARA SU INSTALACION EN HORARIO A PARTIR DE 8.30 HRS EN EL AREA DE RAYOS "X" Y LOS VIERNES PARA SU REVISION EN EL CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA DEL PRIMER PISO A PARTIR DE LAS 9.00 HRS.PARA ORIZABA Y A LAS 14:00 HRS EN CÓRDOBA. CON LA FACTIBILIDAD DE QUE EL TÉCNICO ESTE DISPONIBLE EN ALGÚN OTRO DÍA QUE ASÍ SE REQUIERA POR ALGUNA URGENCIA EN CUALQUIER HORARIO, TANTO PARA SU REVISIÓN COMO PARA LA COLOCACIÓN. 3) ASI TAMBIEN SE REQUIERE LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA PARA SU INSTALACION (531.562.0905.04.01 REFERENCIADA CON EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2014, YA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO) EN EL HGR 01 EN ORIZABA Y PARA EL HGZ 08 EN CÓRDOBA.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PROVEEDOR	PREGUNTA	AESPUESTA	AREA QUE EMITE LA RESPUESTA
CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	REFERENCIA DE BASES CONVOCATORIA	Se ha dispuesto la Invitación en formato de Word, en la cual se incluyen las paginas 6, 7, 8 y 9.	AREA CONVOCANTE
	EN EL ARCHIVO DE INVITACIÓN DE LA PÁGINA 5 PASA A LA PÁGINA 10, POR LO QUE LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONEN LAS PÁGINAS RESTANTES PARA PODER ELABORAR ADECUADAMENTE NUESTRA PROPUESTA		·
CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	REFERENCIA DE BASES 6.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA R)	Apegarse a la convocatoria.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA ELIMINADO DE LA PRESENTE		



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

	CONVOCATORIA ESTE REQUISITO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE INSUMOS CON UN COSTO MUY CARO, Y QUE POR ENDE ESTE TENDRÍA QUE SUBIRSE A LA PROPUESTA OCASIONANDO CON ELLO UN AUMENTO INNECESARIO AL COSTO DE LOS		
	PRODUCTOS CON DETRIMENTO PARA EL INSTITUTO Y LOS DERECHOHABIENTES DEL MISMO, AUNADO A QUE EN LA PRESENTE INVITACIÓN SOLICITAN CATALOGOS, REGISTROS Y CERTIFICADOS QUE DESCRIBEN VISUAL Y TEXTUALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN		
	¿ES CORRECTO?	Cuando se tenga Registro Federal de	AREA TECNICA - REQUIRENTE
CONSUMIBLES PARA LA	Referencia de bases	Contribuyentes en caso de no contar por	ANLA TECNICA - NEGOINEWIE
SALUD SA DE CV	6.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA ,	ser fabricante de origen extranjero	,
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO CERRAR LA	colocar la levenda " NO APLICA POR SER	
	PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA NACIONAL CON CAPACIDA DE PARTICIPAR, SE	FABRICANTE EXTRANJERO".	
	NOS PERMITA INTEGRAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA EL REC DEL FABRICANTE	PADRICAITE EXTRARDERO :	
	Y/O IMPORTADOR PRIMARIO Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, YA QUE ESTAN PIDIENDO PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO CUYOS FABRICANTES SE		
	ENCUENTRAN FUERA DE MÉXICO Y POR LO TANTO NO TRIBUTAN EN NUESTRO		
	PAÍS, POR LO QUE TAMPOCO CUENTAN CON RFC		·
	PAIS, POR EO QUE TAMIFOCO COLINTAN CON IN C		
	BASAMOS NUESTRA SOLICITUD EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES		
	OUE ESTABLECE:		
	PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES,		
	ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRAN ESTABLECER REQUISITOS QUE		
	TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE		·
	CONCURRENCIA. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS O		
	CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. LA DEPENDENCIA O ENTIDAD		
	CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES PREVIAS QUE, EN SU		
	CASO, EMITA LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN TÉRMINOS DE LA LEY		·
•	FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.	·	
	¿Se acepta?	F	AREA TECNICA - REQUIRENTE
CONSUMIBLES PARA LA	ANEXO NUMERO 21 (REQUERIMIENTO) Y CONDICIONES PARA SU INSTALACION	Es correcto.	AREA FECNICA RECORDINE
SALUD SA DE CV	Solicitamos a la convocante nos aclare si para los paquetes 1 y 2 donde se menciona		
	un conector de 3.2 mm en el marcapaso cardiaco multiprogramable se refiere al conector IS-1 universal para todos los marcapasos	·	
	Conceed to a contract of the c		
CONSUMIBLES PARA LA	¿Es Correcto? ANEXO NUMERO 21(REQUERIMIENTO) Y CONDICIONES PARA SU INSTALACION	Se acepta, remitirse a las aclaraciones	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar la "LÁMPARA QUIRÚRGICA	generales.	
SALUD SA DE CV	PORTÁTIL PARA EMERGENCIA 531.562.0905.04.01" referenciada con "EL DIARIO		,
	OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014" ya que al ser un		,
	producto que no requiere registro sanitario nos imposibilita referenciario de otra		
	manera.		
	¿Se Acepta?		
			L AND WEST DESCRIPTION
CONSUMIBLES PARA LA	ANEXO NUMERO 21	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
CONSUMIBLES PARA LA SALUD SA DE CV	ANEXO NUMERO 21 Solicitamos a la convocante que en el paquete 1 donde solicitan Fuente De Alimentacion: Litio-Yodo; Voltaje De La Bateria De 2.8 V nos acepte ofertar el		AREA TECNICA - REQUIRENTE



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

:	marcapaso con una Fuente de alimentación: pila de óxido de vanadio, mono fluoruro de plata y carbono de litio. Que cumple con las funciones solicitadas		
	fluoruro de piata y carpono de litio. Que cumple con las funciones sonctadas		
	¿Se Acepta?		A DE A MEGALICA DE OLUBEATE
CONSUMIBLES PARA LA	ANEXO NUMERO 21	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
SALUD SA DE CV	Solicitamos a la convocante que en el paquete 2 donde solicitan FUENTE DE		
	ENERGIA: YODURO DE LITIO; nos acepte ofertar el marcapaso con una Fuente de alimentación: pila de óxido de vanadio, mono fluoruro de plata y carbono de litio.		•
	Que cumple con las funciones solicitadas.		
	¿Se Acepta?	,	
CONSUMIBLES PARA LA	ANEXO NUMERO 21	Se acepta,.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
SALUD SA DE CV	Solicitamos a la convocante que en el paquete 1 donde solicitan Grosor menor A 7		
SALOB SALDE CV	mm nos acepte ofertar el marcapaso con un grosor menor a 7.5 mm Que cumple		
	con las funciones solicitadas ya que el solicitado solo lo cumple una casa comercial	•	
	lo que limita la libre participación. ¿Se Acepta?		ADEA TECNICA DEGLIDENTE
CONSUMIBLES PARA LA	ANEXO NUMERO 13	Cuando se tenga Registro Federal de	AREA TECNICA - REQUIRENTE
SALUD SA DE CV	Le pedimos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que los	Contribuyentes en caso de no contar por ser fabricante de origen extranjero colocar	
	datos de RFC, país de origen y fabricante que se proporcionara para las referencias de las propuestas técnica y económica se podrán tomar los datos del titular del	la leyenda "NO APLICA POR SER	
	registro sanitario o en su defecto el del importador distribuidor que aparece en el	FABRICANTE EXTRANJERO"	
	registro sanitario o en su defecto el del importador distribuidor que aparece en el registro toda vez que las fabricas no mandan este tipo de apoyos y no cuentan con	TABLES TO THE PARTY OF THE PART	
	registro toda vez que las rasheas no mandan este apo de apoyos y no este de registro federal de contribuyentes en México pues el importador primario es el que		
	tramita y carga con todas estas obligaciones y es el que se compromete a ver que se		
	cumpla con el 100% del abasto necesario y garantiza los bienes en el país.		
	¿Se acepta?		
dia dia Managara di mandalia di Managara d	The papers are not transmitted and a control of the	Song to the same of the same o	AREA TECNICA - REQUIRENTE
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	EN LA PRESENTE LICITACION ES CORRRECTO ENTENDER QUE PARA TODOS LOS	Es correcto se puede presentar carta de fabricante o Titular del registro sanitario	AREA TECNICA - REQUIRENTE
DE C.V.	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SE TOMARA COMO FABRICANTE EL TITULAR DEL	Tabricante o fitulal del registro samtano	
	REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?		
•	SES CORRECTA NOESTRA APRECIACION!		
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	EN LA PRESENTE LICITACION ES CORRRECTO ENTENDER QUE PARA TODOS LOS	Cuando se tenga Registro Federal de	AREA TECNICA - REQUIRENTE
DE C.V.	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EL RFC QUE SE COLOCARA ES DEL TITULAR DEL	Contribuyentes en caso de no contar por	•
D1 C. 7.	REGISTRO SANITARIO	ser fabricante de origen extranjero colocar	
	THE COMPANY AND COURS AND COLONIA	la leyenda " NO APLICA POR SER	•
	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?		·
	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	FABRICANTE EXTRANJERO".	
MACIONAL TERAPELITICA C.A.			AREA TECNICA - REQUIRENTE
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE QUE EL TITULAR DE	FABRICANTE EXTRANJERO" . Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A. DE C.V.	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE QUE EL TITULAR DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD HAYA CEDIDO LOS DERECHOS AUN	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE QUE EL TITULAR DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD HAYA CEDIDO LOS DERECHOS AUN TERCERO NOS PERMITA PRESENTAR "CONTRATO CONVENIO DE CESION DE DERECHOS" EL CUAL DEMUESTRA QUE EL PROVEEDOR CUENTA CON LAS	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE QUE EL TITULAR DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD HAYA CEDIDO LOS DERECHOS AUN	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE QUE EL TITULAR DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD HAYA CEDIDO LOS DERECHOS AUN TERCERO NOS PERMITA PRESENTAR "CONTRATO CONVENIO DE CESION DE DERECHOS" EL CUAL DEMUESTRA QUE EL PROVEEDOR CUENTA CON LAS	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO DE QUE EL TITULAR DE LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD HAYA CEDIDO LOS DERECHOS AUN TERCERO NOS PERMITA PRESENTAR "CONTRATO CONVENIO DE CESION DE DERECHOS" EL CUAL DEMUESTRA QUE EL PROVEEDOR CUENTA CON LAS FACULTADES PARA OTORGAR APOYO EN LA PRESENTE LICITACION CON LA MARCA	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

DE C.V.	INDICA LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN CONTEMPLA UNA SOLA FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL 100% DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN CONTEMPLA UNA SOLA FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL 100% PARA LOS 4 PAQUETES SOLICITADOS EN EL ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	abastecimiento al 100% para el total de las partidas.	, ·
LI GIONIAL TERARELECICA C.A.	EN LAS PRESENTES BASES, APARTADO A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO	La medida 3.2 mm puede llegar a ser	AREA TECNICA - REQUIRENTE
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	NUMERO 21 (VEINTIUNO), REQUERIMIENTO, ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE	universal para los conectores	
DE C.V.	CURACIÓN GRUPO 060 MARCAPASO, PARA EL EJERCICIO 2017 DE DELEGACIÓN	••••	
	REGIONAL VERACRUZ SUR, PAQUETES 1 Y 2 DONDE SOLICITAN ELECTRODO PARA		
	MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR ENDOCARDICO DE 3.2 MM DE DIAMETRO. ES		
	CORRECTO ENTENDER QUE LA MEDIDA 3.2MM Y EL IS-1 ES LA MISMA MEDIDA	,	
	UNIVERSAL PARA ESTE TIPO DE CONECTORES, ¿ES CORRECTA NUESTRA		
	APRECIACIÓN?		ADDA TECNICA DECILIDENTE
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	EN LAS PRESENTES BASES, APARTADO A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
DE C.V.	NUMERO 21 (VEINTIUNO), REQUERIMIENTO, ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE	·	
	CURACIÓN GRUPO 060 MARCAPASO, PARA EL EJERCICIO 2017 DE DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PAQUETE 1 DONDE SOLICITAN MARCAPASO CARDIACO		
	MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM. CARDIACO		
	MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, BIPOLAR; CON CONECTOR DE 3.2 MM;		
	FUNCIONES PROGRAMABLES MAS DE 5, TELEMETRIA; PESO MENOR A 26 G;		
	GROSOR MENOR A 7 MM; FUENTE DE ALIMENTACION: LITIO-YODO; VOLTAJE DE LA		
	BATERIA 2.8 V. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO		
-	REQUIERE, CONSUMIBLES: NO REQUIERE, INSTALACION: NO REQUIERE,	ļ	
	OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE		
	OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL		
	ESPECIALIZADO. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS		
	PERMITA OFERTAR: MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE, UNICAMERAL,		
	CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON LOS CAMPOS GENERADOS DURANTE UNA	·	
	IRM, DEFINITIVO BIPOLAR, CON ENTRADA DE CONECTOR IS-1. CARDIACO MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, BIPOLAR; PESO 23.5 G O MENOR; VOLUMEN DE		
	11.5 CC O MENOR; FUENTE DE ALIMENTACION: PILA DE ÓXIDO DE VANADIO,		
	MONOFLUORURO DE PLATA Y CARBONO DE LITIO, QUE CUMPLE CON LAS	·	
	FUNCIONES SOLICITADAS, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE		
	PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, Y OFRECERLE LAS MEJORES CONDICIONES DE		
•	PRECIO Y CALIDAD AL INSTITUTO DE ACUERO AL ARTÍCULO 29 DE LA LAAASSP Y AL		
	ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.		
	¿SE ACEPTA?		ADDA TECHICA DECUMPENTE
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	EN LAS PRESENTES BASES, APARTADO A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
DE C.V.	NUMERO 21 (VEINTIUNO), REQUERIMIENTO, ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE		
	CURACIÓN GRUPO 060 MARCAPASO, PARA EL EJERCICIO 2017 DE DELEGACIÓN		
	REGIONAL VERACRUZ SUR, PAQUETE 2 DONDE SOLICITAN MARCAPASO CARDIACO		
	BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. MARCAPASO CARDIACO; TIPO		



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

JKUPO USU MATEKIAL DE	CURACION MARCAPASOS, PARA EL EJERCICIO 2017		
	BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA; ESPECIFICACIONES:		
ļ	MULTIPROGRAMACION DE FUNCIONES CON UN MINIMO DE 10 FUNCIONES;		
	POLARIDAD: DE SENSADO BIPOLAR, DE ESTIMULACION BIPOLAR; MODO DE		
ł	ESTIMULACION: DDDR; ADAPTACION DE FRECUENCIA: BAJO, MEDIO, ALTO O MAS		
	(MEDIO BAJO O MEDIO ALTO); AMPLITUD DE VOLTAJE: PROGRAMABLE EN FORMA		
j	INDEPENDIÊNTE, POR CAMARA; DIMENSIONES: PESO MENOR DE 40 GRS Y MENOS		
	DE 9 MM DE GROSOR; LONGEVIDAD: 7 ANOS EN ADELANTE A PARAMETROS		
	NOMINALES; 8 CUBIERTA: CAJA DE TITANIO; 9 FUENTE DE ENERGIA: YODURO DE		
	LITIO; 10 ELECTRODOS CUBIERTOS CON SILICON O POLIURETANO CON		
ŀ	CONDUCTORES DE DIFERENTES METALES; FIJACION ACTIVA CON TORNILLOS PARA		
	LA AURICULA Y PASIVA PARA EL VENTRICULO; DIAMETRO: 3.2 MM; LONGITUD: 50 A		
	60 CM; 11 INTRODUCTOR: DOS INTRODUCTORES PARA VENA SUBCLAVIA (CON		
	TECNICA DE PEEL OFF); 12 GUIAS METALICAS EN "J". REFACCIONES: NO REQUIERE.	l	
	ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE.		
1	INSTALACION: NO REQUIERE, OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE		
	ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO.		
	CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE		
	DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR MARCAPASO CARDIACO		
Ļ	MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CAMARA, CON CAPACIDAD		·
	DE INTERACTUAR CON LOS CAMPOS GENERADOS DURANTE UNA IRM, DEFINITIVO		
	BIPOLAR CON CONECTOR IS-1. CARDIACO MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO,	·	· ·
	BIPOLAR; CON CONECTOR DE IS-1; PESO ENTRE 22 G O MENOR; VOLUMEN DE 12.7		•
	CM3 O MENOR; MEDIDAS DE 45 MM X 51 MM X 8 MM, FUENTE DE		
	ALIMENTACION: PILA DE OXIDO DE LITIO PLATA VANADIO CON MONOFLUORURO		
	DE CARBONO, 2 INTRODUCTORES PARA MARCAPASOS Y 2 ELECTRODOS PARA		
	MARCAPASOS DEFINITIVO CON CONECTOR IS-1. QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES		
	SOLICITADAS.		
	ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, Y		
	OFRECERLE LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD AL INSTITUTO DE		
	ACUERDO AL ARTÍCULO 29 DE LA LAAASSP Y AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.	•	
		•	i i
	¿SE ACEPTA?	Se acepta	AREA TECNICA - REQUIRENTE
IACIONAL TERAPEUTICA, S.A.	EN LAS PRESENTES BASES, APARTADO A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO	Se acepta	AND TECHON MEGOMENTS
E C.V.	NUMERO 21 (VEINTIUNO), REQUERIMIENTO, ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE		
	CURACIÓN GRUPO 060 MARCAPASO, PARA EL EJERCICIO 2017 DE DELEGACIÓN		
	REGIONAL VERACRUZ SUR, PAQUETE 4 DONDE SOLICITAN DESFIBRILADOR		
	CARDIOVERSOR IMPLANTABLE, MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, PARA	į.	
	IMPLANTE PECTORAL O ABDOMINAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TAQUIARRITMIAS		•
	CARDIACAS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS NO		
	INVASIVOS Y FUNCIONES DE MARCAPASOS. CONECTORES: BIPOLAR IS-1 PARA		
	ESTIMULACION / SENSADA. DF-1 PARA LOS ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE.		
	FUNCIONES PROGRAMABLES: VOLTAJE DE MARCAPASOS, ANCHO DE PULSO DEL		
	MARCAPASO. FRECUENCIA, HISTERESIS, PERIODO DE SEGAMIENTO, TERAPIAS DE		
	CARDIOVERSION, DESFIBRILACION Y ESTIMULACION ANTI-TAQUICARDIA,		·
	ELECTROGRAMAS ALMACENADOS, SENSIBILIDAD, INTERVALOS DE DETECCION		
	PARA TAQUICARDIA VENTRICULAR Y FIBRILACION VENTRICULAR, ETC. TELEMETRIA:		
	SI PESO: MENOR A 132 GRAMOS. GROSOR: MENOR A 20 MM. FUENTE DE		
	OF FEBRUARY IT AND CHARGOS CHOOCH THEFTER TO THE TOTAL		



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

			
	ALIMENTACION: OXIDO DE LITIO, PLATA Y VANADIO. VOLTAJE DE LA BATERIA: 6.4 V. LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLES (ICD) DE ALTA ENERGÍA ESTÁ DISEÑADA PARA DETECTAR Y ELIMINAR LA TAQUICARDIA VENTRICULAR (TV) Y LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV) Y PARA ADMINISTRAR TRATAMIENTO PARA LA BRADICARDIA (ESTIMULACIÓN AURICULAR Y VENTRICULAR). PEQUEÑO DE 31.5 CC, MASA DE 72 GR, MEDIDAS DE 6.17 X 7.45 X 0.99, TIPO DE CONECTOR IS-1/DF-1. ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, Y OFRECERLE LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD AL INSTITUTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 29 DE LA LAAASSP Y AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.		
NACIONAL TERAPEUTICA, S.A. DE C.V.	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL CASO DE LA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA 531.562.0905.04.01 SOLICITADA AL SER UN INSUMO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO BASTARA CON REFERENCIAR EL "ACUERDO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014". DONDE INDICA QUE SE ENCUENTRA EXCENTO. ES CORRECTO?	Es correcto.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
COMERLAT SA DE CV	PUNTO 2.1 CALIDAD Solicitamos atentamente a la Convocante, que por tratarse de dispositivos de alta especialidad se entreguen Certificados de calidad vigentes como ISO 13485 o ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 expedido por un organismo de certificación acreditado a nombre del fabricante, mediante el cual el Licitante demuestre que los bienes ofertados cuentan con sistemas de gestión requeridos, los cuales deberán amparar la totalidad del proceso productivo ¿es correcto?	Todos los equipos deben de contar con Certificados de calidad que garanticen el producto. Se acepta para su caso sin ser un requisito indispensable para los demás licitantes ya que con esto se limitaría la libre participación.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
COMERLAT SA DE CV	PUNTO 2.1 CALIDAD Solicitamos atentamente a la Convocante, que por tratarse de dispositivos de alta especialidad se entreguen Certificados del país de origen de fabricación expedido por un organismo de certificación acreditado a nombre del fabricante, como FDA o CE o TÜV o JIS ¿es correcto?	Si se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
COMERLAT SA DE CV	PUNTO 6.1 INCISO J) Solicitamos amablemente a la Convocante que la Carta del Anexo número 11 sea por parte del Fabricante o Titular del Registro sanitario, lo anterior para garantizar a la Convocante que no se ofertarán productos de baja calidad que generen un riesgo para el paciente o el abasto del producto al permitir Carta firmada por un Distribuidor Mayoritario que no cuente con el apoyo directo del Fabricante o del Titular del Registro Sanitario para este evento.	Si se acepta	AREA TECNICA - REQUIRENTE
COMERLAT SA DE CV	PUNTO 6.2 PROPOSICIÓN ECONOMICA Y ANEXO NÚMERO 13 En caso de ofertar bienes de importación, el Fabricante extranjero no cuenta con Registro Federal de Causante por no ser Fabricante de origen nacional, por lo que solicitamos atentamente a la Convocante no sea considerado como motivo de descalificación el no contar con este dato y en su caso nos permita señalar en la columna NOMBRE DEL FABRICANTE la leyenda "NO LE APLICA POR SER FABRICANTE EXTRANJERO" ¿se acepta?	POR SER FABRICANTE EXTRANJERO" en caso de ser fabricante de origen extranjero y no contar con Registro federal de	AREA TECNICA - REQUIRENTE
COMERLAT SA DE CV	PUNTO 2.1 CALIDAD Para que la Convocante cuente con la certeza de que el Licitante adjudicado brinde	No se acepta ya que este documento limitaría la libre participación de los demás	AREA TECNICA - REQUIRENTE



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

	un servicio de asistencia técnica de Marcapasos de calidad basado en	licitantes.		
	procedimientos establecidos conforme a la normatividad vigente y que no se	•		
	genere un riesgo para el paciente, se solicite presentar en la propuesta Copia simple			
	del documento donde acredite el Licitante contar con una certificación NMX-			
	CC9001-IMNC-2008/ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 vigente cuyo alcance sea para			
	la prestación de servicios y asistencia técnica en marcapasos.			
	la prestación de servicios y asistencia tecnica en marcapasos.	Es correcto se refiere al actualizado con	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
COMERLAT SA DE CV	PUNTO 2.1 CALIDAD PARRAFO TERCERO	fecha 22 de diciembre del 2014.	The state of the s	
	Solicitamos a la Convocante nos confirme que el Listado de insumos para la salud	FAVOR DE ANEXAR ESTE APARTADO PARA		
	considerado como de bajo riesgo se refiere al publicado en el Diario Oficial de la			
	Federación de fecha 22 de diciembre del 2014 ¿es correcto?	EL RESTO DE LA PROVEDURIA EN		
		ACLARACIONES GENERAL.	A DE COMO A DECLUDIONE	
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 1 CLAVE 060.604.0145.11.01	SI ES CORRECTO,	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDÍQUE SI POR CONECTOR			
	DE 3.2MM SE REFIERE AL CONECTOR DE ESTANDAR INTERNACIONAL IS-1. ¿ES			
	CORRECTA NUESTRA APRECIACION?			
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 1 CLAVE 060.604.0145.11.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
COMERCAT SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE	libre participación del resto de los		
	IMPULSOS CON UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE LITIO DIOXIDO DE	licitantes.		
	MANGANESO, SIN QUE ESTO DEMERITE SU FUNCION NI AFECTE LA TERAPIA			
	PROPORCIONADA AL PACIENTE Y NO LIMITAR ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE			
	ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 1 CLAVE 060.604.0145.11.01	libre participación del resto de los	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN	licitantes.		
•	GENERADOR DE IMPULSOS CON UNA FUENTE DE ALIMENTACION CON UN VOLTAJE	i ilcitantes.		
	DE 3.1, SIN QUE ESTO AFECTE O DEMERITE LA TERAPIA SUMINISTRADA Y PARA NO			
	LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		AREA TECNICA - REQUIRENTE	
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 1 CLAVE 060.607.0068.10.01	Es correcta su apreciación.	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI POR CONECTOR			
	DE 3.2MM SE REFIERE AL CONECTOR DE ESTANDAR INTERNACIONAL IS-1 ¿ES	Ì		
	CORRECTA NUESTRA APRECIACION?.			
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 2 CLAVE 060.604.0418.02.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
COMENCE OF STATE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI POR CONECTOR	libre participación del resto de los		
	DE 3.2MM SE REFIERE AL CONECTOR DE ESTANDAR INTERNACIONAL IS-1 ¿ES	licitantes.		
	CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	•		
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 2 CLAVE 060.604.0418.02.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE	
COMERCAT SAIDE ÇV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE	libre participación del resto de los		
	IMPULSOS CON UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE LITIO DIOXIDO DE	licitantes.		
	MANGANESO, SIN QUE ESTO DEMERITE SU FUNCION NI AFECTE LA TERAPIA	, more and a second sec		
•	MANGANESO, SIN QUE ESTO DEMERTIE SO PONCION NI APLETE LA TENATION		·	
	PROPORCIONADA AL PACIENTE Y NO LIMITAR ASI LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE			
	ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Consulta demanda y quendo no limito la	AREA TECNICA - REQUIRENTE	-
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 2 CLAVE 060.604.0418.02.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	ANEA TECNICA - REQUIRENTE	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN	libre participación del resto de los		
]	GENERADOR DE IMPULSOS CON UNA FUENTE DE ALIMENTACION CON UN VOLTAJE	licitantes.		
	DE 3.1, SIN QUE ESTO AFECTE O DEMERITE LA TERAPIA SUMINISTRADA Y PARA NO			
	LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?			
COMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 4 CLAVE 060.309.0010.02.01	Para el paquete 4 la descripción se refiere	AREA TECNICA - REQUIRENTE	



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA -- 019GYR022 -- E258-2017

	THE PROPERTY OF A CHARLES AND CALLED TO THE PROPERTY OF THE PR	al desfibrilador bicameral	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL DISPOSITIVO	ai destibiliador bicamerai	· ·
OMERLAT SA DE CV	QUE DESCRIBE ESTA PARTIDA SE REFIERE A UN DESFIBRILADOR BICAMERAL. ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 4 CLAVE 060.309.0010.02.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR	libre participación del resto de los	
- *	BATERIAS DE 3.2 V, LO CUAL NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL DISPOSITIVO Y	licitantes.	
•	TAMPOCO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DELOS DEMAS LICITANTES DEBIDO A		
	QUE ES LA TECNOLOGÍA QUE POSEEN TODAS LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA		
	PROPUESTA?		A DE A TECNICA DECLUBENTE
OMERLAT SA DE CV	ANEXO 21 REQUERIMIENTO, PAQUETE 4 CLAVE 060.309.0010.02.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER	libre participación del resto de los	
	DISPOSITIVOS CON CONEXIÓN DF-4, YA QUE ESTO MINIMIZA ERRORES EN LA	licitantes.	_
	CONEXIÓN DEL ELECTRODO DURANTE LA CIRUGIA Y REDUCE LOS TIEMPOS DE	·	
	OPERACIÓN Y RADIACION. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	En caso de ser adjudicado el proveedor	AREA TECNICA - REQUIRENTE
OMERLAT SA DE CV	11.2 CONDICIONES DE ENTREGA GENERALES, INCISO a) ESPECIFICACIONES	entregará una sola lámpara.	THE TEST TO THE SECOND
	TÉCNICA, ANEXO 21 REQUERIMIENTO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS PAQUETES 1, 2, Y 4	entregara una sola lampara.	
	EN LOS CUALES SE SOLICITA UNA LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL EN CASO DE		
	RESULTAR ADJUDICADOS EN MAS DE UNO DE LOS PAQUETES SE NOS PERMITA		
	ENTREGAR SOLO UNA LAMPARA PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO. ¿SE ACEPTA		
	NUESTRA PROPUESTA?	·	5
COMERLAT SA DE CV	9.1 EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
OWIEREN SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LA ENTREGA DE MUESTRAS, SE		
	NOS PERMITE ENTREGAR MATERIAL ABIERTO NO ESTERIL, DEMO (DUMMY NO		
	FUNCIONAL PERO, CON CARACTERISTICAS FISICAS IDENTICAS) Y MATERIAL		
	FUNCIONAL, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.		
and the control of the state of	The state of the s	and the state of t	AREA TECNICA - REQUIRENTE
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paquete 1 060.604.0145.11.01 y 060.607.0068,10.01	Si es correcto, ya que los conectores son	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	Se solicita a la convocante aclarar si con "conector de 3.2 mm" se refiere a la	Universales.	
	medida estándar IS-1, Favor de adarar.		AREA TECNICA - REQUIRENTE
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paquete 1 060.604.0145.11.01	Si se acepta la propuesta	AREA TECNICA - RECOINCINTE
	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un dispositivo de Marcapaso		
	cardiaco multiprogramable definitivo con conector IS-1 que es la medida estándar		
	internacional y que es totalmente compatible con la medida de 3.2MM ¿Se acepta	Į	
	nuestra propuesta?	Se acepta.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paquete 1 060.604.0145,11.01 Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar un marcapaso cardiaco	Se despedi	
•	multiprogramable compatible con resonancia magnética con grosor menor o igual a		
	8 mm, para permitir la libre participación y dado que la variable grosor nunca ha		
	sido considerada en la literatura médica como un factor que influya en la		
•	compatibilidad de este tipo de dispositivos con el resonador magnético, o en su	-	
	caso con la tasa de éxito y de complicaciones relativas al implante de los mismos.		
	¿Se acepta nuestra propuesta?		
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paguete 1 060.604.0145.11.01	Se acepta, siempre y cuando no limite la	AREA TECNICA - REQUIRENTE
	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una fuente de marcapaso con	libre participación de los demás licitantes.	
	fuente de alimentación de Óxido de litio plata vanadio con monofloruro de		
	carbono, siendo este un compuesto diseñado para dispositivos compatible con		



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

	resonancia magnética, además de que cumple con la longevidad solicitada, ¿Se acepta nuestra propuesta?		
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paquete 2 Se solicita a la convocante aclarar si con "diámetro de 3.2 mm" se refiere a la medida estándar IS-1, Favor de aclarar.	Si es correcto	AREA TECNICA - REQUIRENTE
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paquete 2 060.604.0418.12.01 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una fuente de marcapaso con fuente de alimentación de Óxido de litio plata vanadio con monofloruro de carbono, siendo este un compuesto diseñado para dispositivos compatible con resonancia magnética, además de que cumple con la longevidad solicitada, ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta, siempre y cuando no limite la libre participación de los demás licitantes.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
MEDTRONIC S DE RL DE CV	Paquete 4 060.309.0010.02.01 Se solicita a la convocante aclarar si se requiere un Desfibrilador Cardioversor Unicameral o Bicameral	Se requiere desfibrilador bicameral.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
MEDTRONICS DE RL DE CV	Paquete 4 060.309.0010.02.01 Se pide "Voltaje de la batería: 6.4 v", Se solicita a la convocante nos permita ofertar una batería con voltaje de 3.2v, Puesto que el de 6.4v se utilizaba en dispositivos de generaciones pasadas. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta, siempre y cuando no limite la libre participación de los demás licitantes.	AREA TECNICA - REQUIRENTE
EQUIMAYAB SA DE CV	PUNTO DE LA CONVOCATORIA. 6.1 INCISO J) Pregunta: Con el fin de ofertar en tiempo y forma las mejores condiciones para la adquisición de los insumos requeridos, se solicita a la convocante la eliminación de este requisito o bien se exprese el motivo y fundamento legal para solicitar esta carta de respaldo. Se dice lo anterior, ya que en la legislación de la materia no se faculta a la convocante ni se establece que sea un requisito para participar en licitaciones públicas, por lo que le pedimos a la convocante se limite a solicitar los documentos única y exclusivamente previstos en la Ley, en su Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. Es ese sentido, solicitamos atentamente nos informen en cual disposición legal se encuentra incluir este escrito y se propicia como condicionamiento para participar en los eventos de licitación.	Para asegurar al Instituto las mejores condiciones en cuanto a calidad, el área convocante solicita ciertos documentos que tienen la finalidad comprobar la mejor calidad de los productos y servicios que adquiere, para realizar lo anterior se deben integrar diversos requisitos, tales como: cartas de apoyo por parte del fabricante (asegura que el distribuidor cuenta con el respaldo del fabricante del producto que oferta), cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (Con lo anterior se asegura que el producto ha sido probado en base a la normatividad vigente y se aseguran que cumple con los lineamientos exigidos en cada norma), Normas Mexicanas (a falta de Normas Oficiales, existen las Normas Mexicanas mismas que contienen los lineamientos de calidad de los productos a ser adquiridos). Todo lo anterior se tiene contemplado dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Artículo 55 que la al letra	AREA TECNICA - REQUIRENTE



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

" Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

		operará los	
		equipos.	
		La adquisición de	
		materiales cuyo	
		consumo haga	
		necesaria	
		invariablemente la	
		utilización de	
	·	equipo propiedad	
		del proveedor	
		, podrá realizarse	
		siempre y cuando	
		en la convocatoria	
		a la licitación se	
		establezca que a	
		quien se adjudique	
		el contrato deberá	
		proporcionar el	
		citado equipo sin	
		costo alguno para	
		la dependencia o	
	·	entidad durante el	
		tiempo requerido	
		para el consumo	
	·	de los materiales."	
	·		
		Así como en el Artículo 29 de la fracción II	
		de la misma ley que a la letra dice:	
	· ·	II. La descripción detailada de los bienes,	
		arrendamientos o servicios, así como los	
•		aspectos que la convocante considere	
		necesarios para determinar el objeto y	
		alcance de la contratación.	
UIMAYAB SA DE CV	PUNTO DE LA CONVOCATORIA. 6.1 INCISO R)	Para asegurar al Instituto las mejores	AREA TECNICA - REQUIRENTE
UINIATAB SA DE CV	Con el fin de ofertar en tiempo y forma las mejores condiciones para la adquisición	condiciones en cuanto a calidad, el área	
	de los insumos requeridos, se solicita a la convocante la eliminación de este	convocante solicita ciertos documentos	
	requisito o bien se exprese el motivo y fundamento legal para solicitar el Acuse de	que tienen la finalidad comprobar la mejor	
	recibo de muestras cuando en la licitación LA-019GYR022-E59-2017 no se solicitaba	calidad de los productos y servicios que	
		adquiere, para realizar lo anterior se deben	
	dicho requisito.	integrar diversos requisitos, tales como:	
		cartas de apoyo por parte del fabricante	
			<u> </u>
		(asegura que el distribuidor cuenta con el	Ļ
		respaldo del fabricante del producto que	
		oferta), cumplimiento de Normas Oficiales	
		Mexicanas (Con lo anterior se asegura que	T. Control of the con



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA - 019GYR022 - E258-2017

el producto ha sido probado en base a la normatividad vigente y se aseguran que cumple con los lineamientos exigidos en cada norma), Normas Mexicanas (a falta de Normas Oficiales, existen las Normas Mexicanas mismas que contienen los lineamientos de calidad de los productos a ser adquiridos).

Todo lo anterior se tiene contemplado dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Artículo 55 que la al letra dice:

" Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar quelos mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento;



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.

La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el. citado equipo sin costo alguno para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. "

Así como en el Artículo 29 de la fracción II de la misma ley que a la letra dice: II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

		alcance de la contratación.	
		the second secon	garage and the second of the s
ESPECIALISTAS EN	DICE: 6.1 PROPUESTA TECNICA INCISO I J) EN CASO DE DISTRIBUIDORES,	Es correcta su apreciación	AREA TECNICA - REQUIRENTE
APLICACIONES Y	DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE Y/O <u>DISTRIBUIDOR MAYORITARIO</u>		
SOPORTE TÈCNICO	EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE		•
MÈDICO, S.A. DE C.V.	MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S)		
	CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 11 (ONCE), EL		
	CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.		
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI POR		
	DISTRIBUIDOR MAYORITARIO SE REFIERE A QUE LA CARTA SOLICITADA PODRÀ SER		
	DEL FABRICANTE O SU FILIAL EN MÈXICO Y/O DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO		
•	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA		
·	AUTOGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÈSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA		
	TÈCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE,		
	CONFORME AL ANEXO NÙMERO 11 (ONCE), EL CUAL FORMA PARTE DE LA		
	PRESENTE CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Classacia	AREA TECNICA - REQUIRENTE
<u>ESPECIALISTAS EN</u>	ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) 060.604.0418.02.01 Y 060.604.0145.11.01	Si se acepta	AREA TECNICA - REQUIRENTE
APLICACIONES Y	DICE: FUENTE DE ALIMENTACION: LITIO-YODO		
SOPORTE TÈCNICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN		
MÈDICO, S.A. DE C.V.	GENERADOR DE MARCAPASOS COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÈTICA EL		
	CUAL CONTIENE UNA FUENTE DE ALIMENTAÇIÓN DE OXIDO DE PLATA VANADIO		
	CON LITIO- MONOFLUORURO DE CARBONO EL CUAL ESTÀ DISEÑADO		
ļ	ESPECÌFICAMENTE PARA DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON RESONANCIA	·	
	MAGNÈTICA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Avenida Veracruz esquina Calle Norte 22 No. 56, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730, Río





INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA – 019GYR022 – E258-2017

Blanco, Ver., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las siguientes direcciones electrónicas: http://compras.imss.gob.mx.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 10:50 horas, del día de inicio de la presente acta.------

Esta Acta consta de 19 (diecinueve) fojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

C.P. HECTOR RAUL MARES CARREON

JEFE DEPTO DE ABQUISICIÓN DE BIENES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

MEDICO SUPERIO FLORES AGUILAR

LNI. DENISSE JOSELYNE VERGARA LEON

SUPERVISOR DE PROYECTOR E-2