

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL Y PARÁMETROS TERMODINÁMICOS

Folio Oficial:	MTO-AUTO-001	Fecha del Servicio:	2026-03-30
Turno Operativo:	Turno 1	Autoclave Intervenida:	AUTO CLAVE 1
Tipo de Mantenimiento:	Preventivo Periódico	Horómetro de Operación:	0 Horas
Técnico Responsable:	N/A	Presión Vapor Caldera:	0 PSI (Nominal: 70-80 PSI)
Presión de Cámara:	0 PSI (Nominal: 30-35 PSI)	Temperatura Esterilización:	0 °C (Nominal: 134 °C)
Tiempo de Ciclo Térmico:	0 Minutos		

II. INSPECCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS Y PRUEBAS FUNCIONALES

SISTEMA AUDITADO	COMPONENTE / PRUEBA EJECUTADA	RESULTADO EVALUADO
Pruebas de Vacío	Prueba de Vacío Previo y Retención	Conforme
Línea de Vapor	Drenaje de Condensados y Trampas de Vapor	Conforme
Hermeticidad Puerta	Estado de Empaque de Silicona de Puerta	Excelente
Seguridad Sobrepresión	Válvulas de Seguridad y Disco de Alivio	Bueno
Instrumentación	Manómetros de Presión y Certificados Calibración	Bueno
Control Térmico	Transmisores de Temperatura PT100 / Termopares	Bueno
Filtración	Filtro Canasta de Descarga de Residuos	Limpio
Mecánica Puerta	Engrase y Ajuste de Brazos de Cierre	Realizado

III. INTERVENCIÓN TÉCNICA, CALIBRACIÓN Y REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA

Inspección rutinaria, limpieza de trampas y comprobación de hermeticidad de compuerta.

IV. ESTADO FINAL DE OPERABILIDAD Y FIRMAS

Estado Final del Autoclave:	OPERATIVA AL 100%	Firma Técnico Especialista:	N/A
Firma Supervisor Planta:	Ing. Manuel López — Gerente de Planta		

SISTEMA CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VER	FECHA MODIFICACIÓN	SECCIÓN COMPROMETIDA	MOTIVO DEL CAMBIO / AJUSTE	SOLICITANTE COMITÉ
1.0	13/06/2025	Todas	Creación del formato inicial bajo norma ISO 14001 y 9001	Comité de Calidad