
智慧超声测试指导手册

一、智慧超声登录页面

- 前置条件：启动服务
- 操作过程及输入数据：选择用户并输入密码登录
- 预期结果：进入智慧超声分诊页面



二、信息登记页面

- 前置条件：登录系统
- 操作过程及输入数据：点击信息登记按钮

- 预期结果：显示信息登记页面



1、自动登记

- 前置条件：登录智慧超声进入信息登记页面
- 操作过程及输入数据：扫码或输入信息查询患者
- 预期结果：显示出查询的患者，并可进行操作

2、手动登记

- 前置条件：登录智慧超声进入信息登记页面
- 操作过程及输入数据：输入相关信息登记患者，点击保存并取号，选择对应诊室
- 预期结果：填入个人信息及检查项目的必填信息进行登记，



3、诊室预约信息


- 前置条件：登录智慧超声进入信息登记页面
- 操作过程及输入数据：点击诊室预约信息
- 预期结果：显示每个科室的自动登记和手动登记的患者情况，以及预约登记的患者




4、设置

- 前置条件：登录智慧超声进入信息登记页面
- 操作过程及输入数据：打开或关闭诊室
- 预期结果：可以执行开关诊室，图二是增加诊室，需要图二和图三同时增加且设备编码一致才生效







5、诊室

- 前置条件：
- 操作过程及输入数据：
- 预期结果：

二、分诊叫号页面

- 前置条件：登录分诊页面
- 操作过程及输入数据：点击分诊叫号按钮
- 预期结果：进入叫号页面




1 叫号设置；

- 前置条件：叫号页面正常打开，且叫号大屏已连接服务器
- 操作过程及输入数据：
  - 点击叫号设置按钮进入叫号设置页面

- 设备编码是当前诊室的设备标识，需要与增加诊室的设备编码一致



  - IP地址配置为叫号大屏的IP，相当于白名单
  - 诊室名称作用在于在大屏上区分诊室的患者，与开通的诊室一致
  - 设备AET--
  - 其它
- 预期结果：对叫号大屏进行相关设置



2　全局观看

- 前置条件：叫号页面正常打开
- 操作过程及输入数据：点击全局观看按钮
- 预期结果：显示所有诊室的分诊情况



3　预约一览

- 前置条件：叫号页面正常打开
- 操作过程及输入数据：点击预约一览按钮
- 预期结果：显示所有预约情况，在分诊叫号页面进行预约

4　刷新页面按钮（自动600s）

- 前置条件：叫号页面正常打开
- 操作过程及输入数据：点击刷新
- 预期结果：刷新叫号页面，检查患者更新

5　统计：

- 前置条件：叫号页面正常打开
- 操作过程及输入数据：点击进入统计页面
- 预期结果：可查询当天或指定日期的诊室所检查的人数；



6　科室

- 前置条件：叫号页面正常打开且该诊室存在患者才会出现此按钮
- 操作过程及输入数据：点击想查看的科室

- 预期结果：可查看对应诊室的待诊患者列表，同时按钮显示当前诊室患者数量

7　协同；

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击协同
- 预期结果：应该是开启后可以帮其他科室做检查写报告，但目前没有效果

8　取消协同；

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击取消协同
- 预期结果：取消后不能直接处理其他科室的患者，但目前没有效果

9　显示医生

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击分诊叫号
- 预期结果：此处输入当前诊室医生名字用于显示在叫号大屏上，目前没有完善

10 显示患者数量；

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：选择显示的患者数量
- 预期结果：等候列表显示相应的患者数量

11　呼叫/就诊；

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击呼叫患者，或者给患者写报告
- 预期结果：显示当前正在呼叫和正在就诊的患者

12　过滤&等候；

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击或输入相应数值筛选患者，默认情况下等候列表显示所有患者
- 预期结果：点击可输入或者根据患者姓名首字母来筛选患者



13　呼叫所选患者

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击呼叫指定的患者，默认按顺序呼叫
- 预期结果：点击呼叫所选患者就诊，并呼叫下一位患者准备，在大屏上显示相应信息；

14 写报告+采图

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击指定的患者，
- 预期结果：点击后进入写报告页面并开始采图

15 待写报告

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：选中指定患者，点击待写报告
- 预期结果：进入写报告页面，不开始采图

16 开始采图

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：选中指定患者，点击开始采图
- 预期结果：开始采图到指定患者，但不进入写报告页面，作用是可以一位医生专门采图，一位医生专门写报告

17 患者完成检查

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：点击分诊叫号
- 预期结果：患者检查完毕后点击完成检查，完成患者就诊操作；

18 通知所选客户准备

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：选中患者，点击通知所选客户准备按钮
- 预期结果：仅呼叫所选客户准备，叫号大屏显示该患者准备和发出声音

19 呼叫选定客户（不叫准备）：


- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：选择患者，点击呼叫选定客户（不叫准备）按钮
- 预期结果：点击后叫号大屏呼叫患者前来就诊，但不自动呼叫下一个患者准备

20 全转转诊：

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：下拉选择相应的诊室，点击全转转诊按钮
- 预期结果：将当前诊室等候列表所有患者转诊到所选诊室

21 单诊室执行：

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：选中指定患者和下拉选择诊室，点击单诊室执行
- 预期结果：将所选的患者转诊到到所选诊室等候列表中；



22、急诊置顶


- 前置条件：叫号页面正常打开且当候诊列表有急诊时出此按钮
- 操作过程及输入数据：点击急诊置顶
- 预期结果：将待诊患者列表中急诊的患者全部置顶；

23、启用双击呼叫

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：勾选启用双击呼叫
- 预期结果：双击所选患者时触发叫号大屏对所选患者进行叫号就诊。

24、置顶调整

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：等候列表选中患者，点击置顶调整后选择目标患者
- 预期结果：将等候列表选择的患者排列到目标患者之前；



25、查询待完成报告状态


- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在待完成报告患者
- 操作过程及输入数据：选中患者，点击写报告
- 预期结果：查看当天已处理的记录，点击患者名字可查看报告，点击undefined可查看二维码

26 、当天已处理的记录痕迹（按时序）

- 前置条件：叫号页面正常打开且列表存在患者
- 操作过程及输入数据：页面下滑
- 预期结果：查看当天已处理的记录，点击患者名字可查看报告，点击undefined可查看二维码

二、 写报告

- 前置条件：进入分诊叫号页面且等候列表有患者
- 操作过程及输入数据：选中患者，点击写报告+采图按钮
- 预期结果：进入指定患者的写报告页面，同时自动开启图像接收，医生可直接开始采图





1 隐藏

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击隐藏按钮

- 预期结果：隐藏右边操作栏



2 缓存

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击缓存按钮
- 预期结果：可保存缓存，保存后出现提取缓存按钮，方便下次提取



3 关闭

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击关闭按钮
- 预期结果：关闭写报告页面，停止采图

4 个人信息/PID/门诊/检查部位/申请时间

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：进入患者的写报告页面自动读取信息
- 预期结果：个人信息/PID/检查部位与his系统传入一致，门诊/申请时间与登记时填写的一致

5 超声图像

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击报告上的三个图像位置
- 预期结果：右边弹出采图页面，点击图像将直接贴到报告中



6　检查所见

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：医生输入检查所见，或者从诊断模板填充
- 预期结果：输入或编辑模板填充的检查所见，并在打印报告时显示

7　检查提示

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：医生输入检查提示，或者从诊断模板填充
- 预期结果：输入或编辑模板填充的检查提示，并在打印报告时显示

8 设备

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：采图后自动显示
- 预期结果：显示采图的超声设备名称，用于区分此报告出于哪台设备

9 记录及初诊

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：打开写报告页面自动读取
- 预期结果：显示初诊时间及医生名字

10 检查医生

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：检查医生保存报告后自动读取并贴上手写签名

- 预期结果：显示检查医生姓名及手写签名

11 审核医生

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：审核医生保存报告后自动读取并贴上手写签名
- 预期结果：显示审核医生姓名及手写签名

12 会诊医生

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：会诊医生保存报告后自动读取并贴上手写签名
- 预期结果：显示会诊医生姓名及手写签名

13 当前及历史影像：点击查询患者的超声检查图像。

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：右侧菜单栏点击当前及历史影像
- 预期结果：显示采图页面，如图



1　采集图库

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击采集图库
- 预期结果：医生在设备上点击save按钮采集当前病人的图像将显示在当前页面

2　补充采集

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击补充采集按钮
- 预期结果：医生补充采集当前病人的超声图像

3　动态视频源

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击动态视频源按钮
- 预期结果：点击后医生可采集视频

4　特殊字符：

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击特殊字符按钮
- 预期结果：特殊字符内容，暂时没有使用；

5　后处理工作站：

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击分诊叫号
- 预期结果：点击打开RadiAnt dicom处理软件，可在软件中查看动态图像以及测量

14 历史记录

- 前置条件：进入患者的写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击历史记录
- 预期结果：打开写报告时的默认就是历史记录，



1、本次检查报告/修改历史

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：患者之前做过检查或报告被修改过
- 预期结果：显示所有本患者的记录
  2、本人
- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击分诊叫号
- 预期结果：点击可查询本人的历史检查报告，点击日期可查看对应报告内容；

3、同名

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击同名
- 预期结果：点击可查询同名的历史检查报告，因为患者可能检查过几次但病历号不一样，点击日期可查看对应报告内容；

4、其他

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：暂时无法使用；
- 预期结果：

5、日志

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：暂时无法使用；
- 预期结果：进入叫号页面

6、病历总结

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：暂时无法使用；
- 预期结果：进入叫号页面

7、检查标记：

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：勾选并输入相关内容
- 预期结果：可保存标记供后续使用



8、电子申请单/打开临床电子病历：

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：从his系统接收电子申请信息，电子病历暂时无法使用；
- 预期结果：显示his系统传过来的申请单信息

15 诊断模板

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击诊断模板，或者点击报告上的检查所见输入框
- 预期结果：显示诊断模板页面



1、通用

- 前置条件：进入写报告页面且知识库里面有数据
- 操作过程及输入数据：点击对应报告模板，选择补充或者替换至报告中
- 预期结果：显示知识库维护的报告模板，点击可将模板内容添加到报告中，可以选择补充或者替换；也可以通过右键 快捷选择模板内容；





1、切换显示：

- 前置条件：进入写报告页面且知识库里面有数据
- 操作过程及输入数据：系统自动识别检查项目，然后与知识库模板匹配，筛选出最合适的模板
- 预期结果：用于切换显示筛选部位前后的模板；

2、文件夹收起：

- 前置条件：进入写报告页面且知识库里面有数据
- 操作过程及输入数据：点击选择自动收起或者用户自主
- 预期结果：可自动收起展开后的文件夹

3、正常部位：

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击正常部位后自动匹配检查项目并在报告插入正常部位模板
- 预期结果：筛选出正常部位的报告模板，直接插入报告

2、危急值+词条：暂时没有使用；

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击

- 预期结果：



3、结构化数据：


- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：一般默认提取，可点击再次提取
- 预期结果：用于从超声机器直接导入数值到报告上的表格

16 报告模板

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：
- 预期结果：

17 创建新报告或附加表格模块

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击切换报告模板
- 预期结果：用于切换指定模板



18 数智人体

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：未开发
- 预期结果：

20 个人设定及工具

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：

- 预期结果：



① 报告文本内行间距离

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：设置报告文本见得距离；

② 报告字体大小设定

- 前置条件：进入写报告页面

- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：用于设定字体的大小；

③ 报告文本粘贴设定

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：

④ 自动恢复缓存：

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：

⑤ 自动缓存

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：

⑥ 检查部位描述去除特殊符号

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：去除特殊符号

⑦ 退出时关闭检查

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：关闭页面自动退出工作站；

⑧ 自动关闭报告页面

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：完成保存检查发布后自动关闭报告页面；

⑨ 自适应文字大小

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：文字自动调整适应页面；

⑩ 审核后自动发布

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置

- 预期结果：设定是否自动发布报告；

⑪ 默认注入正常模板

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：是否使用默认模板；

⑫ 空白不覆盖

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：设定是否覆盖空白内容；

⑬ 打印隐藏

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：是否打印隐藏医生姓名；

⑭ 本地打印

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：发布后是否本地打印；

⑮ 设定检查图像数量

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：报告内容呈现图像的数量设定；

⑯ 独立图库启动方式

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：单机或者双击的设定；

⑰ 独立图库的显示

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：分屏在左还是在右进行设定；

⑱ 产科日历

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：暂时没有使用；

⑲ 录音/插图

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：暂时没有使用；

⑳ 计算器

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：点击打开计算器；

21 质控表

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：点击打开质控表；

22 病理申请单

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：点击打开病理申请单；

23 高度自动调整

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：勾选设定模板内容是否高度自动调整；

24 基础信息底线

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：是否基础信息加底线；

25 文本加虚框

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：是否报告内容文本加虚框；

26 保存个性化配置

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击相应设置或选项，再点击保存个性化设置
- 预期结果：点击保存个人配置，报告页面打开默认配置

26 修正报告签名

- 前置条件：进入写报告页面
- 操作过程及输入数据：点击修改，输入当前登录的医生再输入报告原来的医生账号
- 预期结果：当这份报告被另一个医生写完了过后，现在这个医生如果需要修改报告，必须先修改报告的签名才能进行报告修改

三、 **报告发布**

- 前置条件：医生写完报告后，导入的模板不修改的还是需要点击输入框才会出现按钮
- 操作过程及输入数据：选择患者状态为阳性或者阴性-点击保存会自动弹出是否发布-点击发布
- 预期结果：发布后传回hit系统并且患者可以在自助机打印报告或者当前诊室自动打印



AOmm	45	MV	456		MVA 55mm²	EDV 5ml	Doppler		SD	DT	PG	4
RVOT	3				瓣环 5mm	ESV 5ml	IVS	RV	4	43	PHT	3
LA	3		EF	4mm/s	前后交 5	EF 5%	IAS	RA	435	342	MVA	54
LV	3		DE	45mm	垂距 5	FS 6	MV	LV	34	3	E峰	6
LVOT	4	AV	45		开放 5	SV 5ml		LA	5	46	A峰	3
RA	3				关闭 5	CO 8L/min	AV	LVOT	5	64	E/A	43
RV	3	AO	速率	45/	瓣环 5	SI 5		AO	5	5	PVR	2Wu
RVAW	4		重博波	45	幅度 5	CI 78	PV	RVOT	5	5	AT	2ms
IVS	5	PV	45		开放 5	EDVI 3ml/m²		PA	V: 55m/s	PG: 5mmHg	MPAP	4mmHg
LVPW	6				瓣环 5	ESVI ml/m²	TV	RV	5	4		
PA	56	TV	45		开放 5	P/L		RA	45	54		
LPA	5				瓣环 5	EPSS						
RPA	7	HR		45/min	SVC 5	rpep/rvet						
AO/PA	5	BSA		45m²	IVC 5							

① 选择该患者检查的阴性/阳性；

- 前置条件：医生做完检查
- 操作过程及输入数据：点击按钮
- 预期结果：标记此份报告为阳性或者阴性

② 保存

- 前置条件：医生正在写报告或者写完报告
- 操作过程及输入数据：点击按钮
- 预期结果：点击保存当前报告内容；

③ 发布

- 前置条件：医生写完报告
- 操作过程及输入数据：点击按钮
- 预期结果：发布当前报告内容并自动打印、自动传回his系统

四、知识库维护

- 前置条件：登录智慧超声页面以及http://10.30.4.13/structuralData/#/login页面
- 操作过程及输入数据：选中相应的报告，并点击编辑
- 预期结果：编辑保存后在写报告页面的报告模板可以看到



