









Frente de Onda — lenteThorlabs



Espectro de Coeficientes de Zernike (convención OSA/ANSI)



Aberraciones Ópticas — Análisis de Seidel



Métricas (sin pistón / inclinación):
PV = 12.2105 μm RMS = 3.4225 μm Strehl $\approx$ 0.0000 Ø pupila = 3.000 mm Calidad: Pobre – considerar recalibración

Aberración	c_Z [μm] (RMS Zernike)	W_Seidel [μm] (coef. ρ^n)	Forma funcional	Interpretación
Desenfoque	-3.3700	-11.6740	$W_{020} \rho^2$	Error de enfoque
Astigmatismo	0.2791	1.3672	$W_{222} \rho^2 \cos^2 \theta$	Imagen en dos focos separados
Coma	0.0202	0.1716	$W_{131} \rho^3 \cos \theta$	Cola de cometa en imagen puntual
Esférica Primaria	0.0140	0.1878	$W_{040} \rho^4$	Enfoque diferente centro / borde