

Контроль для визначення інтерлейкіну-6

Інструкція

Специфікації

4 рівні: 1 фл. – 1,0 ml (мл)

Застосування

Цей виріб для *in vitro* діагностики призначений для проведення контролю якості тест-систем для визначення інтерлейкіну-6 на аналізаторах виробництва компанії Lansion Biotechnology Co., Ltd.

Принцип роботи

Оцінка точності лабораторних тест-систем за допомогою статистичного аналізу вимірної концентрації та діапазону контролю якості з використанням нашого контролю для визначення інтерлейкіну-6.

Комплектність

- Головним компонентом цього контролю є інтерлейкін-6. Контроль включає 1-4 рівні. Цільове значення та діапазон значень наведені в Сертифікаті аналізу.
 - Інструкція
 - Таблиця цільових значень (необов'язково) для позначення цільових значень і прийнятного діапазону кожної партії тест-набору для визначення інтерлейкіну-6 (див. Сертифікат аналізу).
 - Розчинник (необов'язково): основним компонентом є очищена вода, включно з консервантом.
- Увага: не слід змішувати компоненти з різних партій виробу.

Зберігання та стабільність

Контроль стабільний протягом 18 місяців за умови зберігання при температурі 2-8°C та подалі від прямого сонячного світла.

Розведений контроль стабільний протягом 15 d (д)* за умови зберігання при температурі 2-8°C та подалі від прямого сонячного світла.

Застосовувані аналізатори

Аналізатор імунофлуоресцентний LS-1100.

Процедура тестування

- Розчиніть контроль
 - Доведіть контроль до кімнатної температури (15-30°C). Обережно відкрийте кришку флакону, уникаючи висипання вмісту назовні.
 - Якщо розчинник входить до набору: переконайтеся, що об'єм розчиненої рідини відповідає маркуванню продукту. Візьміть одну пляшку з розчинником та

повністю вилийте її у флакон або перенесіть її вміст у флакон піпеткою. Невелика кількість залишку не вплине на результат тесту.

Якщо розчинник не входить до набору: Візьміть очищену воду або воду для ін'єкцій, додайте відповідну кількість у флакон з контролем для його розведення згідно з маркуванням виробу.

1.3 Залиште флакон при кімнатній температурі на 5-10 min (хв), потім струсіть його вгору-вниз, щоб вміст ретельно розчинився. Після цього знову залиште на 20 min (хв).

Увага: Не струшуйте сильно, щоб уникнути утворення піни.

1.4 Розчинений контроль можна використовувати безпосередньо. Невикористаний контроль закрийте кришкою та зберігайте при температурі 2-8°C.

2. Контрольне тестування

2.1 Доведіть контроль до кімнатної температури (15-30°C). Перед використанням обережно струсіть, щоб ретельно перемішати.

2.2 Контроль якості з використанням контролю проведіть за тією ж процедурою, як і тестування зразка пацієнта.

2.3 Після використання закрийте флакон кришкою та поверніть його до температури 2-8°C для зберігання.

2.4 Оцініть результати контролю якості по таблиці цільових значень для застосовуваних аналізаторів.

Обмеження

- Існують відмінності між різними методами тестування.
- Цей продукт не призначений для використання в якості стандартного матеріалу.
- Завдяки різним методам або специфічності антитіл виявлені значення для різних застосовуваних аналізаторів будуть різними.
- Рекомендовано лабораторіям встановлювати цільові значення та діапазон контролю якості відповідно до використовуваних систем аналізаторів та реагентів.

Характеристики роботи

- Однорідність: коефіцієнт варіації між флаконами (KV) ≤ 15%.
- Діапазон точності: в межах цільового значення.

Примітки

- Тільки для професійної *in vitro* діагностики.
- Вчасно поверніть його до температури зберігання 2-8°C і тримайте подалі від прямого сонячного світла, щоб забезпечити стабільну роботу. Ретельно перемішайте перед повторним використанням.
- Кожний окремий флакон може зберігатися до закінчення терміну придатності.
- При потраплянні контролю в очі, рот або на шкіру промийте їх великою кількістю води та за необхідності зверніться до лікаря.

5. Поводитися зі зразками необхідно як з потенційно інфікованим матеріалом. Слід дотримуватися встановлених заходів безпеки відносно мікробіологічного ризику та виконувати стандартні рекомендації згідно вимог чинного законодавства з утилізації відходів, в тому числі і рідких.

Бібліографія

1. Linxin Kong, Daojie Zhang, Li Sun, etc. Preparation and Evaluation of Quality - Controlled Plasma for Coagulation Test[J]. Journal of Clinical Laboratory 2006, 24(2): 146-147.

Уповноважений представник

ТОВ „НБК «Фармаско»

вул. Дмитра Луценка, буд.10, м. Київ, 03193, Україна

Тел. + 38 (099)160-30-05

e-mail: diagnostic_company@ukr.net

*d (д) – доба

Маркування	Пояснення символів маркування	Маркування	Пояснення символів маркування
IVD	Тільки для діагностики <i>in vitro</i>		Дата виготовлення
	Перед тестуванням ознайомтеся з інструкцією		Виробник: Lansion Biotechnology Co., Ltd. No. 2, Qiande Road, Science Park, Jiangning District, 210000 Nanjing, Jiangsu Province, China Lansion Biotechnology Co., Ltd., No. 2, Qiande Road, Science Park, Dingning District, 210000 Nanjing, Province Jiangsu, P.R.
LOT	Номер партії		Містить достатньо для 1 випробування
	Знак відповідності технічним регламентам		Зберігати при температурі 4-30°C Не заморозувати
	Не використовувати двічі		
	Використати до		

IL-6 Control_instr.2_07.2023

Редакція 2

Дата останнього перегляду: 18.07.2023

