

	SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA DR. CESAR GARAVAGNO BUROTTO	SUBDIRECCION MEDICA CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO DIAGNÓSTICO UNIDAD LABORATORIO	
	INSTRUCTIVO USO EQUIPO COBAS 8000	CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1 FECHA: JUNIO 2023 VIGENCIA: 5 AÑOS Página 2 de 2	

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1																																						
MES / AÑO		Enero 2023																																				
DIA		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																						
DIARIO																																						
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
PIPE DIARIO Y RACK VERDE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
SEMANAL																																						
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)				✓																																		
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)				✓																																		
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)				✓																																		
CHEQUEO GRIPPER (702)				✓																																		
PIPE SEMANAL				✓																																		
QUINCENAL (801)																																						
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC																																						
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC																																						
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION																																						
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS																																						
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO																																						
PIPE QUINCENAL																																						
MENSUAL																																						
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																																						
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																																						
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																																						
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																																						
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																																						
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																																						
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																																						
TRIMESTRAL																																						
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																																						
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																																						
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																																						
SEGÚN SEA NECESARIO																																						
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																																						
VISITA SERVICIO TECNICO																																						
MANTENCION PROGRAMADA																																						
REPARACION																																						
PROFESIONAL RESPONSABLE		FV OC RD COTV OC COTV FV OC COTV FV OC COTV FV OC COTV																																				



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUIOTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 33 de 37

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1																
MES/AÑO	FEBRERO 2023															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)	✓							✓								✓
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)	✓							✓								✓
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)	✓							✓								✓
CHEQUEO GRIPPER (702)	✓							✓								✓
PIPE SEMANAL	✓							✓								✓
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC																✓
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC																✓
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION																✓
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS																✓
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO																✓
PIPE QUINCENAL																✓
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE																

Elaborado por:
Nombre: Jorge Pérez Villouta
Cargo: TM E AIC
Fecha: Junio 2023

Revisado por:
Nombre: Alejandra Vorphe V.
Cargo: BQ AIC
Fecha: Junio 2023

Aprobado por:
Nombre: Leda Contreras Moreno
Cargo: BQ EC Laboratorio
Fecha: Junio 2023

PROYECTO

COPIA CONTROLADAN°....

COPIA DIGITAL

COPIA NO CONTROLADA

	SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA DR. CESAR GARAVAGNO BUOTTO	SUBDIRECCION MEDICA CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO DIAGNÓSTICO UNIDAD LABORATORIO	
	INSTRUCTIVO USO EQUIPO COBAS 8000	CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1 FECHA: JUNIO 2023 VIGENCIA: 5 AÑOS Página 34 de 37	

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1																																	
MES / AÑO <i>Junio 2023</i>																																	
DIA		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DIARIO																																	
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PIPE DIARIO Y RACK VERDE		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
SEMANAL																																	
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)							/	/																									
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)							/	/																									
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)							/	/																									
CHEQUEO GRIPPER (702)							/	/																									
PIPE SEMANAL							/	/																									
QUINCENAL (801)																																	
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC																																	
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC																																	
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION																																	
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS																																	
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO																																	
PIPE QUINCENAL																																	
MENSUAL																																	
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																																	
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																																	
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																																	
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																																	
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																																	
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																																	
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS Na/K/CL (ISE)																																	
TRIMESTRAL																																	
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																																	
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																																	
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																																	
SEGÚN SEA NECESARIO																																	
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																																	
VISITA SERVICIO TECNICO																																	
MANTENCION PROGRAMADA																																	
REPARACION																																	
PROFESIONAL RESPONSABLE		<i>[Handwritten signatures and initials]</i>																															

Elaborado por: Nombre: Jorge Pérez Villouta Cargo: TM E/AIC Fecha: Junio 2023	Revisado por: Nombre: Alejandra Varghal V. Cargo: BQ AIC Fecha: Junio 2023	Aprobado por: Nombre: Leda Conferas Moreno Cargo: BQ EC Laboratorio Fecha: Junio 2023
---	--	---

PROYECTO

COPIA CONTROLADAN°....

COPIA DIGITAL

COPIA NO CONTROLADA



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1																
MES / AÑO	MARZO 2023															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)	✓							✓								✓
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)	✓							✓								✓
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)	✓							✓								✓
CHEQUEO GRIPPER (702)	✓							✓								✓
PIPE SEMANAL	✓							✓								✓
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC				✓	✓											
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC				✓	✓											
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION				✓	✓											
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS				✓	✓											
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO				✓	✓											
PIPE QUINCENAL				✓	✓											
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGUN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	AFH TSN ZBC OBC TFM R SK ENL DMTS/SC O B TFM JV S S															



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Junio 2023																														
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
DIARIO																															
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
SEMANAL																															
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)						✓							✓																		
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)						✓							✓																		
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)						✓							✓																		
CHEQUEO GRIPPER (702)						✓							✓																		
PIPE SEMANAL						✓							✓																		
QUINCENAL (801)																															
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC			✓																												
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC			✓																												
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION			✓																												
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS			✓																												
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO			✓																												
PIPE QUINCENAL			✓																												
MENSUAL																															
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA															✓																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)															✓																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)															✓																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)															✓																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)															✓																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)															✓																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/KVCL (ISE)																															
TRIMESTRAL																															
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																															
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																															
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																															
SEGÚN SEA NECESARIO																															
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																															
VISITA SERVICIO TECNICO																															
MANTENCION PROGRAMADA																															
REPARACION																															
PROFESIONAL RESPONSABLE	TFR JUV SLC TJ AFR AFR ORC TJ AFR JUV SLC ORC AFR TJ SLC																														

**INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000**

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO abril 2025

DIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

DIARIO

LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)

LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)

LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)

PIPE DIARIO Y RACK VERDE

SEMANAL

LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)

LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)

LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)

CHEQUEO GRIPPER (702)

PIPE SEMANAL

QUINCENAL (801)

LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC

LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC

LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION

LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS

LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO

PIPE QUINCENAL

MENSUAL

LIMPIEZA BIDONES DE AGUA

CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (I/SE)

LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)

LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)

LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)

LIMPIEZA PASOS DE FLUJO EGL Y PRELAVADO (801)

CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS Na/K/Cl (ISE)

TRIMESTRAL

LAVADO PASO DE FLUJO ISE

LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V.
SOLENOIDE

SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA

SEGUN SEA NECESARIO

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

VISITA SERVICIO TECNICO

MANTENCION PROGRAMADA

REPARACION

PROFESSIONAL RESPONSABLE

60A	B	TW	SUM	V _{BN}	G	TW	SUM	V _{BN}	G	TW	SUM	V _{BN}	G	TFM	SMA
-----	---	----	-----	-----------------	---	----	-----	-----------------	---	----	-----	-----------------	---	-----	-----

**INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000**

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N°

MES / AÑO	Abril															
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)			✓							✓						
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)			✓							✓						
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)			✓							✓						
CHEQUEO GRIPPER (702)			✓							✓						
PIPE SEMANAL			✓							✓						
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC			✓													
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC			✓													
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION			✓													
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS			✓													
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO			✓													
PIPE QUINCENAL			✓													
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA													✓			
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)													✓			
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)													✓			
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)													✓			
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)													✓			
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)													✓			
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS Na/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE													✓			
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	IAW	DAW	TEM	SL	U	W	OK	TEM	Jan	Viv	Ob	FFM	Jan	W	JIC	

	SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA DR. CESAR GARAVAGNO BUROTTO	SUBDIRECCION MEDICA CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO DIAGNÓSTICO UNIDAD LABORATORIO	
	INSTRUCTIVO USO EQUIPO COBAS 8000	CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1 FECHA: JUNIO 2023 VIGENCIA: 5 AÑOS Página 1 de 2	

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1																
MES / AÑO	mayo 2023															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)			✓							✓						
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)			✓							✓						
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)			✓							✓						
CHEQUEO GRIPPER (702)			✓							✓						
PIPE SEMANAL			✓							✓						
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC			✓													
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC			✓													
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION			✓													
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS			✓													
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO			✓													
PIPE QUINCENAL			✓													
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	FSV DE QC AS FSV DE QC LO FSV DE QC ORC FSV DE QC LA															



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1																																
MES / AÑO		MAYO																														
DIA		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
DIARIO																																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)		✓								✓																					✓	
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)		✓								✓																					✓	
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)		✓								✓																					✓	
CHEQUEO GRIPPER (702)		✓								✓																					✓	
PIPE SEMANAL		✓								✓																					✓	
QUINCENAL (801)																																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC					✓																											
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC					✓																											
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION					✓																											
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS					✓																											
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO					✓																											
PIPE QUINCENAL					✓																											
MENSUAL																																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																															✓	
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																															✓	
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																															✓	
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																															✓	
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																															✓	
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																															✓	
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																																
TRIMESTRAL																																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																																
SEGÚN SEA NECESARIO																																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																																
VISITA SERVICIO TECNICO																																
MANTENCION PROGRAMADA																															✓	
REPARACION																																
PROFESIONAL RESPONSABLE		FV DE ORC 2023 FV DE ORC 2023 FV DE ORC 2023 FV DE ORC 2023 FV DE ORC 2023																														



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO Junio 2023

DIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DIARIO

LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)

LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)

LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)

PIPE DIARIO Y RACK VERDE

SEMANAL

LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)

LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)

LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)

CHEQUEO GRIPPER (702)

PIPE SEMANAL

QUINCENAL (801)

LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC

LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC

LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION

LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS

LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO

PIPE QUINCENAL

MENSUAL

LIMPIEZA BIDONES DE AGUA

CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)

LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)

LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)

LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)

LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)

CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/KCL (ISE)

TRIMESTRAL

LAVADO PASO DE FLUJO ISE

LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V.
SOLENOIDE

SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA

SEGUN SEA NECESARIO

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

VISITA SERVICIO TECNICO

MANTENCION PROGRAMADA

REPARACION

PROFESIONAL RESPONSABLE

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2



REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Junio														
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIARIO															
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL															
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)					✓							✓			
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)					✓							✓			
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)					✓							✓			
CHEQUEO GRIPPER (702)					✓							✓			
PIPE SEMANAL					✓							✓			
QUINCENAL (801)															
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC					✓										
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC					✓										
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION					✓										
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS					✓										
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO					✓										
PIPE QUINCENAL					✓										
MENSUAL															
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA														✓	
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)														✓	
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)														✓	
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)														✓	
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)														✓	
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)														✓	
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/KCL (ISE)															
TRIMESTRAL															
LAVADO PASO DE FLUJO ISE															
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE															
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA															
SEGÚN SEA NECESARIO															
LIMPIEZA DE SUPERFICIES															
VISITA SERVICIO TECNICO															
MANTENCIÓN PROGRAMADA															
REPARACION															
PROFESIONAL RESPONSABLE	Dr. Cesar Garavagno Burotto														



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Julio 2023															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)					✓						✓					
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)					✓						✓					
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)					✓						✓					
CHEQUEO GRIPPER (702)					✓						✓					
PIPE SEMANAL					✓						✓					
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC						✓										
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC						✓										
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION						✓										
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS						✓										
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO						✓										
PIPE QUINCENAL						✓										
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	FV / [Signature]															



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Julio														
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIARIO															
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL															
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)			✓							✓					
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)			✓							✓					
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)			✓							✓					
CHEQUEO GRIPPER (702)			✓							✓					
PIPE SEMANAL			✓							✓					
QUINCENAL (801)															
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC					✓										
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC					✓										
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION					✓										
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS					✓										
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO					✓										
PIPE QUINCENAL					✓										
MENSUAL															
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA														✓	✓
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)														✓	✓
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)														✓	✓
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)														✓	✓
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)														✓	✓
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)														✓	✓
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)															
TRIMESTRAL															
LAVADO PASO DE FLUJO ISE															
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE															
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA															
SEGÚN SEA NECESARIO															
LIMPIEZA DE SUPERFICIES															
VISITA SERVICIO TECNICO															
MANTENCION PROGRAMADA															
REPARACION															
PROFESIONAL RESPONSABLE	SB GUZMÁN, OHL, VON, OHL, OHL, SB GUZMÁN, OHL, SB GUZMÁN, OHL														



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO Agosto 2023

DIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DIARIO

LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)
PIPE DIARIO Y RACK VERDE

SEMANAL

LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)
CHEQUEO GRIPPER (702)
PIPE SEMANAL

QUINCENAL (801)

LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO
PIPE QUINCENAL

MENSUAL

LIMPIEZA BIDONES DE AGUA
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)

CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)

TRIMESTRAL

LAVADO PASO DE FLUJO ISE
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V.
SOLENOIDE

SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA

SEGUN SEA NECESARIO

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

VISITA SERVICIO TECNICO

MANTENCION PROGRAMADA

REPARACION

PROFESIONAL RESPONSABLE

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Agosto																														
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
DIARIO																															
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
SEMANAL																															
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)							✓							✓																	
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)							✓							✓																	
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)							✓							✓																	
CHEQUEO GRIPPER (702)							✓							✓																	
PIPE SEMANAL							✓							✓																	
QUINCENAL (801)																															
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC					✓																										
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC					✓																										
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION					✓																										
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS					✓																										
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO					✓																										
PIPE QUINCENAL					✓																										
MENSUAL																															
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA												✓																			
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)												✓																			
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)												✓																			
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)												✓																			
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)												✓																			
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)												✓																			
CADA 2 MESES SUSTITUCION ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																															
TRIMESTRAL																															
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																															
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																															
SEMESTRAL SUSTITUCION ELECTRODO REF Y LAMPARA																															
SEGUN SEA NECESARIO																															
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																															
VISITA SERVICIO TECNICO																															
MANTENCION PROGRAMADA																															
REPARACION																															
PROFESIONAL RESPONSABLE	FIRMA: [Firma] TAL																														



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Septiembre 2023															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)						✓						✓				
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)						✓						✓				
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)						✓						✓				
CHEQUEO GRIPPER (702)						✓						✓				
PIPE SEMANAL						✓						✓				
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC						✓										
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC						✓										
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION						✓										
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS						✓										
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO						✓										
PIPE QUINCENAL						✓										
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/KCL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	[Handwritten signatures]															



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Septiembre														
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	X1
DIARIO															
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL															
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)				✓							✓				
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)				✓							✓				
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)				✓							✓				
CHEQUEO GRIPPER (702)				✓							✓				
PIPE SEMANAL				✓							✓				
QUINCENAL (801)															
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC						✓									
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC						✓									
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION						✓									
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS						✓									
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO						✓									
PIPE QUINCENAL						✓									
MENSUAL															
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA													✓		
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)													✓		
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)													✓		
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)													✓		
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)													✓		
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)													✓		
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)															
TRIMESTRAL															
LAVADO PASO DE FLUJO ISE															
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE															
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA															
SEGUN SEA NECESARIO															
LIMPIEZA DE SUPERFICIES															
VISITA SERVICIO TECNICO															
MANTENCION PROGRAMADA															
REPARACION															
PROFESIONAL RESPONSABLE	JPV AFR KE ES JPV AFR KE ES JPV AFR KE ES JPV AFR														

**INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000**

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1

FECHA: JUNIO 2023

VIGENCIA: 5 AÑOS

Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N°

MES / AÑO

October 2015

DIA

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DIARIO

LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)

LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)

LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)

PIPE DIARIO Y RACK VERDE

SEMANAL

LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)

LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)

LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)

CHEQUEO GRIPPER (702)

PIPE SEMANAL

QUINCENAL (801)

LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PG Y CC

LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC

LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION

LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS

LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO

PIPE QUINCENAL

MENSUAL

LIMPIEZA BIDONES DE AGUA

CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)

LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)

LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)

LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)

LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)

CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS Na/K/Cl (ISE)

TRIMESTRAL

LAVADO PASO DE FLUJO ISE

LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V.
SOLENOIDE

SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA

SEGÚN SEA NECESARIO

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

VISITA SERVICIO TECNICO

MANTENCION PROGRAMADA

REPARACION

PROFESSIONAL RESPONSABLE

53. not look to SA look SA SPACE look look to NA SA GU

AHC



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUROTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO: IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	DIA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)	✓	✓						✓							✓	
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)	✓	✓						✓							✓	
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)	✓	✓						✓							✓	
CHEQUEO GRIPPER (702)	✓	✓						✓							✓	
PIPE SEMANAL	✓	✓						✓							✓	
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC								✓								
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC								✓								
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION								✓								
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS								✓								
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO								✓								
PIPE QUINCENAL								✓								
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGUN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno	Dr. Cesar Garavagno

IMP.

**INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000**

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1

FECHA: JUNIO 2023

VIGENCIA: 5 AÑOS

Página 2 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N°

MES / AÑO	NOMBRE															
DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)						✓							✓			
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)						✓							✓			
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)						✓							✓			
CHEQUEO GRIPPER (702)						✓							✓			
PIPE SEMANAL						✓							✓			
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC								✓								
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC								✓								
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION								✓								
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS								✓								
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO								✓								
PIPE QUINCENAL								✓								
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA												✓				
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)												✓				
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)												✓				
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)												✓				
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)												✓				
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)												✓				
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	F. J. M. J															



SERVICIO DE SALUD MAULE
HOSPITAL DE TALCA
DR. CESAR GARAVAGNO
BUOTTO

SUBDIRECCION MEDICA
CENTRO DE RESPONSABILIDAD
APOYO DIAGNÓSTICO
UNIDAD LABORATORIO



INSTRUCTIVO USO EQUIPO
COBAS 8000

CODIGO:IT.UEQC8000.HRT.APL.E1
FECHA: JUNIO 2023
VIGENCIA: 5 AÑOS
Página 1 de 2

REGISTRO MANTENCION EQUIPO COBAS 8000 N° 1

MES / AÑO	Diciembre 2023															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIARIO																
LIMPIEZA PIPETA Y PUERTOS DE VACIADO (ISE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS Y AGUJAS DE LAVADO (702)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMPIEZA PIPETAS, AGUJAS PRELAVADO Y SIPPER (801)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIPE DIARIO Y RACK VERDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEMANAL																
LIMPIEZA CUBIERTAS DE CUBETAS (702)						✓							✓			
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO (ISE/702)						✓							✓			
LIMPIEZA BOCA DE DESCARGA DE TAPONES (702)						✓							✓			
CHEQUEO GRIPPER (702)						✓							✓			
PIPE SEMANAL						✓							✓			
QUINCENAL (801)																
LIMPIEZA CONDUCTOS ASPIRACION PC Y CC										✓						
LIMPIEZA AGUJAS Y SUSTITUCION COPAS PC Y CC										✓						
LIMPIEZA AGITADORES VORTEX Y ESTACIONES SEPARACION										✓						
LIMPIEZA DISCO INCUBACION Y AGITADOR MICROPARTICULAS										✓						
LIMPIEZA ESTACIONES DE LAVADO										✓						
PIPE QUINCENAL										✓						
MENSUAL																
LIMPIEZA BIDONES DE AGUA																
CHEQUEO R. DILUCION Y LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION (ISE)																
LIMPIEZA BANO INCUBACION Y CAMBIO DE CUBETAS (702)																
LIMPIEZA FILTROS ASPIRACION DETERGENTES (702)																
LIMPIEZA FILTROS DE AIRE (702/801)																
LIMPIEZA PASOS DE FLUJO ECL Y PRELAVADO (801)																
CADA 2 MESES SUSTITUCIÓN ELECTRODOS NA/K/CL (ISE)																
TRIMESTRAL																
LAVADO PASO DE FLUJO ISE																
LIMPIEZA AGITADORES ULTRASONICOS Y FILTRO V. SOLENOIDE																
SEMESTRAL SUSTITUCIÓN ELECTRODO REF Y LAMPARA																
SEGÚN SEA NECESARIO																
LIMPIEZA DE SUPERFICIES																
VISITA SERVICIO TECNICO																
MANTENCION PROGRAMADA																
REPARACION																
PROFESIONAL RESPONSABLE	ORE CCC TAK DE LOA SP SP DE LOA PV TADCEJA SP TALCE															

