

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JO-44-0035 FECHA DE EMISION: 04-nov-24 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : FUEL QUANTITY TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Modelo / Número de Parte : 101-01501 (DFQ40K) Número de Serie : 354

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 28-ene-26 Fecha de Vencimiento : 28-ene-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACIONES ELECTRICAS DTS SPA.

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23,0 ± 5°C Humedad Relativa : 50 ± 30%

Procedimiento : USER INSTRUCTION manual barfield; Doc. P/N: 56-101-01501(101-01502) Revision B May 25, 2010 .

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MEGOHM DECADE RESISTOR	BIDDLE	72-6348	75391	102108	18-ago-26	DTS	NIST
PRECISION STANDARD CAPACITORS	ARCO	SS-32	1044	105244	04-mar-26	DTS	NIST
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	12-ago-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JO-44-0035

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
40 Ω		10,00	10,01	10,01	0,01	0,01
		20,00	20,02	20,02	0,02	0,02
		30,00	30,02	30,02	0,02	0,03
		39,00	39,02	39,02	0,02	0,04
400 Ω		100,00	100,03	100,03	0,03	0,10
		200,00	200,06	200,06	0,06	0,20
		300,00	300,05	300,05	0,05	0,30
		390,00	390,04	390,04	0,04	0,39
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
4000 Ω		1,0000	1,0002	1,0002	0,0002	0,0012
		2,0000	2,0003	2,0003	0,0003	0,0022
		3,0000	3,0004	3,0004	0,0004	0,0032
		3,9000	3,9007	3,9007	0,0007	0,0041
40000 Ω		10,000	9,999	9,999	-0,001	0,010
		20,000	19,999	19,999	-0,001	0,020
		30,000	30,005	30,005	0,005	0,030
		39,000	39,008	39,008	0,008	0,039
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
0 - 40,00 V		10,000	10,002	10,002	0,002	0,012
		20,000	20,004	20,004	0,004	0,022
		30,000	30,005	30,005	0,005	0,032
		39,000	39,006	39,006	0,006	0,041
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		pF	pF	pF	pF	pF
400 pF		100,38	100,31	100,31	-0,07	0,20
		200,58	200,33	200,33	-0,25	0,30
		300,15	300,09	300,09	-0,06	0,40
4000 pF		300,2	300,3	300,3	0,2	0,4
		1000,1	1000,9	1000,8	0,7	1,2
		1999,6	2001,0	2001,0	1,4	2,2
		3001,5	3004,0	3004,0	2,5	3,2
40000 pF		3002	3006	3006	4	5
		10012	10020	10020	8	12
		20004	20011	20011	7	22
		30002	30031	30031	29	32

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JO-44-0035

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN						
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
40 MΩ		10,00	10,02	10,02	0,02	0,55
		20,00	20,05	20,05	0,05	1,05
		30,00	29,96	29,96	-0,04	1,55
		39,00	38,96	38,96	-0,04	2,00
400 MΩ		100,0	100,7	100,7	0,7	5,5
		200,0	199,9	199,9	-0,1	10,5
		300,0	299,2	299,2	-0,8	15,5
		390,0	389,1	389,1	-0,9	20,0
4000 MΩ		1000	1005	1005	5	55
		2000	1996	1996	-4	105
		3000	3005	3005	5	155
		3900	3885	3895	-5	200

JUAN ORELLANA S.
TECNICO METROLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.01.28
16:15:21 -03'00'

Fin del certificado de calibración