

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0225 FECHA DE EMISION: 27-oct-25 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : DIGITAL PITOT-STATIC TEST SET

Fabricante : BARFIELD

Modelo / Número de Parte : DPS 1000 (101-01175)

Número de Serie : 00792

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 27-oct-25 Fecha de Vencimiento : 27-oct-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACIÓN DE PRESIÓN - OXÍGENO, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $\leq 65\% \text{hr}$

Procedimiento : REF:USER INSTRUCTION MANUAL M/N DPS1000, P/N: 101-01175

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
AUTOMATED AIR DATA TEST SET	LAVERSAB	6580-HA	88311	112706	19-jun-26	TRANSCAT	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-NM-44-0225

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
PRUEBA DE FUGA						
---	---	CANAL PS: 5000 feet 20000 feet			-12,4 feet/min -16,2 feet/min	≤25 feet/min ≤50 feet/min
		CANAL PT: 300 knots			-0,1 knots/min	≤1 knots/min
ALTITUD (CANAL PS)						
RANGO: (-2000 a 55000) feet	112706	feet	feet	feet	feet	feet
		-2000	-2000	-2000	0	3
		0	0	0	0	3
		6000	6001	6001	1	6
		12000	12001	12001	1	6
		18000	18001	18001	1	6
		25000	25000	25000	0	8
		35000	35000	35000	0	14
		50000	50000	50000	0	22
		52500	52498	52498	-2	22
53000	52999	52999	-1	22		
VELOCIDAD (CANAL PT)						
RANGO: (0 a 650) knots	112706	knots	knots	knots	knots	knots
		20	21,0	21,0	1,0	1,0
		50	50,4	50,4	0,4	0,5
		100	100,2	100,2	0,2	0,2
		200	200,1	200,1	0,1	0,2
		300	300,2	300,2	0,2	0,2
		400	400,2	400,2	0,2	0,2
		500	500,2	500,2	0,2	0,2
		600	600,2	600,2	0,2	0,2
650	650,2	650,2	0,2	0,2		

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.10.27
13:19:14 -03'00'

NICOLÁS MÁRQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración