

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-EP-44-0618 FECHA DE EMISION: 19-nov-24 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : PRESSURE / VACUUM MODULE

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : PV350 Número de Serie : 5584099

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-nov-24 Fecha de Vencimiento : 18-nov-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE PRESIÓN, DTS SpA.

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 33k6-4-1425-1

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
PRESSURE MEASUREMENT MODULE	FLUKE	PM600-A200K	3519005	112588	21-mar-25	FLUKE	NIST
PRESSURE MEASUREMENT MODULE	FLUKE	PM600-A20M	3819036	112647	22-mar-25	FLUKE	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-EP-44-0618

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN (PRESIÓN)

ASCENDENTE

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
(0 a 500) psi	112647	psi	psi	psi	psi	psi
		100,0	99,9	99,9	-0,1	0,8
		200,0	199,9	199,9	-0,1	1,6
		300,0	299,8	299,8	-0,2	2,4
		400,0	399,7	399,7	-0,3	3,2

DESCENDENTE

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
(0 a 500) psi	112647	psi	psi	psi	psi	psi
		400,0	399,7	399,7	-0,3	3,2
		300,0	299,8	299,8	-0,2	2,4
		200,0	199,8	199,8	-0,2	1,6
		100,0	99,9	99,9	-0,1	0,8

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN (VACÍO)

ASCENDENTE

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
(0 a -29) inHg	112588	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg
		-6,0	-5,9	-5,9	0,1	0,1
		-12,0	-11,9	-11,9	0,1	0,1
		-18,0	-17,9	-17,9	0,1	0,2
		-24,0	-23,9	-23,9	0,1	0,2

DESCENDENTE

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
(0 a -29) inHg	112588	inHg	inHg	inHg	inHg	inHg
		-24,0	-23,9	-23,9	0,1	0,2
		-18,0	-17,9	-17,9	0,1	0,2
		-12,0	-11,9	-11,9	0,1	0,1
		-6,0	-5,9	-5,9	0,1	0,1




ENRIQUE PARDO CABRERA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración