

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0615 Fecha de Emisión 15-nov-24 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliete : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : TRUE RMS CLAMP METER
Fabricante : FLUKE
Número de Parte/Modelo : 375 FC Número de Serie : 65780389MV

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 15-nov-24 Fecha de Vencimiento : 15-nov-25
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ELÉCTRICA, DTS SpA.
Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$
Procedimiento : Fluke 375: (1 year) VER /5522A+5500ACOIL
Intervalo de Calibración : 12 meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
50 TURN COIL	FLUKE	5500A	88560035	104389	***	***	***
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5522A	2932901	111999	30-oct-25	MICRO PRECISION	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma y sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0615

Página 2 a 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
Root Difference Square guardbanding method used.					
AC VOLTAGE					
600 V Range					
50 Hz	10,0 V	10,0 V	10,0 V	0,0 V	9,7 a 10,3 V
50 Hz	500,0 V	500,1 V	500,1 V	0,1 V	496,0 a 504,0 V
500 Hz	500,0 V	499,2 V	499,2 V	-0,8 V	496,0 a 504,0 V
DC VOLTAGE					
600 V Range					
---	-500,0 V	-499,9 V	-499,9 V	0,1 V	-503,0 a -497,0 V
---	10,0 V	10,0 V	10,0 V	0,0 V	9,7 a 10,3 V
---	500,0 V	499,9 V	499,9 V	-0,1 V	497,0 a 503,0 V
DC MILLIVOLTS					
500 mV Range					
---	-250,0 mV	-250,1 mV	-250,1 mV	-0,1 mV	-253,0 a -247,0 mV
---	50,0 mV	50,0 mV	50,0 mV	0,0 mV	49,0 a 51,0 mV
---	250,0 mV	250,0 mV	250,0 mV	0,0 mV	247,0 a 253,0 mV
---	450,0 mV	450,0 mV	450,0 mV	0,0 mV	445,0 a 455,0 mV
RESISTANCE					
600 Ohms Range					
---	60,0 Ω	59,9 Ω	59,9 Ω	-0,1 Ω	58,9 a 61,1 Ohm
---	300,0 Ω	300,0 Ω	300,0 Ω	0,0 Ω	296,5 a 303,5 Ohm
---	540,0 Ω	540,0 Ω	540,0 Ω	0,0 Ω	534,1 a 545,9 Ohm
6000 Ohms Range					
---	3000 Ω	2999 Ω	2999 Ω	-1 Ω	2965 a 3035 Ohm
---	5400 Ω	5399 Ω	5399 Ω	-1 Ω	5341 a 5459 Ohm
60 kOhms Range					
---	30,00 kΩ	29,99 kΩ	29,99 kΩ	-0,01 kΩ	29,65 a 30,35 kOhm
---	54,00 kΩ	53,99 kΩ	53,99 kΩ	-0,01 kΩ	53,41 a 54,59 kOhm
CAPACITANCE					
100 μF Range					
---	10,0 μF	10,0 μF	10,0 μF	0,0 μF	9,5 a 10,5 μF
---	500 μF	501 μF	501 μF	1 μF	491 a 509 μF
---	900 μF	901 μF	901 μF	1 μF	887 a 913 μF
AC CURRENT					

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-FS-44-0615

Página 3 a 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA
		INICIAL	FINAL		
600 A Range					
50 Hz	10,0 A	9,9 A	9,9 A	-0,1 A	9,3 a 10,7 A
440 Hz	300,0 A	299,6 A	299,6 A	-0,4 A	292,0 a 308,0 A
50 Hz	500,0 A	500,9 A	500,9 A	0,9 A	489,5 a 510,5 A
DC CURRENT					
600 A Range					
---	10,0 A	9,6 A	9,6 A	-0,4 A	9,3 a 10,7 A
---	500,0 A	500,9 A	500,9 A	0,9 A	489,5 a 510,5 A
iFlex CURRENT SIMULATION					
600 A Range					
50 Hz	100,0 A	99,9 A	99,9 A	-0,1 A	96,5 a 103,5 A
2500 A Range					
50 Hz	1000 A	998 A	998 A	-2 A	965 a 1035 A
50 Hz	2000 A	1997 A	1997 A	-3 A	1935 a 2065 A
50 Hz	2500 A	2497 A	2497 A	-3 A	2420 a 2580 A
500 Hz	2500 A	2494 A	2494 A	-6 A	2420 a 2580 A



FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2024.11.15
15:57:05 -03'00'

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración