

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0152 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL

Fabricante : URREA

Modelo / Número de Parte : UD12 **Número de Serie** : 201100308

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 18-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,4°C **Humedad Relativa** : 31%

Procedimiento : MANUAL DE USUARIO / 6752PR0139-01 Rev. 4.0

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-27	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0152

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
20 V		18,00	17,97	17,97	-0,03	0,30
200 V		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
		100,0	99,9	99,9	-0,1	1,8
		180,0	179,8	179,8	-0,2	3,0
		-180,0	-179,8	-179,8	0,2	3,0
600 V		540	540	540	0	11
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO / FREC.:		V	V	V	V	V
200 V @ 50 Hz		20,0	19,7	19,7	-0,3	0,8
@ 400 Hz		20,0	19,7	19,7	-0,3	0,8
@ 50 Hz		180,0	179,9	179,9	-0,1	3,2
@ 400 Hz		180,0	179,4	179,4	-0,6	3,2
600 V @ 50 Hz		60	57	57	-3	6
@ 400 Hz		60	58	58	-2	6
@ 50 Hz		540	538	538	-2	13
@ 400 Hz		540	537	537	-3	13
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200 Ω		190,0	190,3	190,3	0,3	3,4




FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración