

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-BN-44-0525 FECHA DE EMISIÓN: 25-sept-24 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE IV° BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO

Fabricante : NO IDENTIFICADO

Modelo / Número de Parte : ASTM 8C Número de Serie : G6A-202203

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 25-09-2024 Fecha de Vencimiento : 25-sept-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SPA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : ASTM E1

Intervalo de calibración : 12 Meses

Resolución : 1 °C Res. Adop. 0,5 °C

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
HIGH PRECISION BATH	FLUKE	6331	B4A530	111997	15-may-25	NIST	NIST
STIK THERMOMETER	FLUKE	1552A EX	5261010	N/A	31-jul-26	NIST	NIST
MICRO-BATH	FLUKE	7103	B47044	111887	04-ene-25	NIST	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-BN-44-0525

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURA	N/A	°C	°C	°C	°C	°C
		0,0	0,5	0,5	0,5	1,0
		100,0	100,0	100,0	0,0	1,0
		200,0	201,0	201,0	1,0	1,0
		250,0	251,0	251,0	1,0	1,0



FRANCISCO REYES GAJARDO.
TECNICO METROLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.09.25
14:44:45 -03'00'

FIN CERTIFICADO DE CALIBRACION