

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6923740487
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1383741
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 05/09/2023

OBJETO RING GAGE
OBJECT
FABRICANTE MITUTOYO
MANUFACTURER
N° DE PARTE 927 - 032
PART N°
N° DE SERIE -----
SERIAL N°
RANGO 32,000 mm
RANGE
RESOLUCION 0,001 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH -----
N° DE CONTROL ENAER FA-1544
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-2-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	080823SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	08/08/2024
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS


VALOR DEL NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	DESVIACION mm
32,000	31,9985	-0,0015

U. TOTAL k=2	0,0005 mm
Exactitud entregado por el fabricante	±1,5 µm
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,9 °C +/- 1 °C (49 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 04 de septiembre 2023

Fecha de Vencimiento/Due Date: 04 de septiembre 2025


 Soraya Pacheco Cabezas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory