

CERTIFICADO DE CALIBRACION CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6923740491
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1383741
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	05/09/2023
OBJETO <i>OBJECT</i>	RING GAGE
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	MITUTOYO
N° DE PARTE <i>PART N°</i>	927 - 060
N° DE SERIE <i>SERIAL N°</i>	-----
RANGO <i>RANGE</i>	60,004 mm
RESOLUCION <i>RESOLUTION</i>	0,001 mm
CODIGO FACH	-----
N° DE CONTROL ENAER	FA-1547
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-2-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	080823SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	08/08/2024
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

VALOR DEL NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	DESVIACION mm
60,004	60,0127	+0,0087

U. TOTAL k=2	0,0005 mm
Exactitud entregado por el fabricante	±2,0 µm
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,6 °C +/- 1 °C (50 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 04 de septiembre 2023
Fecha de Vencimiento/Due Date: 04 de septiembre 2025


 Soraya Pacheco Cabezas
 Técnico / Technician


 Luis Ramirez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory