

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo / Work Order : CG6924748173
No. Remisión / Remission Number : SSCC: 1528616
Fecha de Emisión / Emission Date : 29 de julio de 2024

Objeto / Object : Ring Gage
Fabricante / Manufacturer : Mitutoyo
No. de Parte / Part Number : 927 – 082
No. de Serie / Serial Number : Sin Serie
Rango / Range : 81,998 mm
Resolución / Resolution : 0,001 mm
Código FACH : GM-202208
No. de Control ENAER : FA-1550
Procedimiento / Procedure : T. O. 33K6-4-2-1

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard : Máquina Medición Universal
Fabricante / Manufacturer : Mahr
Modelo / Model : 828PC-WIN
No. Control / Control Number : SP-0001
No. Serie / Serial Number : 1176/05
No. Certificado / Certificate Number : 080823SP0001
Vencimiento / Due : 08 de agosto de 2024
Emisor / Origin : ENAER
Trazabilidad / Traceability : NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS


Valor del Nominal (mm)	Lectura del Equipo en Ensayo (mm)	Desviación (mm)
81,998	81,997 56	0,000 44


Observaciones / Observations:

Fecha de Calibración / Calibration Date: 29 de julio de 2024

Fecha de Vencimiento / Due Date: 29 de julio de 2026

U. Total $k=2$	0,0005 mm
Lugar de Calibración / Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,8 °C $\pm$ 0,1 °C 48,1 % H. R. $\pm$ 0,3 % H. R.


 José Guerrero Araya
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory