

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6922733865
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1243625
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	16/01/2023
OBJETO	RING GAGE
OBJECT	
FABRICANTE	MITUTOYO
MANUFACTURER	
N° DE PARTE	927 - 022
PART N°	
N° DE SERIE	S/S
SERIAL N°	
RANGO	21,999 mm
RANGE	
RESOLUCION	0,001 mm
RESOLUTION	
CODIGO FACH	-----
N° DE CONTROL ENAER	FA-1469
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-2-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	080822SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	08/08/2023
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.


This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION
CALIBRATION RESULTS

VALOR DEL NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	DESVIACION mm
21,999	21,9967	-0,0023

U. TOTAL k=2	0,0005 mm
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	19,8 °C +/- 1 °C (46 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 16 de enero 2023
Fecha de Vencimiento/Due Date: 16 de enero 2025


Soraya Pacheco Cabezas
Técnico / Technician


Luis Ramírez Oyarzo
Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory