

CERTIFICADO DE CALIBRACION **CALIBRATION CERTIFICATE**

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6922733863
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1243625
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	13/01/2023
OBJETO OBJECT	RING GAGE
FABRICANTE MANUFACTURER	MITUTOYO
N° DE PARTE PART N°	927 - 015
N° DE SERIE SERIAL N°	S/S
RANGO RANGE	15,001 mm
RESOLUCION RESOLUTION	0,001 mm
CODIGO FACH	-----
N° DE CONTROL ENAER	FA-1467
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-2-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	080822SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	08/08/2023
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.


RESULTADOS DE CALIBRACION
CALIBRATION RESULTS

VALOR DEL NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	DESVIACION mm
15,001	15,0031	+0,0021

U. TOTAL k=2	0,0005 mm
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20,3 °C +/- 1 °C (46 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 13 de enero 2023
Fecha de Vencimiento/Due Date: 13 de enero 2025


Soraya Pacheco Cabezas
Técnico / Technician


Luis Ramírez Oyarzo
Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory

Página / Page 2 of 2