

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925755950
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1668398
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 05/06/2025

OBJETO RING GAGE
OBJECT
FABRICANTE MITUTOYO
MANUFACTURER
N° DE PARTE 927 - 012
PART N°
N° DE SERIE S/S (9971)
SERIAL N°
RANGO 12,004 mm
RANGE
RESOLUCION 0,001 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH -----
N° DE CONTROL ENAER FA-1465
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-2-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	060824SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	06/08/2025
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

VALOR DEL NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	DESVIACION mm
12,004	12,0035	+0,0005

U. TOTAL k=2	0,0005 mm
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,6 °C +/- 2 °C (47,3 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 05 de junio de 2025
Fecha de Vencimiento/Due Date: 05 de junio de 2027



Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician



Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory