

INFORME DIMENSIONAL

DIMENSIONAL REPORT

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo / Work Order : CG6926765324
No. Remisión / Remission No. : SSCC: 1828808
Fecha de Emisión / Emission Date : 02 de julio de 2026

Objeto / Object : Gage Barrel
Fabricante / Manufacturer : -----
No. de Parte / Part No. : 7249302
No. de Serie / Serial No. : 532
Rango / Range : 19,9898 mm
Código FACH : -----
No. de Control ENAER : FA-1426

Resultados Obtenidos

Número de Mediciones	Valores Obtenidos del Diámetro
01	19,990 mm
02	19,991 mm
03	19,993 mm
04	19,992 mm
05	19,993 mm
Valor Promedio Obtenido del Diámetro	19,9918 mm

Observaciones / Observations:

Los resultados obtenidos corresponden a las mediciones realizadas en el diámetro interior del calibre P/N: 7249302, cuyo valor nominal es de 19,9898 mm. La incertidumbre asociada a la medición es de $\pm 0,005$ mm. Esta medición fue efectuada en el Laboratorio de Metrología, en el área de longitud. El usuario debe evaluar si los resultados obtenidos satisfacen sus requerimientos, dado que no se dispone de una orden técnica aplicable.

**Ivan
Valdebenito
Rojas**

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito
Rojas, o=ENAER,
ou=Gerencia Garantía de
Calidad,
email=ivan.valdebenito@e
naer.cl, c=CL
Date: 2026.07.02 16:06:43
-04'00'

**Marcial
Espinoza
Marchant**

Firmado digitalmente por Marcial
Espinoza Marchant
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Marcial Espinoza Marchant,
o=ENAER, ou=Gerencia de
Garantía de Calidad,
email=marcial.espinoza@enaer.cl,
c=CL
Fecha: 2026.07.06 09:57:22 -04'00'

Técnico / Technician

Jefe Dpto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones

I.T.V.1_2021

Página / Page 1 of 1