

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AÉREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765326
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1828808
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 02/07/2026

OBJETO CALIPER SLIDE (PIE DE METRO ANALOGO
OBJECT MANDIBULAS LARGAS)
FABRICANTE MITUTOYO
MANUFACTURER
N° DE PARTE 534-102
PART N°
N° DE SERIE GAM : TI-004
SERIAL N°
RANGO (0 - 500) mm
RANGE
RESOLUCION 0,05 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH -----
N° DE CONTROL ENAER FA-1807
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-552-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	GAGE BLOCK SET
Fabricante / Manufacturer	RC88MLM
Modelo / Model	32091.9
N° de Serie / Serial Number	25-70092-A
Certificado N° / Certificate N°	STARRETT
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	05/02/2027
Emisor / Origin	STARRETT
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

VALOR NOMINAL mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ mm	ERROR mm
0	0,00	0,00
20	20,00	0,00
40	39,95	-0,05
60	59,95	-0,05
100	99,95	-0,05
200	199,90	-0,10
300	299,90	-0,10
400	399,90	-0,10
INTERIOR		
60	60,10	0,10
100	100,10	0,10

U. TOTAL k=2	0,05 mm
Exactitud entregada por el fabricante	± 0,13 mm
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	(19,6 ± 2) °C / (41,3 ± 3) %HR

Fecha de Calibración/Calibration Date: 02 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 02 de julio de 2027

Ivan
Valdebenito
Rojas

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito Rojas,
o=ENAER, ou=Gerencia Garantía
de Calidad,
email=ivan.valdebenito@enaer.cl,
c=CL
Date: 2026.07.02 16:14:36 -04'00'

Marcial
Espinoza
Marchant

Firmado digitalmente por
Marcial Espinoza Marchant
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Marcial Espinoza
Marchant, o=ENAER,
ou=Gerencia de Garantía de
Calidad,
email=marcial.espinoza@enaer.cl, c=CL
Fecha: 2026.07.06 09:58:47
-04'00'

Técnico / Technician

Jefe Depto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones

E263_REV00

Página / Page 2 of 2

Avda. JOSÉ MIGUEL CARRERA N° 11087 (Paradero 36^{1/2} Gran Avenida), El Bosque, SANTIAGO - CHILE
 E-mail: metrologia@enaer.cl Telefono: 56 2 2383 1964