

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765534
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1840107
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 09/07/2026

OBJETO MEASURING GAGE
OBJECT
FABRICANTE FEDERAL
MANUFACTURER
N° DE PARTE PWC-32380
PART N°
N° DE SERIE FW278
SERIAL N°
RANGO (0 – 0,25) in
RANGE
RESOLUCION 0,001 in
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0734
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	DIAL INDICATOR TESTER
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	469MH
N° de Serie / Serial number	02194753
Certificado N° / Certificate N°	462225
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	16 de diciembre de 2026
Emisor / Origin	FLORIDA CALIBRATION LAB.
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0	0	0
0,0099	0,010	0,0001
0,0199	0,020	0,0001
0,0297	0,030	0,0003
0,0397	0,040	0,0003
0,0495	0,050	0,0005
0,0596	0,060	0,0004
0,0697	0,070	0,0003
0,0798	0,080	0,0002
0,0899	0,090	0,0001
0,1000	0,100	0
0,1199	0,120	0,0001
0,1396	0,140	0,0004
0,1798	0,180	0,0002
0,1998	0,200	0,0002
0,2098	0,210	0,0002
0,2493	0,250	0,0007

U. TOTAL k=2	0,001 in
Exactitud entregada por el fabricante	± 0,001 in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20,2 °C +/- 2 °C 38,1 +/- 3 % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 09 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 09 de julio de 2027

Técnico / Technician

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory