

INFORME TECNICO

USUARIO	: FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCION	: IVta. B.A., PTA. ARENAS
N° REMISION	: SSCC: 1828808
N° ORDEN DE TRABAJO	: CG6926765328
DENOMINACION	: RELOJ PALPADOR
CODIGO FACH	: G53-TI-003
N° DE CONTROL ENAER	: FA-0302
MARCA	: FEDERAL
N° DE PARTE/MODELO	: 21C565G001
N° DE SERIE	: S/S
RANGO	: (0 – 0,03) in
EXACTITUD	: $\pm 0,0004$ in
FECHA INICIO DE CONTROL	: 03 de enero de 2005

CONDICIÓN DE RECEPCION

- ☐ En tolerancia
☒ Fuera de tolerancia
☐ Reparable
☐ Otro (inoperativo)

CONDICION DE ENTREGA

- ☐ Servible
☐ Reparable
☒ Inservible
☐ Otro

1.- Observaciones/Discrepancias:

- Equipo recibido sin repetibilidad en cero y con saltos en medición.
- Se realiza ajuste, manteniendo las condiciones iniciales.
- Se adjunta cuadro con registro de mediciones

VALOR ESTÁNDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ in	ERROR in
0,0053	0,0050	-0,0003
0,0100	0,0100	0
0,0154	0,0150	-0,0004
0,0206	0,0200	-0,0006
0,0323	0,0250	-0,0073

2.- Recomendación

Se sugiere reemplazo del equipo
Fecha emisión: 23 de junio de 2026

Técnico Calibrador

Jefe Depto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones