

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765327
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1828808
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 23/06/206

OBJETO RELOJ COMPARADOR
OBJECT
FABRICANTE MAHR
MANUFACTURER
N° DE PARTE 4324000
PART N°
N° DE SERIE 051109
SERIAL N°
RANGO (0 – 3) mm
RANGE
RESOLUCION 0,01 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-1084

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	DIAL INDICATOR TESTER
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	469MH
N° de Serie / Serial number	02194753
Certificado N° / Certificate N°	462225
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	16 de diciembre de 2026
Emisor / Origin	FLORIDA CALIBRATION LAB.
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	ERROR mm
0,000	0,00	0,000
0,051	0,05	-0,001
0,101	0,10	-0,001
0,151	0,15	-0,003
0,200	0,20	0
0,249	0,25	0,001
0,298	0,30	0,002
0,349	0,35	0,001
0,400	0,40	0
0,504	0,50	-0,004
1,003	1,00	-0,003
1,503	1,50	-0,003
2,007	2,00	-0,007
2,510	2,50	-0,010
3,009	3,00	-0,009

U. TOTAL k=2	0,005 mm
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,01 mm
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	19,8°C +/- 1 °C (46 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 23 de junio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 23 de junio de 2027

**Ivan
Valdeben
ito Rojas**

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito
Rojas, o=ENAER, ou=Gerencia
Garantía de Calidad,
email=ivan.valdebenito@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.06.23 09:26:49
-04'00'

Técnico / *Technician*

**Marcial
Espinoza
Marchant**

Firmado digitalmente por Marcial
Espinoza Marchant
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Marcial Espinoza Marchant,
o=ENAER, ou=Gerencia de
Garantía de Calidad,
email=marcial.espinoza@enaer.cl,
c=CL
Fecha: 2026.06.23 16:49:05 -04'00'

Jefe Depto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones