

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6926765325
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1828808
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	23/06/2026
 OBJETO <i>OBJECT</i>	 RELOJ COMPARADOR
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	STARRETT
N° DE PARTE <i>PART N°</i>	25-441-5
N° DE SERIE <i>SERIAL N°</i>	S/S
RANGO <i>RANGE</i>	(0 – 0,5) in
RESOLUCION <i>RESOLUTION</i>	0,001 in
CODIGO FACH	G53-TI-006
N° DE CONTROL ENAER	FA-1081

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE **T.O. 33K6-4-889-1**

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	DIAL INDICATOR TESTER
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	469MH
N° de Serie / Serial number	02194753
Certificado N° / Certificate N°	462225
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	16 de diciembre de 2026
Emisor / Origin	FLORIDA CALIBRATION LAB.
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0,0000	0,000	0
0,0102	0,010	-0,0002
0,0202	0,020	-0,0002
0,0302	0,030	-0,0002
0,0402	0,040	-0,0002
0,0502	0,050	-0,0002
0,0700	0,070	0
0,1000	0,100	0
0,1100	0,110	0
0,1600	0,160	0
0,1998	0,200	0,0002
0,2997	0,300	0,0003
0,3996	0,400	0,0004
0,4995	0,500	0,0005

U. TOTAL k=2	0,0005 in
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,001 in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20,4 °C +/- 1 °C (41,4 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 23 de junio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 23 de junio de 2027

Técnico / *Technician*

Jefe Depto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones