

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765546
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1840480
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 09/07/2026

OBJETO PROTRACTOR
OBJECT
FABRICANTE WARREN-KNIGHT
MANUFACTURER
N° DE PARTE 23 1990
PART N°
N° DE SERIE 23634
SERIAL N°
N° DE IDENTIFICACION FA-0307
IDENTIFICATION N°
RANGO (0-180)°
RANGE
RESOLUCION 6 minutos
RESOLUTION

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-148-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MESA DE PLANITUD	TILT TURN TABLE
Modelo / Model	AA	T100719
N° Serie / Serial number	200693	8252012
Certificado N° / Certificate N°	120824SP0005	291225ST0018
Fabricante / Manufacturer	STARRETT	STARRETT
Vencimiento / Due	12/08/2026	2912/2026
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA	NIST – USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

INDICACION PATRON GRADOS	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ GRADOS	ERROR MINUTOS
90°00'	90°	0°00'
58°03'	58°	-0°03'
34°03'	34°	-0°03'
18°06'	18°	-0°06'
12°03'	12°	-0°03'
6°06'	6°	-0°06'
0°	0°00'	0°00'
-5° 54'	-6°	0° 06'
-11° 54'	-12°	0° 06'
-17° 54'	-18°	0° 06'
-33° 54'	-34°	0° 06'
-57° 54'	-58°	0° 06'
-90°00'	-90°	0°00'

U. TOTAL k=2	6 minutos
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	19,6°C +/- 1 °C 39,2 +/- 3 % H.R.

Observación / *Observation*:

Fecha de Calibración / *Calibration Date*: 09 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento / *Due Date*: 09 de julio de 2027

**Ivan
Valdebeni
to Rojas**

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito
Rojas, o=ENAER, ou=Gerencia
Garantía de Calidad,
email=ivan.valdebenito@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.09 18:04:05
-04'00'

Técnico / *Technician*

**Luis Ramírez
Oyarzo**

Digitally signed by Luis Ramírez Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo, o=ENAER,
ou=Gerencia de Garantía de Calidad,
email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.20 12:34:48 -04'00'

Jefe de Laboratorio / *Head of Laboratory*