

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765536
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1840107
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 10/07/2026

OBJETO PROTRACTOR DIGITAL
OBJECT
FABRICANTE KELL-STORM
MANUFACTURER
N° DE PARTE KS5549 (PRO 360)
PART N°
N° DE SERIE S/S
SERIAL N°
RANGO ± 90°
RANGE
RESOLUCION 0,1°
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-1283
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-148-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MESA DE PLANITUD	TILT TURN TABLE
Modelo / Model	AA	T100719
N° Serie / Serial number	200693	8252012
Certificado N° / Certificate N°	120824SP0005	291225ST0018
Fabricante / Manufacturer	STARRETT	STARRETT
Vencimiento / Due	12/08/2026	29/12/2026
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA	NIST – USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

E263_REV00

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR GRADOS	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO GRADOS	ERROR GRADOS
90	90,0	0
60	60,0	0
45	45,0	0
30	30,0	0
20	20,0	0
10	10,0	0
0	0	0
-10	-10,0	0
-20	-20,1	-0,1
-30	-30,1	-0,1
-45	-45,1	-0,1
-60	-60,1	-0,1
-90	-89,9	0,1

U. TOTAL k=2	0,05°
Exactitud entregada por Fabricante	± 0,05° para rango (0° to 10°) ± 0,1° para rango (80° to 90°) ± 0,2° para rango (10° to 80°)
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,54°C +/- 2 °C 42,2 +/- 3 % H.R.

Observación / Observation: Instrumento recibido con golpe en la cara superior del nivel y cara lateral no se encuentra perpendicular a la base , esto no afecta en su indicación.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 10 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 10 de julio de 2027

Ivan Valdebenito Rojas
Digitally signed by Ivan Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito Rojas, o=ENAER, ou=Gerencia Garantía de Calidad, email=ivan.valdebenito@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.10 14:38:06 -04'00'

Técnico / Technician

Luis Ramírez Oyarzo
Digitally signed by Luis Ramírez Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo, o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía de Calidad, email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.20 12:47:20 -04'00'

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory