

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765535
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1840107
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 09/07/2026

OBJETO RELOJ COMPARADOR
OBJECT
FABRICANTE STARRETT
MANUFACTURER
N° DE PARTE 81-141
PART N°
N° DE SERIE P72754
SERIAL N°
RANGO (0 – 0,25) in
RANGE
RESOLUCION 0,001 in
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0304
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	DIAL INDICATOR TESTER
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	469MH
N° de Serie / Serial number	02194753
Certificado N° / Certificate N°	462225
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	16 de diciembre de 2026
Emisor / Origin	FLORIDA CALIBRATION LAB.
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0	0	0
0,0097	0,010	0,0003
0,0197	0,020	0,0003
0,0298	0,030	0,0002
0,0398	0,040	0,0002
0,0500	0,050	0
0,0600	0,060	0
0,0702	0,070	-0,0002
0,0801	0,080	-0,0001
0,0902	0,090	-0,0002
0,1002	0,100	-0,0002
0,1298	0,130	0,0002
0,1499	0,150	0,0001
0,1699	0,170	0,0001
0,2000	0,200	0

U. TOTAL k=2	0,001 in
Exactitud entregada por el fabricante	± 0,001 in
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,6 °C +/- 2 °C (37,8 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date:

09 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date:

09 de julio de 2027

**Ivan
Valdebe
nito
Rojas**

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan
Valdebenito Rojas,
o=ENAER, ou=Gerencia
Garantía de Calidad,
email=ivan.valdebenito
@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.09
15:27:47 -04'00'

Técnico / Technician

**Luis
Ramírez
Oyarzo**

Digitally signed by Luis Ramírez
Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo,
o=ENAER, ou=Gerencia de
Garantía de Calidad,
email=luis.ramirez@enaer.cl,
c=CL
Date: 2026.07.20 12:33:14 -04'00'

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory