

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN ADDRESS	FACH, IV BRIGADA AEREA, PUNTA ARENAS
ORDEN TRABAJO WORK ORDER	CG6926765549
REMISION REMISSION	SSCC: 1840480
FECHA DE EMISIÓN EMISSION DATE	09/07/2026
DENOMINACIÓN DENOMINATION	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
FABRICANTE MANUFACTURER	LSW
N° DE PARTE PART N°	ASTM 9C-86/IP 15C
N° DE SERIE SERIAL N°	20458
RANGO RANGE	-5 °C a +110 °C
RESOLUCIÓN RESOLUTION	0,5 °C
CÓDIGO FACH FACH CODE	S/COD. FACH
N° CONTROL ENAER ENAER CONTROL N°	FA-1112

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	ROSEMOUNT
Modelo / Model	8842A	162CG
N° de Serie / Serial number	5715266	4848
Certificado N° / Certificate N°	041225MS0060	LNT-083
Fecha de Calibración / Calibrated Date	04 de Diciembre 2025	23 de mayo 2024
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	04 de Diciembre 2026	23 de mayo 2027
Emisor / Origin	ENAER	CESMEC
Trazabilidad / Traceability	DTS	DKD-GERMANY

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Patrón <i>Standard</i>	Equipo bajo Ensayo (1) <i>Equipment under Test</i>	Error (2) <i>Error</i>	U (k=2)
0,00 °C	0,0 °C	0,00 °C	0,25 °C
34,99 °C	35,0 °C	0,01 °C	0,24 °C
44,99 °C	50,00 °C	0,01 °C	0,24 °C
74,99 °C	75,00 °C	0,01 °C	0,24 °C
105,00 °C	105,0 °C	0,00 °C	0,24 °C

NOTAS:

(1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.

(2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración
Calibration procedure

PTE-311

Lugar de Calibración
Calibration place

Laboratorio de Metrología

Ambiente
Environment

21,9 °C +/- 2 °C
 (28 +/- 3) % H.R.

Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión parcial 57 mm.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 08 de julio 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 08 de julio 2027

Técnico / *Technician*

Jefe de Laboratorio/*Head of Laboratory*