

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE	FUERZA AEREA DE CHILE
<i>CUSTOMER</i>	
DIRECCIÓN	FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS
<i>ADDRESS</i>	
ORDEN TRABAJO	CG6926765545
<i>WORK ORDER</i>	
REMISION	SSCC: 1840107
<i>REMISSION</i>	
FECHA DE EMISIÓN	13/07/2026
<i>EMISSION DATE</i>	
DENOMINACIÓN	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
<i>DENOMINATION</i>	
FABRICANTE	LSW
<i>MANUFACTURER</i>	
N° DE PARTE	ASTM 57F86
<i>PART N°</i>	
N° DE SERIE	3110
<i>SERIAL N°</i>	
RANGO	-4 °F a +122 °F
<i>RANGE</i>	
RESOLUCIÓN	1 °F
<i>RESOLUTION</i>	
CÓDIGO FACH	N/A
<i>FACH CODE</i>	
N° CONTROL ENAER	FA-1814
<i>ENAER CONTROL N°</i>	

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	ROSEMOUNT
Modelo / Model	8842A	162CG
N° de Serie / Serial number	5715266	4848
Certificado N° / Certificate N°	041225MS0060	LNT-083
Fecha de Calibración / Calibrated Date	04 de Diciembre 2025	23 de mayo 2024
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	04 de Diciembre 2026	23 de mayo 2027
Emisor / Origin	ENAER	CESMEC
Trazabilidad / Traceability	DTS	DKD-GERMANY

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Patrón <i>Standard</i>	Equipo bajo Ensayo (1) <i>Equipment under Test</i>	Error (2) <i>Error</i>	U (k=2)
-3,00 °F	-3,0 °F	0,00 °F	0,44 °F
23,00 °F	23,0 °F	0,00 °F	0,44 °F
32,00 °F	32,0 °F	0,00 °F	0,44 °F
86,01 °F	86,0 °F	-0,00 °F	0,44 °F
122,00 °F	122,0 °F	0,00 °F	0,45 °F

NOTAS:

(1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.

(2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración <i>Calibration procedure</i>	PTE-311
---	---------

Lugar de Calibración <i>Calibration place</i>	Laboratorio de Metrología
---	---------------------------

Ambiente <i>Environment</i>	21 °C +/- 2 °C (35 +/- 5) % H.R.
---------------------------------------	-------------------------------------

Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión parcial, 57 mm.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 10 de julio 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 10 de julio 2027

**Soraya
Pacheco
Cabezas**

Digitally signed by Soraya
Pacheco Cabezas
DN: cn=Soraya Pacheco Cabezas,
o=ENAER, ou=Gerencia de
Garantía de Calidad,
email=soraya.pacheco@enaer.cl,
c=CL
Date: 2026.07.13 09:47:15 -04'00'

Técnico / Technician

**Luis Ramírez
Oyarzo**

Digitally signed by Luis Ramírez Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo, o=ENAER,
ou=Gerencia de Garantía de Calidad,
email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.14 09:01:24 -04'00'

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory