

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE

CUSTOMER

FUERZA AEREA DE CHILE

DIRECCIÓN

ADDRESS

FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS

ORDEN TRABAJO

WORK ORDER

CG6926765550

REMISION

REMISSION

SSCC: 1840480

FECHA DE EMISIÓN

EMISSION DATE

09/07/2026

DENOMINACIÓN

DENOMINATION

TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO

FABRICANTE

MANUFACTURER

LSW

N° DE PARTE

PART N°

ASTM 9C/IP 15C

N° DE SERIE

SERIAL N°

3367

RANGO

RANGE

-5 °C a +110 °C

RESOLUCIÓN

RESOLUTION

0.5 °C

CÓDIGO FACH

FACH CODE

N/A

N° CONTROL ENAER

ENAER CONTROL N°

FA-1737

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	ROSEMOUNT
Modelo / Model	8842A	162CG
N° de Serie / Serial number	5715266	4848
Certificado N° / Certificate N°	041225MS0060	LNT-083
Fecha de Calibración / Calibrated Date	04 de Diciembre 2025	23 de mayo 2024
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	04 de Diciembre 2026	23 de mayo 2027
Emisor / Origin	ENAER	CESMEC
Trazabilidad / Traceability	DTS	DKD-GERMANY

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION RESULTS

Patrón <i>Standard</i>	Equipo bajo Ensayo (1) <i>Equipment under Test</i>	Error (2) <i>Error</i>	U (k=2)
0,00 °C	0,0 °C	0,00 °C	0,25 °C
34,99 °C	35,0 °C	0,01 °C	0,24 °C
44,99 °C	50,00 °C	0,01 °C	0,24 °C
74,99 °C	75,00 °C	0,01 °C	0,24 °C
105,00 °C	105,0 °C	0,00 °C	0,24 °C

NOTAS:

(1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.

(2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración <i>Calibration procedure</i>	PTE-311
---	---------

Lugar de Calibración <i>Calibration place</i>	Laboratorio de Metrología
---	---------------------------

Ambiente <i>Environment</i>	21,8 °C +/- 2 °C (27,8 +/- 3) % H.R.
---------------------------------------	---

Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión parcial, 57 mm.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 08 de julio 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 08 de julio 2027

Técnico / *Technician*

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory