

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6926765722
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1843016
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	13/07/2026
 OBJETO <i>OBJECT</i>	 RELOJ COMPARADOR DIGITAL
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	FACOM
N° DE PARTE <i>PART N°</i>	1365
N° DE SERIE <i>SERIAL N°</i>	39150
RANGO <i>RANGE</i>	(0 – 12,5) mm
RESOLUCION <i>RESOLUTION</i>	0,001 mm
CODIGO FACH	S/C
N° DE CONTROL ENAER	FA-0303

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE **T.O. 33K6-4-889-1**

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	DIAL INDICATOR TESTER
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	469MH
N° de Serie / Serial number	02194753
Certificado N° / Certificate N°	462225
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	16 de diciembre de 2026
Emisor / Origin	FLORIDA CALIBRATION LAB.
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	ERROR mm
0,000	0,000	0
0,100	0,100	0
0,500	0,500	0
0,799	0,800	0,001
0,900	0,900	0
1,000	1,000	0
2,000	2,000	0
3,500	3,500	0
4,000	4,000	0
5,000	5,000	0
7,001	7,000	-0,001
8,001	8,000	-0,001
9,001	9,000	-0,001
10,001	10,000	-0,001
11,001	11,000	-0,001

U. TOTAL k=2	0,001 mm
Exactitud entregada por el fabricante	0,001 mm
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20,5 °C +/- 2 °C (46,2 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 13 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 13 de julio de 2027

Técnico / *Technician*

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory