

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN ADDRESS	FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS
ORDEN TRABAJO WORK ORDER	CG6926765723
REMISION REMISSION	SSCC: 1843016
FECHA DE EMISIÓN EMISSION DATE	23/07/2026
DENOMINACIÓN DENOMINATION	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
FABRICANTE MANUFACTURER	ALLA FRANCE
N° DE PARTE PART N°	ASTM 9C/IP 15C
N° DE SERIE SERIAL N°	0412 0248
RANGO RANGE	-5 °C a +110 °C
RESOLUCIÓN RESOLUTION	0.5 °C
CÓDIGO FACH FACH CODE	N/A
N° CONTROL ENAER ENAER CONTROL N°	FA-0433

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	ROSEMOUNT
Modelo / Model	8842A	162CG
N° de Serie / Serial number	5715266	4848
Certificado N° / Certificate N°	041225MS0060	LNT-083
Fecha de Calibración / Calibrated Date	04 de Diciembre 2025	23 de mayo 2024
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	04 de Diciembre 2026	23 de mayo 2027
Emisor / Origin	ENAER	CESMEC
Trazabilidad / Traceability	DTS	DKD-GERMANY

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN CALIBRATION RESULTS

Patrón Standard	Equipo bajo Ensayo (1) Equipment under Test	Error (2) Error	U (k=2)
0,02 °C	0,0 °C	-0,02 °C	0,25 °C
35,00 °C	35,0 °C	0,00 °C	0,24 °C
50,00 °C	50,0 °C	0,00 °C	0,24 °C
74,99 °C	75,0 °C	0,01 °C	0,24 °C
100,00 °C	100,0 °C	0,00 °C	0,24 °C

NOTAS:

- (1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.
 (2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración Calibration procedure	PTE-311
--	---------

Lugar de Calibración Calibration place	Laboratorio de Metrología
--	---------------------------

Ambiente Environment	21°C +/- 2 °C (28 +/- 3) % H.R.
--------------------------------	------------------------------------

Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión parcial, 57 mm.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 22 de julio 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 22 de julio 2027

**Soraya
 Pacheco
 Cabezas**

Digitally signed by Soraya Pacheco Cabezas
 DN: cn=Soraya Pacheco Cabezas, o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía de Calidad, email=soraya.pacheco@enaer.cl, c=CL
 Date: 2026.07.23 11:47:37 -04'00'

Técnico / Technician

**Luis Ramírez
 Oyarzo**

Digitally signed by Luis Ramírez Oyarzo
 DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo, o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía de Calidad, email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
 Date: 2026.07.30 14:57:14 -04'00'

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory