

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765548
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1840480
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 09/07/2026

OBJETO PROFUNDIMETRO ANALOGO
OBJECT
FABRICANTE TESA
MANUFACTURER
N° DE PARTE S/P (510143)
PART N°
N° DE SERIE S/S (5515569)
SERIAL N°
RANGO (0 – 11) in
RANGE
RESOLUCION 0,001 in
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0295

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-17-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	GAGE BLOCK SET
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	SS81A1X
N° de Serie / Serial number	5.1567SA-33AC
Certificado N° / Certificate N°	290425DI3223
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	29/04/2027
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

E263_REV00

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0	0,000	0
1	1,000	0
3	3,000	0
5	5,000	0
7	7,000	0
9	9,001	0,001
10	10,001	0,001
10,5	10,501	0,001

U. TOTAL k=2	0,001 in
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,001 in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20,2°C +/- 2 °C (39,9 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 09 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 09 de julio de 2027

Ivan
Valdeben
ito Rojas

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito
Rojas, o=ENAER, ou=Gerencia
Garantía de Calidad,
email=ivan.valdebenito@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.09 09:30:33
-04'00'

Técnico / Technician

Luis
Ramírez
Oyarzo

Digitally signed by Luis Ramírez
Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo,
o=ENAER, ou=Gerencia de
Garantía de Calidad,
email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.20 12:31:22 -04'00'

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory