

CERTIFICADO DE CALIBRACION *CALIBRATION CERTIFICATE*

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6926765547
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1840480
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 13/07/2026

OBJETO
OBJECT PROFUNDIMETRO
FABRICANTE
MANUFACTURER TESA
N° DE PARTE
PART N° S/P (211005)
N° DE SERIE
SERIAL N° S/S (5515566)
RANGO
RANGE (0 – 3) in
RESOLUCION
RESOLUTION 0,001 in
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0294
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-15-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	GAGE BLOCK SET
Modelo / Model	SS81A1X
N° Serie / Serial number	5.1567SA-33AC
Certificado N° / Certificate N°	290425DI3223
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Vencimiento / Due	29/04/2027
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

VALOR NOMINAL in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ in	ERROR in
0	0,000	0
0,1	0,100	0
0,2	0,200	0
0,4	0,400	0
0,6	0,600	0
0,8	0,800	0
1	1,000	0

VARILLAS INTERCAMBIABLES		
(1 - 2) in	0,9995	-0,0005
(2 - 3) in	2,0000	0

U. TOTAL k=2	0,001 in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20 ,1°C +/- 2 °C (45,2+/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 13 de julio de 2026

Fecha de Vencimiento/Due Date: 13 de julio de 2027

**Ivan
Valdebenito
Rojas**

Digitally signed by Ivan
Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito
Rojas, o=ENAER, ou=Gerencia
de Garantía de Calidad,
email=ivan.valdebenito@ena
er.cl, c=CL
Date: 2026.07.13 10:04:01
-04'00'

Técnico / Technician

**Luis Ramírez
Oyarzo**

Digitally signed by Luis Ramírez
Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo,
o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía
de Calidad,
email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.07.20 12:29:37 -04'00'

Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory