

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6925756407
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1678670
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	02/07/2025
OBJETO <i>OBJECT</i>	PROTRACTOR DIGITAL
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	KELL-STORM
N° DE PARTE <i>PART N°</i>	KS5549 (PRO 360)
N° DE SERIE <i>SERIAL N°</i>	S/S (13081544)
RANGO <i>RANGE</i>	± 90°
RESOLUCION <i>RESOLUTION</i>	0,1°
CODIGO FACH	S/C
N° DE CONTROL ENAER	FA-1283
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-148-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MESA DE PLANITUD	TILT TURN TABLE
Modelo / Model	AA	T100719
N° Serie / Serial number	200693	8252012
Certificado N° / Certificate N°	120824SP0005	131224ST0018
Fabricante / Manufacturer	STARRETT	STARRETT
Vencimiento / Due	12/08/2026	13/12/2025
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR GRADOS	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO GRADOS	ERROR GRADOS
90	90,0	0
60	60,1	0,1
45	45,1	0,1
30	30,1	0,1
20	20,1	0,1
10	10,1	0,1
0	0	0
-10	-10,0	-0
-20	-20,0	-0
-30	-30,0	-0
-45	-45,0	-0
-60	-60,0	-0
-90	-89,9	0,1

U. TOTAL k=2	0,05°
Exactitud entregada por Fabricante	± 0,05° para a (0° to 10°) ± 0,1° para rango (80° to 90°) ± 0,2° para rango (10° to 80°)
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,5 °C +/- 2 °C 40,6 +/- 20 % H.R.

Observación / Observation: Instrumento recibido con golpe en la cara superior del nivel, esto no afecta en su indicación.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 02 de julio 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 02 de julio 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory