

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0187 FECHA DE EMISION: 10-jun-25 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE - IV BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : TEST SET CABIN TEMP CONTROL SYSTEM

Fabricante : NORTHROP

Modelo / Número de Par : 76823-18-76004-1 Número de Serie : 0006

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 10-jun-25 Fecha de Vencimiento : 10-jun-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO ELECTRICA, DTS SPA

Condiciones Ambientales: Temperatura : 23,1°C Humedad Relativa : 34%

Procedimiento : 33D2-18-49-1, 8 JULI 1976, CHANGE 1- 15 SEPTEMBER 1978

DESVIACIÓN A LOS
PROCEDIMIENTOS : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87III	79330157	104247	07-ene-26	D.T.S.	N.I.S.T.
POWER RESISTOR	CLAROSTAT	240C	8811	102404	11-feb-26	D.T.S.	N.I.S.T.

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0187

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
OPERATIONAL CHECKOUT						
AC VOLTAGE CALIBRATION (G&H PINS)						
POWER ON (CB2)		DS1= LIGHT ON				
		V	V	V	V	V
S3=2		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3=7		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3=1		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=3		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=4		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=5		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=6		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=8		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
DC VOLTAGE CALIBRATION (G&H PINS)						
		V	V	V	V	V
S5=EXT		50,0	50,0	50,0	0,0	2,3
S5= RELEASE		50,0	M1=0V		N/A	M1
AC VOLTAGE CALIBRATION (G&H PINS)						
POWER ON (CB2)		DS1= LIGHT ON				
		V	V	V	V	V
S3=1		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3=6		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3=3		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=4		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=5		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=7		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=8		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
DC VOLTAGE CALIBRATION (G&H PINS)						
		V	V	V	V	V
S5=EXT		50,0	50,0	50,0	0,0	2,3
S5= RELEASE		50,0	M1=0V	M1=0V	N/A	M1
POWER OFF (CB2)		DS1= LIGHT OFF				
AC VOLTAGE CALIBRATION (G&H PINS)						
POWER ON (CB1)		DS2= LIGHT ON				
LAMP TEST		DS1&DS2= LIGHT ON				
		V	V	V	V	V
S3=4		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3: 1,2,3,5,6,7,8		115,0	M2=0V	M2=0V	N/A	M2
DC VOLTAGE CALIBRATION (C&D PINS)						
		V	V	V	V	V
S5= RELEASE		30,0	29,8	29,8	0,1	0,6
S5= EXC		30,0	M1=0V	M1=0V	N/A	M1

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-LM-44-0187

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION (C&F PINS)						
		V	V	V	V	V
S5=EXC		30,0	29,6	29,6	0,1	0,6
AC VOLTAGE CALIBRATION (M&N PINS)						
		V	V	V	V	V
S3=3		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3=5		115,0	115,0	115,0	0,0	2,3
S3=1		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=2		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=4		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=6		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=7		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
S3=8		115,0	M2= 0V	M2= 0V	N/A	M2
RESISTANCE CALIBRATION						
R1= INDEX MARK		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
A&L PINS		4,045	4,000	4,000	0,045	0,250
R2=INDEX MARK		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
D&E PINS		125,17	125,25	125,25	-0,1	0,55
R3=INDEX MARK		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
K&N (J1) PINS		47,96	48,00	48,00	-0,04	0,250
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
H&J PINS		83,29	83,50	83,50	-0,21	0,25
H&J PINS S4=LIMIT		49,84	50,00	50,00	-0,16	0,25



LUIS MELLAFE LÓPEZ
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2025.06.10 10:36:23 -04'00'

Fin del certificado de calibración