

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0640 FECHA DE EMISION: 22-nov-24 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVº BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO Nº 53

Descripción del ítem : TEST SET CABIN TEMP CONTROL SYSTEM

Fabricante : NORTHROP

Modelo / Número de Parte : 3-76877-501 Número de Serie : 0024

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-nov-24 Fecha de Vencimiento : 19-nov-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO DE MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 18,1 Humedad Relativa : 43%

Procedimiento : 33D2-14-36-1, 1 MAY 1974

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87 V	28960056	111965	05-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	13-dic-24	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0640

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CIRCUIT CHECK		V	V	V	V	V
CABIN SNSR JACK Y GND		115,00	81,80	81,80	-33,20	2,00
CABIN SEL JACK Y GND		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
DUCT SNSR JACK Y GND		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
DELTA P JACK Y GND		115,00	36,84	36,77	-78,23	2,00
CIRCUIT I CHECK						
S1 CABIN SNSR		V	V	V	V	V
P5 PINES (C) Y (F)		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
S1 CABIN SEL		V	V	V	V	V
P5 PINES (C) Y (F)		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
S1 DUCT SNSR		V	V	V	V	V
P5 PINES (C) Y (F)		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
P6 PINES (D) Y (G)		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
S1 CABIN SEL		V	V	V	V	V
P6 PINES (D) Y (G)		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
S1 CABIN SNSR		V	V	V	V	V
P6 PINES (D) Y (G)		115,00	115,00	115,00	0,00	2,00
CIRCUIT II CHECK						
500Ω PINES J9(E) Y (F)		V	V	V	V	V
S1 MAN HOT		51,50	50,74	50,74	-0,76	2,00
500Ω PINES J9(E) Y (F)		V	V	V	V	V
S1 MAN COLD		51,50	50,67	50,67	-0,83	2,00
MAN COLD		V	V	V	V	V
J10 (G) Y (H)		115,00	114,50	114,50	-0,50	2,00
MAN HOT		V	V	V	V	V
J10 (E) Y (G)		115,00	114,60	114,60	-0,40	2,00
P6 (G) Y (H)		115,00	114,58	114,62	-0,38	2,00
VALVE DRIVE VOLTMETER TEST I						
S1 OFF		V	V	V	V	V
115 PIN (B)		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
115 PIN (B) J9		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
FIXED		0,00	0,00	0,00	0,00	N/A

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0640

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
MULTIMETER CIRCUITRY VERIFICATION-AC VOLT						
VALVE DRIVE VOLTMETER TEST II						
S1 OFF		V	V	V	V	V
115 PIN (B)			0,00	0,00	0,00	N/A
FIXED		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
S1 OFF		V	V	V	V	V
115 PIN (A)			0,00	0,00	0,00	N/A
FIXED		115,00	115,00	115,00	0,00	3,00
VALVE POSITION VOLTMETER TEST I						
VOLT DC J9 PIN D(+) Y E(-)		V	V	V	V	V
MAN COLD		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
MAN HOT		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
DUCT SNSR		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
CABIN SEL		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
CABIN SNSR		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
VOLT DC P5 PIN D(+) Y C(-)		V	V	V	V	V
MAN COLD		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
MAN HOT		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
DUCT SNSR		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
CABIN SEL		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
CABIN SNSR		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
VALVE POSITION VOLTMETER TEST II						
VOLT DC P5 PIN D(-) Y C(+)		V	V	V	V	V
CABIN SNSR		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00
CABIN SEL		35,00	35,00	35,00	0,00	1,00




Andrés Jorquera H.

TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración