

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0386 **FECHA DE EMISION:** 04-dic-25 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE, IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : TEST SET STABILITY AUGMENTER SYSTEM

Fabricante : NORTHROP

Modelo / Número de Parte : 76823-14-76022-1 **Número de Serie** : 0036

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 27-nov-25 **Fecha de Vencimiento** : 27-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 16,8 °C **Humedad Relativa** : 42%

Procedimiento : 33D3-9-157-1, 14 DECEMBER 1974

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87 V	28960056	111965	10-abr-26	DTS	NIST
TWO CHANNE COLOR DIGITAL PHOSPHOR OSCILLOSCOPE	TEKTRONIX	TDS3012B	B030409	105225	29-abr-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	01-oct-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0386

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
5 - 20 AJUSTING REFERENCE VOLTAGE						
J9 - (18) / J11 - (17)		5,075 VDC	5,061	5,061	-0,014	5,060 ± 0,020 VDC
		5,075				
5 - 21 AJUSTING METER SENSITIVITY						
FUNCTION SELECTOR	M 1	ZERO ADJUST	ZERO			
FUNCTION SELECTOR	M 1	SENSITIVITY TEST	" S "			
5 - 22 BALANCING DEMODULATOR CIRCUIT						
FUNCTION SELECTOR		ZERO	POINTER 0			
		DEMOM BAL				
5 - 23 ADJUSTING CALIBRATION CIRCUITS						
FUNCTION SELECTOR		ZERO	POINTER 0			
		0,740 Vpp				0,74 ± 0,01 Vpp
		61,4 Hz				60 ± 3 Hz
S4 REF CAL		161 mVpp				165 ± 5 mVpp
5-24 CONTINUITY TEST						
(J1)C - AMPL GRD		Ω	SELECTOR SWITCHS- 5			
		0,21	2			< a 2 Ω
		0,21	3			< a 2 Ω
		0,22	4			< a 2 Ω
		OL	5			< a 2 Ω
		0,21	6			< a 2 Ω
		0,21	7			< a 2 Ω
		0,21	8			< a 2 Ω
		0,20	9			< a 2 Ω
		0,21	10			< a 2 Ω
		0,22	11			< a 2 Ω
		0,20	12			< a 2 Ω
CHECK CABLE 14-76213-1		CONTINUITY OK	FIG. 6-2			




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración